



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components



Services




Solutions

操作手册

Proline Promass 83

HART

科氏力质量流量测量系统



BA00059D/28/ZH/14.12
71184809

有效软件版本号:
V 3.01.XX (设备软件)

目录

1	安全指南	5	5	操作	33
1.1	指定用途	5	5.1	显示与操作单元	33
1.2	安装、调试和操作	5	5.1.1	读数值显示 (操作模式)	34
1.3	操作安全	6	5.1.2	附加显示功能	34
1.4	返回	6	5.1.3	图标	35
1.5	安全图标和符号说明	6	5.1.4	通过现场显示控制批处理过程	37
2	标识	7	5.2	功能菜单的简明操作指南	38
2.1	设备结构	7	5.2.1	基本注意事项	39
2.1.1	变送器铭牌	8	5.2.2	允许设置模式	39
2.1.2	传感器铭牌	9	5.2.3	禁止设置模式	39
2.1.3	接线铭牌	10	5.3	错误信息	40
2.2	证书和认证	11	5.3.1	错误类型	40
2.3	注册商标	11	5.3.2	错误信息类型	40
3	安装	12	5.3.3	确认错误信息	41
3.1	到货验收、运输和储存	12	5.4	通信	41
3.1.1	到货验收	12	5.4.1	操作方式	42
3.1.2	运输	12	5.4.2	当前设备描述文件 (DD 文件)	43
3.1.3	储存	13	5.4.3	设备参数和过程变量	44
3.2	安装条件	14	5.4.4	通用 HART 命令 / 一般操作 HART 命令	45
3.2.1	外形尺寸	14	5.4.5	设备状态 / 错误信息	50
3.2.2	安装位置	14	5.4.6	切换 HART 写保护开 / 关	53
3.2.3	安装方向	16	6	调试	54
3.2.4	特殊安装指南	18	6.1	功能检查	54
3.2.5	伴热	20	6.2	开启测量设备	54
3.2.6	Thermal insulation	21	6.3	快速设置	55
3.2.7	前后直管段	21	6.3.1	“Commissioning / 调试”快速设置菜单	55
3.2.8	振动	21	6.3.2	“Pulsating Flow / 脉动流”快速设置菜单	57
3.2.9	限流值	21	6.3.3	“Batching / 批处理”快速设置菜单	60
3.3	安装	22	6.3.4	“Gas Measurement / 气体测量”快速设置菜单	64
3.3.1	旋转变送器外壳	22	6.3.5	数据备份 / 传输	66
3.3.2	安装墙装型外壳	23	6.4	设置	67
3.3.3	旋转现场显示	25	6.4.1	两类电流输出: 有源 / 无源信号	67
3.4	安装后检查	25	6.4.2	电流输入: 有源 / 无源信号	68
4	接线	26	6.4.3	继电器触点: 常闭 / 常开触点	69
4.1	连接分体式仪表	26	6.4.4	浓度测量	70
4.1.1	连接传感器 / 变送器的连接电缆	26	6.4.5	高级诊断功能	75
4.1.2	连接电缆规格	27	6.5	调节	77
4.2	连接测量单元	27	6.5.1	零点校正	77
4.2.1	变送器连接	27	6.5.2	密度调节	79
4.2.2	接线端子分配	29	6.6	爆破片	80
4.2.3	HART 连接	30	6.7	吹扫和压力监控连接	81
4.3	防护等级	31	6.8	数据储存单元 (HistoROM)、F-CHIP	81
4.4	连接后检查	32	6.8.1	HistoROM/S-DAT (传感器 DAT)	81
			6.8.2	HistoROM/T-DAT (变送器 DAT)	81
			6.8.3	F-CHIP (功能块)	81

7	维护	82
7.1	外部清洗	82
7.2	管道内部清洗器 (Promass H、I、S、P 传感器)	82
7.3	更换密封圈	82
8	附件	83
8.1	仪表类附件	83
8.2	安装类附件	83
8.3	通信类附件	84
8.4	服务类附件	84
9	故障排除	85
9.1	故障排除指南	85
9.2	系统错误信息	85
9.3	过程错误信息	90
9.4	过程错误 (无显示信息)	92
9.5	输出响应错误	93
9.6	备件	94
	9.6.1 拆除和安装印刷电路板	95
	9.6.2 更换设备保险丝	99
9.7	返回	100
9.8	废弃	100
9.9	软件版本更新	100
10	技术参数	102
10.1	技术参数概述	102
	10.1.1 应用	102
	10.1.2 功能与系统设计	102
	10.1.3 输入	102
	10.1.4 输出	105
	10.1.5 电源	106
	10.1.6 性能参数	107
	10.1.7 操作条件: 安装	127
	10.1.8 操作条件: 环境	127
	10.1.9 操作条件: 过程	128
	10.1.10 机械结构	140
	10.1.11 可操作性	146
	10.1.12 证书和认证	146
	10.1.13 订购信息	147
	10.1.14 附件	147
	10.1.15 补充文档资料	147
	索引	148

1 安全指南

1.1 指定用途

本《操作手册》介绍的测量设备仅可用于液体和气体的质量流量测量。此外，还可以测量流体密度和流体温度。基于上述参数，可以计算其他变量，例如：体积流量。可以对各种不同特性的流体进行测量。

例如：

- 油、油脂
- 酸、碱、油漆、涂料、溶剂和清洗剂
- 药剂、催化剂、抑制剂
- 悬浮液
- 气体、液化气体等
- 巧克力、炼乳、液体糖

不恰当使用或用于非指定用途可能会破坏测量设备的操作安全性。对此，制造商不承担任何责任。

1.2 安装、调试和操作

请遵守下列要求：

- 必须由工厂厂方授权的、经培训合格的专业技术人员进行设备的安装、电气连接、调试和维护。技术人员必须阅读《操作手册》，理解并遵守其中的各项规定。
- 必须由工厂厂方授权的、经培训合格的技术人员进行设备操作。技术人员必须严格遵守《操作手册》中的各项规定。
- Endress+Hauser 十分乐意帮助用户确认进行特殊流体 (包括清洁用流体) 测量时接液部件材料的耐腐蚀性。但是，测量过程中的温度、浓度或污染度的轻微变化可能会导致接液部件材料的耐腐蚀性发生改变。因此，Endress+Hauser 不对特定应用中出现的接液部件材料的耐腐蚀性问题承担任何责任。用户应根据实际过程条件妥善选择接液部件材料。
- 需要在管路中进行焊接操作时，不得通过测量设备实现焊接设备接地。
- 务必确保测量系统按照接线图正确接线。变送器必须接地，除非采取了其他特殊防护措施，例如：与 SELV 或 PELV 电源电气隔离 (SELV = 安全特低电压；PELV = 保护特低电压)。
- 此外，还需要遵守当地法规和电气设备维修规则。

1.3 操作安全

请遵守下列要求：

- 危险区域中使用的测量系统带单独成册的防爆 (Ex) 文档资料，防爆 (Ex) 手册是《操作手册》的组成部分。
必须严格遵守补充文档资料中的安装指南和参数要求。防爆 (Ex) 手册的封面图标标识了认证类型和认证机构 (例如：CE 表示欧洲、UL 表示美国、CSA 表示加拿大)。
- 测量设备符合 EN 61010-1 标准的通用安全要求、IEC/EN 61326 标准的电磁兼容性 (EMC) 要求和 NAMUR 推荐的 NE 21、NE 43 和 NE 53 标准。
- SIL 2 应用场合中使用的测量系统必须遵守单独成册的《功能安全手册》中的各项要求。
- 内部电子部件的功率消耗可能使得变送器外表面温度升高 10 K。热过程流体流经测量设备，将进一步升高测量设备的表面温度。特别需要注意：传感器表面温度可能会接近过程温度。测量高温流体时，确保已采取防护措施，避免发生接触性烧伤。
- 制造商保留修改技术参数的权利，将不预先通知。
请向 Endress+Hauser 当地销售中心查询本《操作手册》的当前版本信息，或索取最新版本资料。

1.4 返回

- 如不能完全确认已全部清除测量设备上的危险物质，例如：渗入裂缝中的危险物，或扩散至塑料中的危险物，请勿返回测量设备。
- 用户必须承担由于未充分清洁测量设备而产生的废弃物处理和人员伤害 (烫伤等) 费用。
- 请遵守返回步骤 → 100。

1.5 安全图标和符号说明

设备设计符合最先进、最严格的安全要求，通过出厂测试，可以放心使用。设备符合 EN 61010-1 适用标准和法规 - “测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全规则”。但是，不恰当使用或用于非指定用途时，测量设备可能会成为危险源。因此，请始终注意《操作手册》中的下列安全信息图标：



警告！

“警告”图标表示：操作或步骤执行错误将导致人员受伤或安全事故。



小心！

“小心”图标表示：操作或步骤执行错误可能导致设备操作故障或设备损坏。



注意！

“注意”图标表示：操作或步骤执行错误可能间接影响设备操作，或导致设备发生意外响应。

2 标识

测量设备的标识信息如下：

- 铭牌参数
- 订货号，标识供货清单上的设备特征
- 在 **W@M Device Viewer** (www.endress.com/deviceviewer) 中输入铭牌上的序列号：
显示测量设备的所有信息

包装中的技术文档信息的查询方式如下：

- “补充文档资料” → 147
- 在 **W@M Device Viewer** (www.endress.com/deviceviewer) 中输入铭牌上的序列号

重新订购

提供订货号，可以重新订购测量设备。

扩展订货号：

- 列举设备类型 (产品类别) 和基本参数 (必选项)。
- 仅仅列举可选参数 (可选项) 中的安全参数和认证参数 (例如：LA)。
同时还订购了其他可选参数时，使用 # 占位符统一表示 (例如：#LA#)。
- 订购的可选参数中不包含安全参数和认证参数时，使用 + 占位符表示
(例如：8E2B50-ABCDE+)。

2.1 设备结构

Promass 83 流量测量系统包含：

- Promass 83 变送器
- Promass F、Promass E、Promass A、Promass H、Promass I、Promass S、Promass P、Promass O 或 Promass X 传感器

两种结构类型可供用户选择：

- 一体式结构：变送器和传感器组成一个整体机械单元
- 分体式结构：变送器和传感器均为单独的机械单元，需分体安装

2.1.1 变频器铭牌




图 1: 变频器铭牌示意图

- 1 变频器名称
- 2 订货号
- 3 序列号
- 4 扩展订货号
- 5 供电电压、频率和功率消耗
- 6 附加功能和软件
- 7 可选输入 / 输出
- 8 特殊产品信息
- 9 《操作手册》 / 文档资料信息
- 10 证书、认证和设备版本信息
- 11 专利号
- 12 防护等级
- 13 环境温度范围

2.1.2 传感器铭牌




图 2: 传感器铭牌示意图

- 1 传感器名称
- 2 订货号
- 3 序列号
- 4 扩展订货号
- 5 标定系数, 带零点 (K 系数)
- 6 设备标称口径
- 7 法兰标称口径 / 标称压力
- 8 测量管材质
- 9 最高流体温度
- 10 第二腔室压力范围
- 11 密度测量精度
- 12 附加信息
- 13 特殊产品信息
- 14 环境温度范围
- 15 防护等级
- 16 《操作手册》 / 文档资料信息
- 17 设备版本信息 (认证、证书)
- 18 专利号
- 19 流向

2.2 证书和认证

设备设计符合最先进、最严格的安全要求，通过出厂测试，可以放心使用。

详细信息请参考“证书和认证”→ 146。

设备符合 EN 61010-1 适用标准和法规 - “测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全规则”和 IEC/EN 61326 标准的电磁兼容性 (EMC) 要求。

本《操作手册》中介绍的测量系统遵守 EC 准则的法律要求。Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA)”制定的 EMC 标准。

2.3 注册商标

KALREZ® 和 VITON®

E.I. Du Pont de Nemours & Co., 公司 (Wilmington, 美国) 的注册商标

TRI-CLAMP®

Ladish & Co., 公司 (Kenosha, 美国) 的注册商标

SWAGELOK®

Swagelok & Co., 公司 (Solon, 美国) 的注册商标

HART®

HART 通信组织 (Austin, 美国) 的注册商标

HistoROM™、S-DAT®、T-DAT™、F-CHIP®、FieldCare®、Fieldcheck®、Field Xpert™、Applicator®

Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH 的注册商标或正在注册中的商标

3 安装

3.1 到货验收、运输和储存

3.1.1 到货验收

接收货物时，应进行下列检查：

- 检查包装或包装内的物品是否完好无损。
- 对照供货清单，检查包装内的物品是否与供货清单一致，是否有遗漏。

3.1.2 运输

拆除设备包装，将设备运输至最终安装点，应遵守下列要求：

- 使用出厂原包装运输设备。
- 过程连接上的防护罩或防护帽用于防止运输和储存期间密封圈表面机械损伤，以及外界物质进入测量管。因此，安装前请勿拆除防护罩或防护帽。
- 请勿通过变送器外壳或分体式传感器接线盒起吊标称口径 $> \text{DN } 40 (> 1\frac{1}{2}'')$ 的测量设备 (→ 图 4)。

在过程连接处使用两根带状吊绳起吊设备。请勿使用链条，链条可能损坏外壳。

- Promass X、Promass O 传感器：参考特殊运输指南 → 图 13。



警告！

如果测量设备滑动，则存在人员受伤的风险。装配完成后，测量设备的重心可能会高于起吊点位置。

因此，应确保设备始终不会绕轴转动或滑动。




图 4: 传感器 ($> \text{DN } 40 (> 1\frac{1}{2}'')$) 的运输指南示意图

Promass X 和 O 传感器的特殊运输指南



警告！

- 运输时，仅允许使用法兰上的吊环起吊设备。
- 必须至少使用两个吊环起吊设备。




图 5: Promass O 传感器的运输指南示意图




图 6: Promass X 传感器的运输指南示意图

3.1.3 储存

请注意以下几点：

- 妥善包装测量设备，为储存（和运输）过程中的测量设备提供抗冲击保护。原包装材料提供最佳防护。
- 允许储存温度范围：-40...+80 °C (-40 °F...+176 °F)；推荐温度：+20 °C (+68 °F)。
- 安装前，请勿拆除过程连接上的防护罩或防护帽。
- 必须采取防护措施，避免测量设备直接日晒，出现过高的表面温度。

3.2 安装条件

请注意以下几点：

- 安装时，无需采取其他措施，例如：使用额外支撑。仪表自身结构（例如：第二腔室）能有效抵消外界应力。
- 测量管的高频振动确保了测量系统不受系统管路振动的影响。
- 无气穴现象发生时，无需采取预防措施防止管件（阀门、弯头、三通等）引起的振动。
- 基于机械结构考虑，安装重量较大的传感器时，建议使用安装基座，保护管道。

3.2.1 外形尺寸

传感器和变送器的外形尺寸和长度请参考相关《技术资料》。

3.2.2 安装位置

测量管中出现气体积聚或形成气泡现象时，会增大测量误差。

避免在管道中的下列位置上安装：

- 管道的最高点。易积聚气体。
- 直接安装在向下排空管道的上方。




图 7: 安装位置示意图

在向下排空管道中安装

此外，在向下排空管道中安装流量计时，建议安装节流孔板或一段缩径管，防止测量过程中出现管路空管。




图 8: 在向下排空管道中安装 (例如: 批量应用场合)

1 = 供料罐; 2 = 传感器; 3 = 节流孔板 (参考下表); 4 = 阀门; 5 = 计量罐

DN		Ø 节流孔板直径	
		mm	inch
1	1/24"	0.8	0.03
2	1/12"	1.5	0.06
4	1/8"	3.0	0.12
8	3/8"	6	0.24
15	1/2"	10	0.40
15 FB	1/2"	15	0.60
25	1"	14	0.55
25 FB	1"	24	0.95
40	1 1/2"	22	0.87

FB = 通径型 Promass I 传感器

DN		Ø 节流孔板直径	
		mm	inch
40 FB	1 1/2"	35	1.38
50	2"	28	1.10
50 FB	2"	54	2.00
80	3"	50	2.00
100	4"	65	2.60
150	6"	90	3.54
250	10"	150	5.91
350	14"	210	8.27

系统压力

气穴将严重影响测量管的振动，需要密切防范该现象发生。在常规操作条件下，测量类似于水的介质时，无需采取特殊防范措施。

测量低沸点液体时 (碳氢化合物、溶剂、液化气)，或测量进水管路中的液体时，务必确保压力不会低于蒸汽压，防止液体沸腾气化。此外，还应尽量避免自然存在于大多数液体中的气体逸出。维持足够高的系统压力，可以有效地防范上述现象。

因此，建议采用下列安装位置：

- 泵的带压侧 (防止测量管抽真空)
- 竖直管道的最低点

3.2.3 安装方向

确保传感器铭牌上的箭头指向与管道中流体的流向一致。


Promass A 传感器的安装方向

垂直管道:

垂直管道内的流体自下向上流动时, 推荐采用此安装方向。流体停滞不流动时, 其中夹杂的固体将下沉, 气体将上升, 远离测量管。测量管可完全自排空, 防止固体粘附。

水平管道:

安装正确时, 变送器表头朝上或朝下。采用此安装方向时, 弯测量管中 (单管测量系统) 不会出现气体或固体沉积物积聚。



A0018978

Promass A 传感器的特殊安装指南



小心!

传感器安装错误时, 存在测量管破裂的风险!


传感器不得自由悬挂安装在管道上:

- 使用安装底板将传感器安装在地板、墙壁或天花板上。
- 通过牢固安装的支撑底板固定传感器 (例如: 角形安装支架)。

垂直管道

在垂直管道中安装时, 建议采用以下安装方式:

- 使用安装底板直接安装在墙壁上
- 通过安装在墙壁上的角形安装支架固定支撑传感器




A0018980

水平管道

在水平管道中安装时, 建议采用以下两种安装方式:

- 将传感器安装在牢固固定的支撑底板上



A0018979

Promass F、E、H、I、S、P、O、X 传感器的安装方向

确保传感器铭牌上的箭头指向与管道中流体的流向一致。

竖直管道:

竖直管道内的流体自下向上流动时, 推荐采用此安装方向 (视图 V)。流体停滞不流动时, 其中夹杂的固体将下沉, 气体将上升, 远离测量管。测量管可完全自排空, 防止固体粘附。

水平管道 (Promass F、E、O 传感器):

Promass F、E 和 O 传感器的测量管必须水平、并排平行放置。

安装正确时, 变送器表头朝上或朝下 (视图 H1/H2)。





禁止将变送器外壳和管道安装在同一水平面上。

请参考下一章节“特殊安装指南”。

水平管道 (Promass H、I、S、P、X 传感器):

在水平管道中, Promass H、I、S、P 和 X 传感器可以采取任意安装方向。

Promass H、I、S、P 传感器: 请参考“特殊安装指南”

	Promass F, E, O 传感器 标准型, 一体式仪表	Promass F, E 传感器 标准型, 分体式仪表	Promass F 传感器 高温型, 一体式仪表	Promass F 传感器 高温型, 分体式仪表	Promass H, I, S, P 传感器	Promass X 传感器
V 视图: 竖直管道  a0004572	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
H1 视图: 水平管道 变送器表头朝上  a0004576	✓✓	✓✓	✗ TM > 200 °C (392 °F)	✓ TM > 200 °C (392 °F)	✓✓	✓✓
H2 视图: 水平管道 变送器表头朝下  a0004580	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
H3 视图: 水平管道 变送器表头朝左/右  A0015445	✗	✗	✗	✗	✓✓	✓ ^①
✓✓ = 推荐安装方向; ✓ = 特定应用条件下的推荐安装方向; ✗ = 禁止安装方向 ① 使用弯测量管, 且水平放置时, 传感器位置必须与流体特性相匹配: ■ 部分条件下可以测量含固流体。存在固体积聚的风险 ■ 部分条件下可以测量除气流体。存在气体积聚的风险						

建议采取下列安装方向, 确保变送器始终在最大允许环境温度范围内 (→ 127) 工作:

- 测量高温流体时, 建议采用水平管道/变送器表头朝下(视图H2) 或竖直管道(视图V)的安装方向。
- 测量低温流体时, 建议采用水平管道/变送器表头朝上(视图H1) 或竖直管道(视图V)的安装方向。

3.2.4 特殊安装指南

Promass F、E、H、S、P 和 O 传感器



小心！

带弯测量管的传感器水平放置时，传感器位置必须与流体特性相匹配。




图 9: 带弯测量管的传感器的水平安装方向

- 1 测量含固流体时，请避免此安装方向：存在固体积聚的风险
- 2 测量除气流体时，请避免此安装方向：存在气体积聚的风险

带非对称 Tri-Clamp 卡箍连接的 Promass I 和 P 传感器

传感器安装在水平管道中时，使用非对称 Tri-Clamp 卡箍连接可以确保实现完全自排空。管道固定在某一特定方向，且保持特定的倾斜度时，流体自身重力可以确保实现完全自排空。因此，必须正确安装传感器，使测量管弯头朝左 / 右，确保安装在水平管道中的传感器能实现完全自排空。传感器上的标记标识了正确安装位置，可优化自排空效果。




图 10: Promass P 传感器：管道固定在某一特定方向，且保持特定的倾斜度：符合卫生型要求 (21 mm/m 或约 2%)。流体重力可以实现完全自排空。

- 1 箭头标识测量管中的流体流向
- 2 标签标识安装位置，确保在水平管道中实现自排空
- 3 过程连接底部用下划线标识，表示此位置为非对称过程连接的最低安装点




图 11: Promass I 传感器: 管道固定在某一特定方向, 且保持特定的倾斜度: 符合卫生型要求 (21 mm/m 或约 2%)。流体重力可以实现完全自排空。

- 1 箭头标识测量管中的流体流向
- 2 标签标识安装位置, 确保在水平管道中实现自排空
- 3 过程连接底部用下划线标识, 表示此位置为非对称过程连接的最低安装点

带卫生型连接的 Promass I 和 P 传感器 (安装卡箍, 带内衬, 安装在卡箍和仪表之间)

基于操作性能考虑, 在任何条件下均无需支撑传感器。如需支撑传感器, 请遵守下列安装要求:




图 12: 使用安装卡箍安装 Promass P 传感器

DN	8	15	25	40	50
A	298	402	542	750	1019
B	33	33	33	36.5	44.1
C	28	28	38	56	75




图 13: 使用安装卡箍安装 Promass I 传感器

DN	8	15	15FB	25	25FB	40	40FB	50	50FB	50FB	80	80
Tri-Clamp 卡箍	½"	¾"	1"	1"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	2 ½"	3"	2 ½"	3"
A	373	409	539	539	668	668	780	780	1152	1152	1152	1152
B	20	20	30	30	28	28	35	35	57	57	57	57
C	40	40	44.5	44.5	60	60	80	80	90	90	90	90

3.2.5 伴热

测量某些流体时，需要采取恰当措施避免传感器处的热量损失。可以采用电伴热（例如：电加热元件）、或铜管内流通热水或蒸汽进行伴热，或使用热夹套。



小心！

- 存在电子部件过热的风险！务必确保不会超过变送器的最高允许环境温度。因此，传感器、变送器以及分体式传感器接线盒之间的连接部位处不能使用保温材料。请注意，可能需要采取特定安装方向，取决于流体温度 → 图 16。流体温度为 150°C (302°F)，或更高温度时，建议使用带独立传感器接线盒的分体式仪表。
- 流体温度在 200 °C...350 °C (392...662 °F) 之间时，建议使用高温型分体式仪表。
- 采用基于相角控制或脉冲控制原理工作的电伴热方式时，电磁干扰将不可避免地会对测量值产生影响（即：电磁干扰超出 EC 标准中的限定值（正弦波信号：30 A/m））。此时，必须对传感器采取磁场屏蔽措施。
使用满足下列规格要求且无方向要求（例如：V330-35A）的镀锡钢板或电钢板屏蔽第二腔室：
 - 相对磁导率： $\mu_r \geq 300$
 - 钢板厚度： $d \geq 0.35 \text{ mm (0.014")}$
- 允许温度范围 → 图 128
- Promass X 传感器：
在极端气候条件下，务必确保环境温度与测量介质温度的差值不会超过 100 K。必须采取恰当措施，例如：伴热或隔热。

Endress+Hauser 提供传感器专用热夹套，可以作为附件订购。

3.2.6 Thermal insulation

测量某些流体时，需要采取恰当措施避免传感器处的热量损失。多种保温材料可选，以满足隔热要求。




图 14: Promass F (高温型) 传感器，电子部件 / 延长颈处的最大保温层厚度为 60 mm (2.4")。

Promass F (高温型) 传感器安装在水平管道中时 (变送器表头朝上)，为了减少热交换，推荐使用最小厚度为 10 mm (0.4") 的保温层，以减小热交换。请注意：最大保温层厚度为 60 mm (2.4")。

3.2.7 前后直管段

无前后直管段长度要求。如可能，传感器的安装位置应尽可能远离管件，例如：阀门、三通、弯头等。

3.2.8 振动

测量管的高频振动确保了测量系统不受管路振动的影响。因此，无需采取其他措施固定传感器。

3.2.9 限流值

详细信息请参考“技术参数”中的“测量范围” → 102，或“限流值” → 130。

3.3 安装

3.3.1 旋转变送器外壳

旋转现场型铝外壳



警告！

以下操作步骤不适用于 EEx d/de 或 FM/CSA Cl. I Div. 1 防爆场合。

在防爆场合中，旋转外壳的操作步骤请参考防爆 (Ex) 手册。

1. 松开两颗固定螺丝。
2. 旋转卡口至挡块。
3. 小心提起变送器外壳，至尽可能高的位置。
4. 旋转变送器外壳至所需位置 (两个方向上的旋转角度：max. 2 x 90°)。
5. 放下外壳至安装位置；卡口重新啮合。
6. 重新拧紧两颗固定螺丝。




图 15: 旋转变送器外壳 (现场型铝外壳)

旋转现场型不锈钢外壳

1. 松开两颗固定螺丝。
2. 小心提起变送器外壳，至尽可能高的位置。
3. 旋转变送器外壳至所需位置 (两个方向上的旋转角度：max. 2 × 90°)。
4. 放下外壳至安装位置。
5. 重新拧紧两颗固定螺丝。




图 16: 旋转变送器外壳 (现场型不锈钢外壳)

3.3.2 安装墙装型外壳

墙装型外壳的安装方式如下：

- 直接安装在墙壁上
- 安装在控制面板上 (专用安装套件, 参考“附件”) → 24
- 柱式安装 (专用安装套件, 参考“附件”) → 24



小心！

- 确保环境温度在允许温度范围内
($-20\dots+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\dots+140\text{ }^{\circ}\text{F}$), 可选: $-40\dots+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\dots+140\text{ }^{\circ}\text{F}$))。
在阴凉处安装设备。避免阳光直射。
- 墙装型外壳安装后, 电缆入口应始终朝下。

直接安装在墙壁上

1. 参考下图钻孔。
2. 拆下接线腔盖 (a)。
3. 将两颗固定螺丝 (b) 推入外壳上的安装孔中 (c)。
 - 固定螺丝 (M6): max. Ø 6.5 mm (0.26")
 - 螺丝头: max. Ø 10.5 mm (0.41")
4. 如图所示, 将变送器外壳固定在墙壁上。
5. 将接线腔盖 (a) 牢牢固定在外壳上。




图 17: 直接安装在墙壁上

a0001130

安装在控制面板上

1. 参考下图，预置面板上的开孔。
2. 从面板前方将外壳推入开孔中。
3. 将固定螺栓固定在墙装型外壳上。
4. 将螺杆旋入紧固支座中，并拧紧，直至外壳牢牢固定在面板上。随后，拧紧锁定螺母。无需使用其他支撑。




图 18: 盘式安装 (墙装型外壳)

柱式安装

安装步骤如下图所示。



小心！

需要在热管道中安装时，务必确保外壳温度不会超过最高允许温度 +60 °C (+140 °F)。




图 19: 柱式安装 (墙装型外壳)

3.3.3 旋转现场显示

1. 从变送器外壳上拧下电子腔盖。
2. 按下显示模块侧边的锁扣，从电子腔盖板上拆下显示模块。
3. 旋转显示屏至理想位置 (两个方向上的旋转角度: $\max. 4 \times 45^\circ$), 并将其重新安装在电子腔盖板上。
4. 将电子腔盖重新牢固拧至变送器外壳上。




图 20: 旋转现场显示 (现场型外壳)

3.4 安装后检查

在管道中完成测量设备安装后, 进行下列检查:

设备状况和技术规范	说明
设备是否完好无损 (目视检查)?	-
设备是否符合测量点规范 (包括: 过程温度和过程压力、环境温度、测量范围等)?	→ 5
安装指南	说明
传感器铭牌上的箭头指向是否与管道内流体的流向一致?	-
测量点标识和标签是否正确 (目视检查)?	-
是否选择了正确的传感器安装方向? 是否与传感器类型、流体特性 (除气流体、含固流体) 和流体温度相匹配?	→ 14
过程环境 / 过程条件	说明
测量设备是否采取防潮和防晒保护措施?	-

4 接线



警告！

连接防爆型 (Ex) 设备时，参考防爆 (Ex) 手册中的提示信息和接线图，防爆手册 (Ex) 是《操作手册》组成部分。如有任何疑问，敬请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。



注意！

设备无内置电源开关。因此，需要设置设备开关或供电回路断路器，用于断开电网中的供电线。

4.1 连接分体式仪表

4.1.1 连接传感器 / 变送器的连接电缆



警告！

- 存在电击风险！打开设备前，请首先关闭电源。
电源接通时，请勿安装设备，或进行设备接线。
疏忽此安全预警信息，可能导致电子部件发生不可修复的损坏。
- 存在电击风险！上电前，将保护性接地端连接至外壳接地端子上。
- 仅允许连接至具有相同序列号的传感器和变送器。否则，会发生通信错误。

1. 拆下变送器和传感器外壳上的接线腔盖 (d)。
2. 正确布置连接电缆 (e)。
3. 参考接线图 (→ 图 21，或螺纹外壳盖内的接线图) 连接传感器和变送器。
4. 将接线腔盖 (d) 重新拧至传感器和变送器外壳上。




图 21: 分体式仪表的电气连接示意图

- a 墙装型外壳：非危险区和 ATEX II3G / 2 区防爆场合 → 参考“防爆 (Ex) 手册”
- b 墙装型外壳：ATEX II2G / 1 区 / FM / CSA 防爆场合 → 参考“防爆 (Ex) 手册”
- c 传感器接线盒，法兰型
- d 接线腔盖或分体式传感器接线盒盖
- e 连接电缆

接线端子号：4/5 = 灰；6/7 = 绿；8 = 黄；9/10 = 粉；11/12 = 白；41/42 = 棕

4.1.2 连接电缆规格

变送器和分体式传感器的连接电缆的规格如下：

- $6 \times 0.38 \text{ mm}^2$ PVC 分层屏蔽电缆
- 阻抗: $\leq 50 \text{ } \Omega/\text{km}$
- 容抗 (线芯 / 屏蔽层): $\leq 420 \text{ pF/m}$
- 电缆长度: max. 20 m (65 ft)
- 持续工作温度: max. $+105 \text{ } ^\circ\text{C}$ ($+221 \text{ } ^\circ\text{F}$)



注意！

必须牢固安装电缆，防止松动。

4.2 连接测量单元

4.2.1 变送器连接



警告！

- 存在电击风险！打开设备前，请首先关闭电源。
电源接通时，请勿安装设备，或进行设备接线。
疏忽此安全预警信息，可能导致电子部件发生不可修复的损坏。
- 存在电击风险！上电前，将保护性接地端连接至外壳接地端子上。
(不需与电源电气隔离)。
- 参考铭牌参数，逐一检查现场供电电压和频率，确保一致。
遵守电气设备的安装法规要求。

1. 从变送器外壳上拧下接线腔盖 (f)。
2. 将供电电缆 (a) 和信号电缆 (b) 插入正确的电缆入口中。
3. 进行接线：
 - 接线图 (铝外壳) → 22
 - 接线图 (不锈钢外壳) → 23
 - 接线图 (墙装型外壳) → 24
 - 接线端子分配 → 29
4. 将接线腔盖 (f) 重新拧至变送器外壳上。




图 22: 变送器 (现场型铝外壳) 的电气连接示意图，连接电缆的横截面积: max. 2.5 mm^2

- a 供电电缆: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC
- 1 号端子: L1 接 AC, L+ 接 DC
- 2 号端子: N 接 AC, L- 接 DC
- b 信号电缆: 20-27 号端子 → 29
- c 保护性接地端
- d 信号电缆屏蔽层接地端
- e 服务接口, 用于连接 FXA193 (FieldCheck、FieldCare)
- f 接线腔盖
- g 固定卡扣




图 23: 变压器 (现场型不锈钢外壳) 的电气连接示意图, 连接电缆的横截面积: max. 2.5 mm²

- a 供电电缆: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC
1号端子: L1 接 AC, L+ 接 DC
2号端子: N 接 AC, L- 接 DC
- b 信号电缆: **20-27** 号端子 → 29
- c 保护性接地端
- d 信号电缆屏蔽层接地端
- e 服务接口, 用于连接 FXA193 (FieldCheck、FieldCare)
- f 接线腔盖




图 24: 变压器 (墙装型外壳) 的电气连接示意图, 连接电缆的横截面积: max. 2.5 mm²

- a 供电电缆: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC
1号端子: L1 接 AC, L+ 接 DC
2号端子: N 接 AC, L- 接 DC
- b 信号电缆: **20-27** 号端子 → 29
- c 保护性接地端
- d 信号电缆屏蔽层接地端
- e 服务接口, 用于连接 FXA193 (FieldCheck、FieldCare)
- f 接线腔盖

4.2.2 接线端子分配

电气参数:

- 输入 → 102
- 输出 → 105

订购选项 “输入/输出”	接线端子号 (输入/输出)			
	20 (+) / 21 (-)	22 (+) / 23 (-)	24 (+) / 25 (-)	26 (+) / 27 (-)
固定通信模块 (接线端子固定)				
A	-	-	频率输出	HART 电流输出
B	继电器输出	继电器输出	频率输出	HART 电流输出
R	-	-	本安 (Ex i)、有源 电流输出 2	本安 (Ex i)、有源 HART 电流输出 1
S	-	-	本安 (Ex i)、无源 频率输出	本安 (Ex i)、有源 HART 电流输出
T	-	-	本安 (Ex i)、无源 频率输出	本安 (Ex i)、无源 HART 电流输出
U	-	-	本安 (Ex i)、无源 电流输出 2	本安 (Ex i)、无源 HART 电流输出 1
可更换通信模块				
C	继电器输出 2	继电器输出 1	频率输出	HART 电流输出
D	状态输入	继电器输出	频率输出	HART 电流输出
E	状态输入	继电器输出	电流输出 2	HART 电流输出 1
L	状态输入	继电器输出 2	继电器输出 1	HART 电流输出
M	状态输入	频率输出 2	频率输出 1	HART 电流输出
W	继电器输出	电流输出 3	电流输出 2	HART 电流输出 1
0	状态输入	电流输出 3	电流输出 2	HART 电流输出 1
2	继电器输出	电流输出 2	频率输出	HART 电流输出 1
3	电流输入	继电器输出	电流输出 2	HART 电流输出 1
4	电流输入	继电器输出	频率输出	HART 电流输出
5	状态输入	电流输入	频率输出	HART 电流输出
6	状态输入	电流输入	电流输出 2	HART 电流输出

4.2.3 HART 连接

下列连接选项可供用户选择:

- 通过 26(+)/27(-) 号接线端子直接连接至变送器
- 通过 4...20 mA 回路连接



注意!

- 测量回路的通信阻抗必须至少为 $250\ \Omega$ 。
- **CURRENT SPAN / 电流模式** 功能参数必须设置为 “4...20 mA” (选项说明请参考《仪表功能描述》)。
- 请参考 HART 通信组织发布的文档资料, 特别是 HCF LIT 20: “HART- 技术小结”。

连接 HART 手操器

请参考 HART 通信组织发布的文档资料, 特别是 HCF LIT 20: “HART- 技术小结”。




图 25: HART 手操器 Field Xpert SFX100 的电气连接示意图

- 1 HART 手操器 Field Xpert SFX100
- 2 辅助电源
- 3 屏蔽端
- 4 其他设备或 PLC, 带无源输入

连接安装有调试工具的 PC 机

连接安装有调试工具 (例如: FieldCare) 的 PC 机时, 需要使用 HART 调制解调器 (例如: Commubox FXA195)。




图 26: 安装有调试工具的 PC 机的电气连接示意图

- 1 安装有调试工具的 PC 机
- 2 辅助电源
- 3 屏蔽端
- 4 其他开关单元或 PLC, 带无源输入
- 5 HART 调制解调器, 例如: Commubox FXA195

4.3 防护等级

测量设备符合 IP 67 防护等级的所有要求。

设备现场安装完成后，或服务工作完成后，必须严格遵守下列要求，确保始终满足 IP 67 防护等级：

- 将外壳密封圈放置在密封槽中前，务必确保其清洁无损。
如需要，请烘干、清洁或更换密封圈。
- 必须牢固拧紧螺纹紧固件和螺纹盖。
- 连接电缆必须具有指定外径 → 106 “电缆入口”。
- 必须牢固拧紧电缆入口 (a → 27)。
- 在接入电缆入口前，电缆向下弯曲 (“聚水器”) (b → 27)。确保湿气不会渗入电缆入口中。



注意！

电缆入口不得朝上放置。




图 27: 电缆入口的安装示意图

- 用堵头将未使用的电缆入口封闭。
- 请勿拆除电缆入口处的密封圈。



小心！

不得松开传感器外壳上的螺丝，否则，不再满足 Endress+Hauser 的防护等级。

4.4 连接后检查

完成测量设备的电气安装后，进行下列检查：

设备状况和技术规范	说明
所有电缆或设备是否完好无损 (目视检查)？	-
电气连接	说明
供电电压是否与铭牌参数一致？	85...260 V AC (45...65 Hz) 20...55 V AC (45...65 Hz) 16...62 V DC
电缆是否符合技术规范要求？	→ 27
电缆是否已经完全消除应力？	-
电缆是否正确分类敷设？ 无环路和交叉？	-
是否正确连接供电电缆和信号电缆？	参考接线腔盖内的接线图
是否牢固拧紧所有螺纹接线端子？	-
所有电缆入口是否均已安装、牢固拧紧和正确密封？ 电缆是否成为环路中的“聚水器”？	→ 31
所有外壳盖是否均已安装，且牢固拧紧？	-

5 操作

5.1 显示与操作单元

通过现场显示用户可以直接读取测量点的所有重要参数，通过“Quick Setup / 快速设置”或功能菜单进行仪表设置。

四行显示，显示测量值和 / 或状态变量 (流向、空管、棒图等)。

根据需求和习惯，用户可以改变显示行设置，指定不同显示行中显示不同参数 (→ 参考《仪表功能描述》)。




图 28: 显示与操作单元示意图

- 1 液晶显示屏
 四行背光显示；显示测量值、诊断文本、故障信息和提示信息。
 正常操作过程中，显示主显示界面 (操作模式)。
 读数值显示
- 2 光敏键，适用于光学传感器
- 3 加号键 (+) / 减号键 (-)
 - 主显示界面 → 直接访问累积量和输入 / 输出实际值
 - 输入数值、选择参数
 - 在功能菜单中选择不同的功能块、菜单组和功能组

 同时按下加号键 (+) / 减号键 (-) (\square):
 - 逐级退出功能菜单 → 主显示界面
 - 按下加号键 (+) / 减号键 (-)，并至少保持 3 s → 直接返回主显示界面
 - 取消输入的数值
- 4 回车键
 - 主显示界面 → 进入功能菜单
 - 保存用户输入的数值或更改后的设置

5.1.1 读数值显示 (操作模式)

显示区中显示测量值和 / 或状态变量 (流向、棒图等), 共三行显示。根据需求和习惯, 用户可以改变显示行设置, 指定不同显示行中显示不同参数 (→ 参考《仪表功能描述》)。

复用模式:

每个显示行最多可以分配显示两个不同的测量变量。

在复用模式下, 测量变量的交替显示间隔时间为 10 s。

错误信息:

系统错误 / 过程错误的显示和说明 → 40。




图 29: 正常操作模式下的典型显示界面 (主显示界面)

- 1 主显示行: 显示主要测量值
- 2 附加显示行: 显示其他测量变量和状态变量
- 3 信息行: 显示测量变量和状态变量的附加信息, 例如: 棒图显示
- 4 “信息图标”显示区: 显示测量值附加信息标识图标 → 35
- 5 “测量值”显示区: 显示当前测量值
- 6 “测量单位”显示区: 显示测量值单位和当前测量值显示时间

5.1.2 附加显示功能

现场显示具有多种显示功能, 取决于具体订购选项 (F-CHIP → 81)。

不带批处理软件的设备:

在主显示界面中, 同时按下 Info 键, 打开 “Info menu / 信息菜单”, 包含下列信息:

- 累积量 (包含溢流值)
- 输入 / 输出实际值或状态
- 设备位号 (TAG, 用户自定义)

Info → 在信息菜单中查看每个参数

Exit (退出键) → 返回主显示界面

带批处理软件的设备:

安装有批处理软件 (F-Chip*) 的测量仪表正确完成显示行设置后, 使用现场显示可以直接执行加料过程。详细信息 → 37。

5.1.3 图标

显示屏左侧的图标可以帮助用户便捷地读取和识别测量变量、设备状态和错误信息。

图标	说明	图标	说明
S	系统错误	P	过程错误
	故障信息 (对输出有影响)	!	提示信息 (对输出无影响)
I 1...n	电流输出 1...n	P 1...n	脉冲输出 1...n
F 1...n	频率输出	S 1...n	状态输出 / 继电器输出 1...n
Σ 1...n	累积量 1...n	 a0001187	状态输入
 a0001181	测量模式; PULSATING FLOW / 脉动流	 a0001182	测量模式; SYMMETRY / 对称 (双向)
 a0001183	测量模式; STANDARD / 标准	 a0001184	累加器的计数模式; BALANCE / 平衡 (正向流 + 反向流 (负值))
 a0001185	累加器的计数模式; 正向流	 a0001186	累加器的计数模式; 反向流 (负值)
 a0001188	体积流量	 a0001189	溶质体积流量
 a0001190	溶质校正体积流量	 a0001191	溶液体积流量
 a0001192	溶液校正体积流量	 a0001193	% 溶质体积流量
 a0001194	% 溶液体积流量	 a0001195	质量流量
 a0001196	溶质质量流量	 a0001197	% 溶质质量流量
 a0001198	溶液质量流量	 a0001199	% 溶质质量流量
 a0001200	流体密度	 a0001208	参考密度

图标	说明	图标	说明
 a0001201	加料批量	 a0001202	排料批量
 a0001203	批量	 a0001204	总批量
 a0001205	批次计数器 (x 次)	 a0001207	流体温度
 a0001209	电流输入	 a0001206	远程设置 设备操作方法: ■ HART, 例如: FieldCare、DXR 375

5.1.4 通过现场显示控制批处理过程

使用可选“(Batching / 批处理)”软件包 (F-CHIP, “附件” → 83), 通过现场显示可以直接控制加料过程。因此, 设备在现场可以用作“批处理控制器”。

操作步骤如下:

- 使用“Batch / 批处理”快速设置菜单 (→ 60) 或功能菜单 (→ 38) 设置所需的所有批处理功能参数和底部信息行 (**BATCHING KEYS / 批处理按键**)。现场显示的底行显示下列“功能按键” → 30:
 - **START / 启动** = 左侧显示键 (□)
 - **PRESET / 预设置** = 中间显示键 (□)
 - **MATRIX / 功能菜单** = 右侧显示键 (□)
- 按下“**PRESET / 预设置** (□)”键。显示屏中显示各项所需设置的批处理功能参数:

“PRESET / 预设置” → 批处理过程的初始设置		
代号	功能参数	设置
7200	BATCH SELECTOR / 批处理选择器	□□ → 选择批处理液体 (BATCH #1...6 / 批处理 #1...6)
7203	BATCH QUANTITY / 批量	“批处理”快速设置菜单下的“PRESET BATCH QUANTITY / 预设置批量”设置为“ACCESS CUSTOMER / 允许用户操作”时, 通过现场显示可以修改批量。选择“LOCKED / 锁定”时, 仅允许查看批量; 输入用户密码后, 才能修改批量。
7265	RESET TOTAL BATCH SUM / COUNTER 复位总批量 / 计数器	将批量次数计数器, 或将总批量复位至“0”。

- 退出“**PRESET / 预设置**”菜单后, 按下“**START / 启动** (□)”键, 即可启动批处理过程。显示屏中出现新功能按键 (**STOP / 停止**、**HOLD / 保持**、**GO ON / 继续**)。使用上述按键, 可以在任意时刻中断、继续或停止批处理过程 → 30。
 - STOP / 停止** (□) → 停止批处理过程
 - HOLD / 保持** (□) → 中断批处理过程 (显示切换为功能按键“**GO ON / 继续**”)
 - GO ON / 继续** (□) → 继续批处理过程 (显示切换为功能按键“**HOLD / 保持**”)
 批量达到后, 重新显示“**START / 启动**”或“**PRESET / 预设置**”功能按键。




图 30: 通过现场显示 (功能按键) 控制批处理过程

5.2 功能菜单的简明操作指南



注意！

■ 参考基本注意事项 → 39

■ 功能描述 → 参考《仪表功能描述》

1. 主显示界面 → **E** → 进入功能菜单
2. 选择功能块 (例如: **OUTPUTS** / 输出)
3. 选择菜单组 (例如: **CURRENT OUTPUT 1** / 电流输出 1)
4. 选择功能组 (例如: **SETTINGS** / 设置)
5. 选择功能参数 (例如: **TIME CONSTANT** / 时间常数)
更改参数 / 输入数值:
 ◀ → 选择或输入密码、参数、数值
E → 保存输入
6. 退出功能菜单:
 - 按下退出按键 (**Esc**), 并至少保持 3 s → 主显示界面
 - 重复按下退出键 (**Esc**) → 逐级退出, 返回至主显示界面




图 31: 选择功能参数和设置参数 (功能菜单)

5.2.1 基本注意事项

快速设置菜单中包含常用缺省设置，可以满足一般调试要求。复杂测量操作需要启用附加功能，并根据实际过程参数进行自定义设置。因此，功能菜单包含多重附加功能。为使菜单结构清晰，仪表采用多级菜单结构（功能块、菜单组和功能组）。

设置功能参数时，请遵守下列操作指南：

- 选择功能参数 → 38。
- 功能菜单中的每个选项均以数字或字母代号显示。
- 可以关闭部分功能参数 (OFF)。关闭后，其他功能组中的相关功能参数也不再显示。
- 特定功能参数需要用户确认输入。按下 \square 键，选择“SURE (YES) / 是”，并按下 \square 键确认。保存设置，或激活所需功能参数。
- 持续 5 min 无按键操作，自动返回主显示界面。
- 自动返回主显示界面后的 60 s 内无按键操作时，自动关闭设置模式。



小心！

功能菜单及所有功能参数的详细信息请参考《仪表功能描述》，《仪表功能描述》是《操作手册》的组成部分。



注意！

- 数据输入过程中，变送器继续测量，即：当前测量值继续通过输出信号正常输出。
- 电源故障时，所有预设置值和参数值均安全储存在 EEPROM 中。

5.2.2 允许设置模式

功能菜单可以被关闭。关闭功能菜单，防止设备功能参数、数值或工厂设置被修改。必须输入密码（工厂设置：83），方可以更改设置。

使用用户自定义密码，可以防止未经授权人员随意修改参数（参考《仪表功能描述》）。

输入密码时，应遵守下列操作指南：

- 在禁止设置模式下的任意功能参数中按下 \square 键，自动显示要求输入密码信息。
- 用户密码设置为“0”时，始终处于允许设置模式！
- 用户密码错误时，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。



小心！

改变特定参数（例如：传感器特征参数），将对整个测量系统功能造成严重影响，特别是测量精度。

通常情况下，无需更改此类参数。此类参数受专有密码保护，由 Endress+Hauser 设置。如有疑问，敬请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

5.2.3 禁止设置模式

自动返回主显示界面后的 60 s 内无按键操作时，自动关闭设置模式。

在 ACCESS CODE / 密码功能参数中输入任意数字（非用户密码），也可以关闭设置模式。

5.3 错误信息

5.3.1 错误类型

在调试或测量过程中一旦出现错误，立即显示错误信息。同时出现两个或多个系统错误或过程错误时，显示优先级最高的错误。

测量系统区分下列两类错误：

- 系统错误：
 - 包含所有设备错误，例如：通信错误、硬件错误等 → 85
- 过程错误：
 - 包含所有应用错误，例如：非均匀流体等 → 90




图 32: 错误信息显示示意图

- 1 错误类型：P = 过程错误、S = 系统错误
- 2 错误信息类型：⚡ = 故障信息、! = 提示信息
- 3 错误名称：例如，“FLUID INHOM. / 非均匀流体”
- 4 错误代号：例如，#702
- 5 最新错误持续时间 (时 : 分 : 秒)

5.3.2 错误信息类型

分别定义为**故障信息**或**提示信息**，用户可以区分对待系统错误和过程错误。通过功能菜单设置错误信息类型 (参考《仪表功能描述》)。
测量设备始终将严重系统错误 (例如：模块故障) 定义为“故障信息”。

提示信息 (!)

- 此类错误对当前测量操作和测量设备输出无影响。
- 显示方式 → 感叹号 (!)，错误类型 (S: 系统错误、P: 过程错误)

故障信息 (⚡)

- 此类错误将中断或停止当前测量操作，直接影响输出。通过功能菜单中的功能参数设置输出响应 (失效安全模式) → 93
- 显示方式 → 闪电符号 (⚡)，错误类型 (S: 系统错误、P: 过程错误)



注意！

- 通过继电器输出可以输出错误状态。
- 错误信息出现时，通过电流输出可以输出故障断开电流的高限值 and 低限值，符合 NAMUR 43 标准。

5.3.3 确认错误信息

基于工厂和过程安全性考虑，可以对测量设备进行如下设置：必须始终通过按下  键更正或确认故障信息 (f) 后，显示屏上的错误信息才会消除。

设置“**ACKNOWLEDGE FAULT MESSAGE / 故障信息响应**”功能参数，可以打开或关闭此选项 (参考《仪表功能描述》)。



注意！

- 通过状态输入也可以复位和确认故障信息 (f)。
- 提示信息 (!) 无需确认。但是，提示信息将一直显示，直至错误原因消除。

5.4 通信

除了现场操作，还可以通过 HART 通信设置测量设备和读取测量值。数字式信号通信使用 4...20 mA HART 电流输出 →  30。

HART 协议允许在 HART 主站和现场型设备间传输测量值和设备参数，用于设置和诊断。

HART 主站 (例如：手操器或 PC 调试工具 (例如：FieldCare)) 需要设备描述文件 (DD 文件)，DD 文件中包含 HART 设备的所有信息。仅允许通过“命令”传输信息。

具有下列命令类型：

具有三种不同类型的命令：

■ 通用命令

所有 HART 设备均支持和使用通用命令。与下列功能相关，例如：

- 识别 HART 设备
- 读取数字量测量值 (体积流量、累积量等)

■ 一般操作命令

大多数现场型设备都支持且可以执行一般操作命令，但非所有现场型设备。

■ 设备专用命令：

通过设备专用命令允许访问非 HART 标准设备的功能。此类命令读取每台现场设备信息和其他信息，例如：空管 / 满管标定值、小流量切除设置等。



注意！

测量设备具有上述三类命令。

所有“通用命令”和“一般操作命令”清单 →  45。

5.4.1 操作方式

为了完整地操作测量设备，包括使用设备专用命令，可以为用户提供 DD 文件，用于以下操作设备和程序：



注意！

- **CURRENT RANGE / 电流范围**功能参数 (电流输出 1) 中的 HART 通信需要设置为“4...20 mA HART”或“4...20 mA (25 mA) HART”。
- 在 I/O 板上使用跳线针关闭或激活 HART 写保护功能 → 53。

HART 手操器 Field Xpert

通过 HART 手操器选择设备功能，涉及多级菜单和专用 HART 功能菜单。HART 手操器包装内的 HART 手册提供详细设备信息。

FieldCare 调试工具

FieldCare 是 Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具，用于智能型现场设备的设置和诊断。通过状态信息，用户可以简便、高效地监控设备。通过 HART 接口 FXA195 或服务接口 FXA193 访问 Proline 系列流量计。

SIMATIC PDM (西门子) 调试工具

SIMATIC PDM 是独立于制造商的标准化调试工具，用于智能型现场设备的操作、设置、维护和诊断。

AMS (艾默生过程管理) 调试工具

AMS (资产管理解决方案)：用于设备操作和设置的软件

5.4.2 当前设备描述文件 (DD 文件)

下表介绍了各类调试工具的配套设备描述文件及获取途径。

HART 协议:

有效软件版本号:	3.01.00	→ DEVICE SOFTWARE / 设备软件 功能参数
HART 设备参数:		
制造商 ID:	11 _{hex} (ENDRESS+HAUSER)	→ MANUFACTURER ID / 制造商 ID 功能参数
设备 ID:	51 _{hex}	→ DEVICE ID / 设备 ID 功能参数
HART 版本信息:	设备修订版本号: 9 / DD 文件修订版本号: 1	
软件版本:	01.2010	
调试工具:	设备描述文件 (DD) 的获取途径:	
Field Xpert 手操器	■ 使用手操器的升级功能	
FieldCare / DTM	<ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com → Download-Area ■ CD-ROM (Endress+Hauser 订货号: 56004088) ■ DVD (Endress+Hauser 订货号: 70100690) 	
AMS	■ www.endress.com → Download-Area	
SIMATIC PDM	■ www.endress.com → Download-Area	

测试仪 / 仿真器:	设备描述文件 (DD) 的获取途径:
Fieldcheck	■ 通过 FieldCare 更新, 使用 Fieldflash 模块中的 FXA 193/291 DTM 流量设备

5.4.3 设备参数和过程变量

设备参数:

通过 HART 通信可以查看下列设备参数:

代码 (十进制)	设备参数	代码 (十进制)	设备参数
0	关 (未设置)	26	°PLATO
2	质量流量	27	°BALLING
5	体积流量	28	°BRIX
6	校正体积流量	29	其他
7	密度	52	加料批量
8	参考密度	53	排料批量
9	温度	58	质量流量偏差
12	溶质质量流量	59	密度偏差
13	% 溶质质量流量	60	参考密度偏差
14	溶质体积流量	61	温度偏差
15	% 溶质体积流量	62	测量管阻尼偏差
16	溶质校正体积流量	63	电动传感器偏差
17	溶液质量流量	64	动态粘度
18	% 溶液质量流量	65	运动粘度
19	溶液体积流量	81	温度补偿动态粘度
20	% 溶液体积流量	82	温度补偿运动粘度
21	溶液校正体积流量	86	工作频率波动
22	%-BLACK LIQUOR	87	测量管阻尼波动
23	°BAUME >1kg/l	250	累积量 1
24	°BAUME <1kg/l	251	累积量 2
25	°API	252	累积量 3

过程变量:

在工厂中, 过程变量被设置为下列设备参数:

- 主要过程变量 (PV) → 质量流量
- 第二过程变量 (SV) → 累积量 1
- 第三过程变量 (TV) → 密度
- 第四过程变量 (FV) → 温度



注意!

使用命令 51 可以设置或更改设备参数对应的过程变量 → 50。

5.4.4 通用 HART 命令 / 一般操作 HART 命令

下表介绍了设备支持的所有通用命令。

命令号 HART 命令 / 访问类型	命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
通用命令		
0	读取唯一的设备标识 访问类型 = 只读	无
1	读取主要过程变量 访问类型 = 只读	无
2	读取主要过程变量的电流值 (mA) 和 设定量程的百分比值 访问类型 = 只读	无
3	读取主要过程变量的电流值 (mA) 和 四个动态过程变量 (使用命令 51 进行预设置) 访问类型 = 只读	无

设备标识提供设备和制造商信息。不可更改。
响应参数为 12 个字节的设备 ID:
- 字节 0: 固定值, 254
- 字节 1: 制造商 ID, 17 = E+H
- 字节 2: 设备类型 ID,
例如: 81 = Promass 83, 或 80 = Promass 80
- 字节 3: 前导字节数
- 字节 4: 通用命令修订版本号
- 字节 5: 设备专用命令修订版本号
- 字节 6: 软件修订版本号
- 字节 7: 硬件修订版本号
- 字节 8: 附加设备信息
- 字节 9...11: 设备标识

- 字节 0: 主要过程变量的 HART 单位代码
- 字节 1...4: 主要过程变量
工厂设置:
主要过程变量 = 质量流量
 **注意!**
■ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。
■ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。

- 字节 0...3: 主要过程变量的实际电流值 (mA)
- 字节 4...7: 设定量程的百分比值
工厂设置:
主要过程变量 = 质量流量
 **注意!**
使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。

响应参数为 24 个字节:
- 字节 0...3: 主要过程变量的电流值 (mA)
- 字节 4: 主要过程变量的 HART 单位代码
- 字节 5...8: 主要过程变量
- 字节 9: 第二过程变量的 HART 单位代码
- 字节 10...13: 第二过程变量
- 字节 14: 第三过程变量的 HART 单位代码
- 字节 15...18: 第三过程变量
- 字节 19: 第四过程变量的 HART 单位代码
- 字节 20...23: 第四过程变量
工厂设置:
■ 主要过程变量 = 质量流量
■ 第二过程变量 = 累积量 1
■ 第三过程变量 = 密度
■ 第四过程变量 = 温度
 **注意!**
■ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。
■ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。

命令号 HART 命令 / 访问类型	命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
6 设置 HART 短地址 访问类型 = 写入	字节 0: 要求的地址 (0...15) 工厂设置: 0  注意! 地址 > 0 时 (多点模式下), 将主要过程变量的电流输出设置为 4 mA。	字节 0: 有效地址
11 通过位号 (TAG) (测量点名称) 读取 唯一的设备标识 访问类型 = 只读	字节 0...5: 位号 (TAG)	设备标识提供设备和制造商信息。不可更改。 位号 (TAG) 与设备中储存的信息一致时, 响应参数为 12 个字节的设备 ID: - 字节 0: 固定值, 254 - 字节 1: 制造商 ID, 17 = E+H - 字节 2: 设备类型 ID, 例如: 81 = Promass 83, 或 80 = Promass 80 - 字节 3: 前导字节数 - 字节 4: 通用命令修订版本号 - 字节 5: 设备专用命令修订版本号 - 字节 6: 软件修订版本号 - 字节 7: 硬件修订版本号 - 字节 8: 附加设备信息 - 字节 9...11: 设备标识
12 读取用户信息 访问类型 = 只读	无	字节 0...24: 用户信息  注意! 使用命令 17 可以写入用户信息。
13 读取位号 (TAG)、描述符和日期 访问类型 = 只读	无	- 字节 0...5: 位号 (TAG) - 字节 6...17: 描述符 - 字节 18...20: 日期  注意! 使用命令 18 可以写入位号 (TAG)、描述符和日期。
14 读取主要过程变量的传感器信息	无	- 字节 0...2: 传感器序列号 - 字节 3: 传感器限定值和主要过程变量测量范围的 HART 单位代码 - 字节 4...7: 传感器上限值 - 字节 8...11: 传感器下限值 - 字节 12...15: 最小量程  注意! ■ 主要过程变量对应的参数 (质量流量)。 ■ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。
15 读取主要过程变量的输出信息 访问类型 = 只读	无	- 字节 0: 报警选择 ID - 字节 1: 转换功能 ID - 字节 2 主要过程变量设定量程的 HART 单位代码 - 字节 3...6: 量程上限, 20 mA 对应值 - 字节 7...10: 量程起点, 4 mA 对应值 - 字节 11...14: 阻尼时间 [s] - 字节 15: 写保护 ID - 字节 16: OEM 制造商 ID, 17 = E+H 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量  注意! ■ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。 ■ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。

命令号 HART 命令 / 访问类型	命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
16 @ 读取设备生产代号 访问类型 = 只读	无	字节 0...2: 生产代号
17 写入用户信息 访问类型 = 写入	可以在此参数中保存 32 个字符的设备长文本: 字节 0...23: 要求的用户信息	显示设备的当前用户信息: 字节 0...23: 设备的当前用户信息
18 写入位号 (TAG)、描述符和日期 访问类型 = 写入	此参数可以储存 8 个字符的位号 (TAG)、16 个字符的描述符和日期: - 字节 0...5: 位号 (TAG) - 字节 6...17: 描述符 - 字节 18...20: 日期	显示设备的当前信息: - 字节 0...5: 位号 (TAG) - 字节 6...17: 描述符 - 字节 18...20: 日期

下表介绍了设备支持的所有一般操作命令。

命令号 HART 命令 / 访问类型	命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
一般操作命令		
34 写入主要过程变量的阻尼值 访问类型 = 写入	字节 0...3: 主要过程变量的阻尼值 (s) 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量	显示设备的当前阻尼值: 字节 0...3: 阻尼值 (s)
35 写入主要过程变量的测量范围 访问类型 = 写入	写入要求的测量范围: - 字节 0: 主要过程变量的 HART 单位代码 - 字节 1...4: 量程终点, 20 mA 对应值 - 字节 5...8: 量程起点, 4 mA 对应值 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量  注意! ■ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。 ■ 过程变量的 HART 单位代码不正确时, 设备将维持最新有效单位。	显示当前设定量程: - 字节 0: 主要过程变量设定量程的 HART 单位代码 - 字节 1...4: 量程终点, 20 mA 对应值 - 字节 5...8: 量程起点, 4 mA 对应值  注意! 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。
38 复位设备状态 (设置更改) 访问类型 = 写入	无	无
40 仿真主要过程变量的输出电流 访问类型 = 写入	仿真主要过程变量要求的电流输出。 输入 0, 立即退出仿真模式: 字节 0...3: 输出电流 (mA) 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量  注意! 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。	显示主要过程变量的瞬态电流输出: 字节 0...3: 输出电流 (mA)
42 执行主复位 访问类型 = 写入	无	无

命令号 HART 命令 / 访问类型	命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
44 写入主要过程变量单位 访问类型 = 写入	<p>设置主要过程变量的单位。</p> <p>仅当单位与过程变量相匹配时，方传输至设备中： 字节 0: HART 单位代码</p> <p>工厂设置： 主要过程变量 = 质量流量</p> <p> 注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 写入的过程变量的 HART 单位代码不正确时，设备将维持最新有效单位。 ■ 改变主要过程变量单位，对系统单位无影响。 	<p>显示主要过程变量的当前单位： 字节 0: HART 单位代码</p> <p> 注意！ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。</p>
48 读取附加设备状态 访问类型 = 只读	无	<p>显示附加设备状态： 代码: 参考 → 50</p>
50 读取四个过程变量对应的设备参数设置 访问类型 = 只读	无	<p>显示过程变量对应的当前设备参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 字节 0: 主要过程变量对应的设备参数代码 - 字节 1: 第二过程变量对应的设备参数代码 - 字节 2: 第三过程变量对应的设备参数代码 - 字节 3: 第四过程变量对应的设备参数代码 <p>工厂设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 主要过程变量: 代码 1 - 质量流量 ■ 第二过程变量: 代码 250 - 累积量 1 ■ 第三过程变量: 代码 7 - 密度 ■ 第四过程变量: 代码 9 - 温度 <p> 注意！ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。</p>
51 写入设备参数对应的四个过程变量： 访问类型 = 写入	<p>设置设备参数对应的四个过程变量：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 字节 0: 主要过程变量对应的设备参数代码 - 字节 1: 第二过程变量对应的设备参数代码 - 字节 2: 第三过程变量对应的设备参数代码 - 字节 3: 第四过程变量对应的设备参数代码 <p>支持的设备参数代码： 参考 → 44</p> <p>工厂设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 主要过程变量 = 质量流量 ■ 第二过程变量 = 累积量 1 ■ 第三过程变量 = 密度 ■ 第四过程变量 = 温度 	<p>显示过程变量对应的参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 字节 0: 主要过程变量对应的设备参数代码 - 字节 1: 第二过程变量对应的设备参数代码 - 字节 2: 第三过程变量对应的设备参数代码 - 字节 3: 第四过程变量对应的设备参数代码

命令号	HART 命令 / 访问类型	命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
53	写入设备参数单位 访问类型 = 写入	设置指定设备参数单位。 仅当单位与设备参数相匹配时，方传输： - 字节 0: 设备参数代码 - 字节 1: HART 单位代码 支持的设备参数代码： 参考 → 44  注意！ ■ 设备参数的写入单位不正确时，设备将维持最新有效单位。 ■ 改变设备参数单位，对系统单位无影响。	显示当前设备参数单位： 字节 0: HART 单位代码  注意！ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。
59	写入响应信息的前导字节数 访问状态 = 写入	设置插入响应信息中的前导字节数： 字节 0: 前导字节数 (2...20)	显示当前前导字节数： 字节 0: 前导字节数

5.4.5 设备状态 / 错误信息

使用命令“48”可以读取扩展设备状态，即：当前错误信息。
命令传输信息，信息以位的形式进行编码中 (参考下表)。



注意！

设备状态和错误信息及其消除方法的详细说明 → 85。

字节 - 位	错误代号	错误的简单描述 → 85
0-0	001	严重设备错误。
0-1	011	EEPROM 测量放大器故障。
0-2	012	访问 EEPROM 测量放大器中的参数时，发生错误。
1-1	031	S-DAT: 故障或丢失。
1-2	032	S-DAT: 访问储存参数时，发生错误。
1-3	041	T-DAT: 故障或丢失。
1-4	042	T-DAT: 访问储存参数时，发生错误。
1-5	051	I/O 板和放大器板不兼容。
3-3	111	总和校验错误。
3-4	121	I/O 板和放大器板 (软件版本号) 不兼容。
3-6	205	T-DAT: 数据下载失败。
3-7	206	T-DAT: 数据上传失败。
4-3	251	放大器板内部通信故障。
4-4	261	放大器板和 I/O 板间无数据通信。
5-7	339	流量缓冲: 在 60 s 内，无法清除或输出暂时缓冲的流量部分 (脉动流测量模式)。
6-0	340	
6-1	341	
6-2	342	
6-3	343	频率缓冲: 在 60 s 内，无法清除或输出暂时缓冲的流量部分 (脉动流测量模式)。
6-4	344	
6-5	345	
6-6	346	
6-7	347	脉冲缓冲: 在 60 s 内，无法清除或输出暂时缓冲的流量部分 (脉动流测量模式)。
7-0	348	
7-1	349	
7-2	350	
7-3	351	电流输出: 实际流量值超出设定的限定值。
7-4	352	
7-5	353	
7-6	354	
7-7	355	频率输出: 实际流量值超出设定的限定值。
8-0	356	
8-1	357	
8-2	358	
8-3	359	脉冲输出: 脉冲输出频率超限。
8-4	360	
8-5	361	
8-6	362	

字节 - 位	错误代号	错误的简单描述 → 85
9-0	379	测量管的振动频率超出允许范围。
9-1	380	
9-2	381	测量管上的温度传感器可能发生故障。
9-3	382	
9-4	383	传感器外壳中的温度传感器可能发生故障。
9-5	384	
9-6	385	测量管的励磁器线圈之一(入口或出口)可能发生故障。
9-7	386	
10-0	387	
10-1	388	放大器错误
10-2	389	
10-3	390	
11-6	471	超出最大允许批处理时间。
11-7	472	未达到批量: 未达到最小批量 超出批量: 超出最大允许批量
12-0	473	超出预设批量点。 加料过程完成。
12-1	474	超出设置的最大流量。
12-7	501	新放大器软件版本正在导入。无法执行其他命令。
13-0	502	上传或下载设备文件。无法执行其他命令。
13-2	571	批处理过程进行中(阀门处于打开状态)。
13-3	572	批处理过程已停止(阀门处于关闭状态)。
13-5	586	流体特性使得无法正常进行测量操作。
13-6	587	出现极端工况。 测量系统无法启动。
13-7	588	内部模/数转换器超载。 无法继续测量!
14-3	601	开启仪表强制归零。
14-7	611	开启仿真电流输出。
15-0	612	
15-1	613	
15-2	614	开启仿真频率输出。
15-3	621	
15-4	622	
15-5	623	
15-6	624	开启仿真脉冲输出。
15-7	631	
16-0	632	
16-1	633	
16-2	634	
16-3	641	开启仿真状态输出。
16-4	642	
16-5	643	
16-6	644	

字节 - 位	错误代号	错误的简单描述 → 85
16-7	651	开启仿真继电器输出。
17-0	652	
17-1	653	
17-2	654	
17-3	661	开启仿真电流输入。
17-4	662	
17-5	663	
17-6	664	
17-7	671	开启仿真状态输入。
18-0	672	
18-1	673	
18-2	674	
18-3	691	开启错误 (输出) 响应仿真。
18-4	692	开启体积流量仿真。
19-0	700	过程流体密度超出 EPD 功能设定的上 / 下限值。
19-1	701	极端过程流体特性使得测量管励磁线圈达到最大电流值。
19-2	702	非均匀流体导致频率控制不稳定。
19-3	703	NOISE LIM. CH0 内部模 / 数转换器超载。 无法继续测量!
19-4	704	NOISE LIM. CH1 内部模 / 数转换器超载。 无法继续测量!
19-5	705	超出电子模块的测量范围。质量流量过大。
20-5	731	无法进行零点校正, 或零点校正被取消。
22-4	61	F-Chip 故障, 或未插入 I/O 板中。
24-5	363	电流输入: 实际电流值超出设定限定值。

5.4.6 切换 HART 写保护开 / 关

通过 I/O 板上的跳线针可以切换 HART 写保护开 / 关。



警告！

存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已关闭电源。

1. 关闭电源。
2. 拆除 I/O 板 → 95。
3. 使用跳线针切换 HART 写保护开 / 关 → 33。
4. I/O 板的安装步骤和拆卸步骤相反。




图 33: 切换 HART 写保护开 / 关

- 1 写保护关 (OFF) (缺省值): 允许 HART 通信
- 2 写保护开 (ON): 禁止 HART 通信

6 调试


6.1 功能检查

测量设备上电前，请确保已完成下列功能检查：

- “安装后检查”的检查列表 → 25
- “连接后检查”的检查列表 → 32

6.2 开启测量设备

成功完成功能检查后，设备即可立即上电操作。设备进行功能自检，显示屏中显示下列信息：



启动完成后，立即进入正常测量模式。
显示屏上 (主显示界面) 显示各种测量值和 / 或状态变量。



注意！
如果无法正常启动 (启动失败)，显示错误信息和错误原因。

6.3 快速设置

不带现场显示的测量设备必须通过调试工具 (例如: FieldCare) 分别对每个功能参数进行设置。

带现场显示的测量设备可以通过下列快速设置菜单快速、简便地设置标准操作中的所有重要设备参数和附加功能参数。

6.3.1 “Commissioning / 调试” 快速设置菜单




图 34: “QUICK SETUP COMMISSIONING / 调试快速设置” 菜单可以直接进行主要设备功能参数设置



注意！

- 在参数输入过程中，同时按下  组合键，返回 **SETUP COMMISSIONING / 调试设置** (1002) 显示界面。储存参数仍有效。
 - 以下快速设置运行之前，必须执行“Commissioning / 调试”快速设置。
- ① “**DELIVERY SETTING / 出厂设置**”选项将所选单位复位至工厂设置。
“**ACTUAL SETTING / 实际设置**”选项采用先前用户设置。
 - ② 仅允许选择非当前设置菜单中设置的单位。质量、体积和校正体积流量单位基于相应的流量单位计算。
 - ③ 所有设置完成后，显示“**YES / 是**”选项；仅当无其他输出时，显示“**NO / 否**”。
 - ④ 仅允许选择非当前设置菜单中设置的输出。
 - ⑤ 显示“**YES / 是**”，直至所有输出设置完成。显示“**NO / 否**”时，表示无其他输出。
 - ⑥ “automatic parameterization of display/ 显示自动参数化”选项中包含下列基本设置 / 工厂设置：
YES: 主显示行 = 质量流量；附加显示行 = 累积量 1
 信息行 = 操作 / 系统状态
NO: 保持现有设置
 - ⑦ 仅当安装了 **BATCHING / 批处理** 软件包时，**QUICK SETUP BATCHING / 批处理快速设置** 方有效。

6.3.2 “Pulsating Flow / 脉动流”快速设置菜单

某些类型的泵 (例如：抽吸泵、蠕动泵和凸轮泵) 会引起剧烈的周期性流量波动。此类泵的阀门关闭体积，或阀门泄露会引起负流量。




图 35: 各类泵的流量特征曲线图

- A 剧烈脉动流
- B 微小脉动流
- 1 单缸凸轮泵
- 2 双缸凸轮泵
- 3 电磁泵
- 4 蠕动泵，灵活软管连接
- 5 多缸抽吸泵



注意！
进行“Pulsating Flow / 脉动流”快速设置前，执行“Commissioning / 调试”快速设置 → 55。

剧烈脉动流

在“Pulsating Flow / 脉动流”快速设置菜单中完成多项设备功能参数设置后，可以对整个流量范围内流量波动进行补偿，确保正确测量脉动流。详细信息请参考以下快速设置菜单的使用说明。



注意！
流量特征不明确时，建议使用“Pulsating Flow / 脉动流”快速设置菜单进行设置。

微小脉动流量


无流量波动，或轻微流量波动时，例如：使用齿轮泵、三缸泵或多缸泵时，不一定需要通过快速设置菜单进行设置。

此时，建议调节下列功能参数 (参考《仪表功能描述》)，使仪表适应现场工况条件，确保输出信号稳定。特别适用于：

- 测量系统阻尼时间：**FLOW DAMPING / 流量阻尼时间**功能参数 → 增大数值
- 电流输出阻尼时间：**TIME CONSTANT / 时间常数**功能参数 → 增大数值

执行“Pulsating Flow / 脉动流”快速设置菜单

快速设置菜单引导用户系统地完成所有设备测量脉动流功能参数的设置。请注意：操作对先前设置值无影响，例如：测量范围、电流范围或满量程值。



a0002615-en

图 36: 剧烈脉动流的快速设置菜单。推荐设置如下。

- ① 仅允许选择非当前设置菜单中设置的计数器。
- ② 所有计数器均设置完成后，显示“YES / 是”选项”；仅当无其他输出时，显示“NO / 否”。
- ③ 仅允许选择非当前设置菜单中设置的输出。
- ④ 所有输出均设置完成后，显示“YES / 是”选项”；仅当无其他输出时，显示“NO / 否”。



注意！

- 在参数输入过程中，同时按下 组合键，返回 QUICK SETUP PULSATING FLOW / 脉动流快速设置 (1003) 显示界面。
- 完成“COMMISSIONING / 调试”设置后，或手动设置 QUICK SETUP PULSATING FLOW / 脉动流快速设置 (1003) 功能参数后，可以直接进行脉动流设置。

推荐设置

“Pulsating Flow / 脉动流”快速设置菜单		
主显示界面 → → MEASURED VARIABLE / 测量变量 (A) MEASURED VARIABLE / 测量变量 → → QUICK SETUP / 快速设置 (B) QUICK SETUP / 快速设置 → → QS PULS. FLOW / 脉动流快速设置 (1003)		
功能参数代号	功能参数名称	选择确认 ()
1003	QS PULS. FLOW / 脉动流快速设置	YES / 是 按下 键确认，快速设置菜单依次查询后续功能参数。
▼		
基本设置		
2002	DISPLAY DAMPING / 显示阻尼时间	1 s
3002	TOTALIZER MODE / 累积模式 (DAA)	BALANCE / 平衡 (累加器 1)
3002	TOTALIZER MODE / 累积模式 (DAB)	BALANCE / 平衡 (累加器 2)
3002	TOTALIZER MODE / 累积模式 (DAC)	BALANCE / 平衡 (累加器 3)
信号类型: “CURRENT OUTPUT 1...n / 电流输出 1...n”		
4004	MEASURING MODE / 测量模式	PULSATING FLOW / 脉动流
4005	TIME CONSTANT / 时间常数	1 s
信号类型: “FREQ./PULSE OUTPUT 1 ... n / 频率 / 脉冲输出 1...n” (频率操作模式)		
4206	MEASURING MODE / 测量模式	PULSATING FLOW / 脉动流
4208	TIME CONSTANT / 时间常数	0 s
信号类型: “FREQ./PULSE OUTPUT 1 ... n / 频率 / 脉冲输出 1...n”(脉冲操作模式)		
4225	MEASURING MODE / 测量模式	PULSATING FLOW / 脉动流
其他设置		
8005	ALARM DELAY / 报警延迟时间	0 s
6400	ASSIGN LOW FLOW CUTOFF / 分配小流量切除	MASS FLOW / 质量流量
6402	ON-VALUE LOW FLOW CUTOFF / 小流量切除开启点	设置取决于口径: DN 1 = 0.02 [kg/h] 或 [l/h] DN 2 = 0.10 [kg/h] 或 [l/h] DN 4 = 0.45 [kg/h] 或 [l/h] DN 8 = 2.0 [kg/h] 或 [l/h] DN 15 = 6.5 [kg/h] 或 [l/h] DN 15 FB = 18 [kg/h] 或 [l/h] DN 25 = 18 [kg/h] 或 [l/h] DN 25 FB = 45 [kg/h] 或 [l/h] DN 40 = 45 [kg/h] 或 [l/h] DN 40 FB = 70 [kg/h] 或 [l/h] DN 50 = 70 [kg/h] 或 [l/h] DN 50 FB = 180 [kg/h] 或 [l/h] DN 80 = 180 [kg/h] 或 [l/h] DN 100 = 350 [kg/h] 或 [l/h] DN 150 = 650 [kg/h] 或 [l/h] DN 250 = 1800 [kg/h] 或 [l/h] DN 350 = 3250 [kg/h] 或 [l/h] FB = Promass I (通径型)
6403	OFF-VALUE LOW FLOW CUTOFF / 小流量切除关闭点	50%
6404	PRESSURE SHOCK SUPPRESSION / 压力冲击抑制	0 s
▼		
返回主显示界面: → 按下退出键 (), 并至少保持 3 s → 重复按下 - 松开退出键 () → 逐级退出功能菜单		

6.3.3 “Batching / 批处理”快速设置菜单

快速设置菜单引导用户系统地完成所有设备批处理参数的设置。基本设置适用于简单批处理。

附加设置，例如：计算运行或多级批处理操作，必须通过功能菜单设置（参考《仪表功能描述》）。



小心！

“Batching / 批处理”快速设置菜单用于非连续测量的部分设备参数设置。

设备连续测量时，建议返回至“Commissioning / 调试”和/或“Pulsating Flow / 脉动流”快速设置菜单。



注意！

■ 进行“Batching / 批处理”快速设置前，执行“Commissioning / 调试”快速设置 → 55。

■ 仅当测量设备安装有“batching / 批处理”软件时，此功能参数方有效。

软件可以作为附件向 Endress+Hauser 订购 → 83。

■ 批处理功能参数的详细信息请参考《仪表功能描述》。


■ 使用现场显示可以直接控制加料过程。

快速设置过程中，自动显示相应的设置对话框，按下“YES/ 是”进入。

底显示行为特殊批处理功能 (**START/ 启动**、**PRESET/ 预设置**、**MATRIX/ 功能菜单**)，通过三个操作按键 ( /  / ) 直接操作。

因此，测量设备可以用作现场批量控制仪 → 37。

■ Promass X 传感器无“Batching / 批处理”快速设置菜单。



a0004644-en

图 37: “Batching / 批处理” 快速设置菜单
推荐设置请参考下表。

推荐设置

“Batching / 批处理”快速设置菜单		
主显示界面 → → MEASURED VARIABLE / 测量变量 (A) MEASURED VARIABLE / 测量变量 → → QUICK SETUP / 快速设置 (B) QUICK SETUP / 快速设置 → → QUICK SETUP BATCHING / 批处理快速设置 (1005)		
功能参数代号	功能参数名称	选择确认 () (按下 键, 进入下一功能参数。)
1005	QUICK SETUP BATCHING / DOSING / 批处理快速设置 / 灌装	YES / 是 按下 键确认, 快速设置菜单依次查看后续 功能参数。
▼		
注意! 灰色背景显示的功能参数由测量系统自动设置		
6400	ASSIGN LOW FLOW CUTOFF / 分配小流量切 除	MASS FLOW / 质量流量
6402	ON-VALUE LOW FLOW CUTOFF / 小流量切 除开启点	参考表格 → 63
6403	OFF-VALUE LOW FLOW CUTOFF / 小流量切 除关闭点	50%
6603	FLOW DAMPING / 流量阻尼时间	0 s
6404	PRESSURE SHOCK SUPPRESSION / 压力冲击 抑制	0 s
7200	BATCH SELECTOR / 批处理选择器	BATCH #1 / 批量 #1
7201	BATCH NAME / 批处理名称	BATCH #1 / 批量 #1
7202	ASSIGN BATCH VARIABLE / 分配批处理变量	MASS / 质量
7203	BATCH QUANTITY / 批量	0
7204	FIXED CORRECTION QUANTITY / 固定校正 批量	0
7205	CORRECTION MODE / 校正模式	OFF / 关
7208	BATCH STAGES / 批处理级	1
7209	INPUT FORMAT / 输入格式	VALUE INPUT / 输入值
4700	ASSIGN RELAY / 分配继电器	BATCH VALVE 1 / 批量值 1
4780	TERMINAL NUMBER / 端子数	输出 (仅作参考)
7220	OPEN VALVE 1 / 打开阀门 1	0% 或 0 [单位]
7240	MAXIMUM BATCH TIME / 最大批处理时间	0 s (= 关闭)
7241	MINIMUM BATCH QUANTITY / 最小批量	0
7242	MAXIMUM BATCH QUANTITY / 最大批量	0
2200	ASSIGN (主显示行)	BATCH NAME / 批处理名称
2220	ASSIGN (复用主显示行)	OFF / 关
2400	ASSIGN (附加行)	BATCH DOWNWARDS / 批量减小
2420	ASSIGN (复用附加行)	OFF / 关
2600	ASSIGN (信息行)	BATCHING KEYS / 批处理按键
2620	ASSIGN (复用信息行)	OFF / 关
▼		
返回主显示界面: → 按下退出键 (), 并至少保持 3 s → 重复按下 - 松开退出键 () → 逐级退出功能菜单		

DN		小流量切除 / 工厂设置 ($v \sim 0.04 \text{ m/s}$ (0.13 ft/s))	
		公制单位 (SI) [kg/h]	英制单位 (US) [lb/min]
1	1/24"	0.08	0.003
2	1/12"	0.4	0.015
4	1/8"	1.8	0.066
8	3/8"	8	0.3
15	1/2"	26	1.0
15 FB	1/2"	72	2.6
25	1"	72	2.6
25 FB	1"	180	6.6
40	1 1/2"	180	6.6
40 FB	1 1/2"	300	11
50	2"	300	11
50 FB	2"	720	26
80	3"	720	26
100	4"	1200	44
150	6"	2600	95
250	10"	7200	260

FB = 通径型 Promass I 传感器

6.3.4 “Gas Measurement / 气体测量”快速设置菜单

测量设备不仅可以用于测量液体的流量，基于科氏力测量原理，还可以直接测量气体的质量流量。



注意！


- 进行“Gas measurement / 气体测量”快速设置前，执行“Commissioning / 调试”快速设置 (→ 55、→ 58)。
- 进行气体测量时，只能测量和输出质量和校正体积流量。
- 气体的流量测量范围和测量精度不同于液体测量时的测量范围和精度。
- 测量并输出校正体积流量 (例如：Nm³/h)，而非质量流量 (例如：kg/h) 时，在“Commissioning / 调试”快速设置菜单中将 **CORRECTED VOLUME CALCULATION/ 校正体积流量计算值** 功能参数设置更改为 **FIXED REFERENCE DENSITY/ 固定参考密度值** 功能参数设置。

校正体积流量的设置如下：

- 单行显示
- 电流输出
- 脉冲 / 频率输出

执行“Gas measurement / 气体测量”快速设置

快速设置菜单引导用户系统地完成气体测量时设备的所有功能菜单参数设置。



a0002618-en

图 38: “Gas measurement / 气体测量”快速设置菜单
推荐设置请参考下表

推荐设置

“Gas measurement / 气体测量”快速设置菜单		
主显示界面 →  → MEASURED VARIABLE / 测量变量 (A) MEASURED VARIABLE / 测量变量 →  → QUICK SETUP / 快速设置 (B) QUICK SETUP / 快速设置 →  → QS-GAS MEASUREMENT / 气体测量快速设置 (1004)		
功能参数代号	功能参数名称	选择确认 () (按下  键, 进入下一功能参数。)
1004	QS GAS MEASUREMENT / 气体测量快速设置	YES / 是 按下  键确认, 快速设置菜单依次查看后续功能菜单。
▼		
6400	ASSIGN LOW FLOW CUTOFF / 分配小流量切除	存在小流量气体流量测量时, 不建议使用小流量切除功能。 设定值: OFF/ 关
6402	ON-VALUE LOW FLOW CUTOFF / 小流量切除开启点	ASSIGNMENT LOW FLOW CUTOFF / 分配小流量切除功能菜单设置为“OFF/ 关”时: 设定值: 0.0000 [单位] 用户输入: 气体测量时的流速较低时, 小流量切除开启点也应相应地较小。
6403	OFF-VALUE LOW FLOW CUTOFF / 小流量切除关闭点	ASSIGNMENT LOW FLOW CUTOFF / 分配小流量切除功能菜单设置为“OFF/ 关”时: 设定值: 50% 用户输入: 基于开启点, 输入正迟滞关闭点 (%)。
▼		
返回主显示界面: → 按下退出键 () , 并至少保持 3 s → 重复按下 - 松开退出键 () → 逐级退出功能菜单		



注意!

快速设置自动关闭 **EMPTY PIPE DETECTION / 空管检测** (6420) 功能参数。因此, 仪表可以在低气体压力下进行测量。

6.3.5 数据备份 / 传输

通过 T-DAT SAVE/LOAD 功能参数可以实现 T-DAT (交互式储存单元) 和 EEPROM (设备储存单元) 间的数据传输 (设备参数和设置参数)。

要求如下:

- 创建备份:
当前数据从 EEPROM 传输至 T-DAT 中。
- 更换变送器:
当前数据从 EEPROM 复制至 T-DAT 中, 并传输至新变送器的 EEPROM 中。
- 复制数据:
当前数据从 EEPROM 复制至 T-DAT 中, 并传输至同一测量点的 EEPROM 中。



注意!

- T-DAT 的安装和拆除的详细信息 → 94。




图 39: 使用 T-DAT 保存 / 上传功能进行数据备份 / 传输

LOAD / 上传和 **SAVE / 保存**选项:

LOAD / 上传: 数据从 T-DAT 传输至 EEPROM 中。



注意!

- 删除 EEPROM 中保存的信息。
- T-DAT 中保存有有效数据时, 此选项方有效。
- T-DAT 软件版本号与 EEPROM 版本号相同或版本号更高时, 此选项方有效。否则, 重启后, 显示错误信息“TRANSM. SW-DAT”, **LOAD / 上传**功能参数失效。

SAVE / 保存: 数据从 EEPROM 传输至 T-DAT 中。

6.4 设置

6.4.1 两类电流输出：有源 / 无源信号

将跳线针放置在 I/O 板或电流子模块上的不同位置处，可以将电流输出设置为“有源”或“无源”信号。



小心！

“有源”或“无源”电流输出设置仅适用于非本安防爆型 (Ex i) I/O 板。

防爆型 (Ex i) I/O 板带“有源”或“无源”固定接线端，参考下表 → 29。



警告！

存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

1. 关闭电源。
2. 拆除 I/O 板 → 95。
3. 设置跳线针位置 → 40。



小心！

- 存在损坏测量设备的风险。参考下图正确设置跳线针位置。跳线针放置位置错误会导致过电流，损坏测量设备或外接设备。

- 注意：I/O 板上的电流子模块位置为非固定位置，取决于订购仪表型号和变送器接线腔内的接线端子分配 → 29。

4. I/O 板的安装和拆卸步骤相反。




图 40: 通过跳线针 (I/O 板) 设置电流输出

- | | |
|-----|---------------------|
| 1 | HART 电流输出 1 |
| 1.1 | 有源电流输出 (缺省设置) |
| 1.2 | 无源电流输出 |
| 2 | 电流输出 2 (可选, 插拔式子模块) |
| 2.1 | 有源电流输出 (缺省设置) |
| 2.2 | 无源电流输出 |

6.4.2 电流输入：有源 / 无源信号

将跳线针放置在 I/O 板或电流子模块上的不同位置处，可以将电流输出设置为“有源”或“无源”信号。



警告！

裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

1. 关闭电源。
2. 拆除 I/O 板 → 图 95。
3. 设置跳线针位置 → 图 41。



小心！

- 存在损坏测量设备的风险。参考下图正确设置跳线针位置。跳线针放置位置错误会导致过电流，损坏测量设备或外接设备。
- 注意：I/O 板上的电流子模块位置为非固定位置，取决于订购仪表型号和变送器接线腔内的接线端子分配 → 图 29。

4. I/O 板的安装和拆卸步骤相反。




图 41: 通过跳线针 (I/O 板) 设置电流输入

电流输入 1 (可选, 插拔式模块)

- 1 有源电流输入 (缺省设置)
- 2 无源电流输入

6.4.3 继电器触点：常闭 / 常开触点

将两个跳线针放置在 I/O 板或电流子模块上的不同位置处，可以将继电器触点设置为常开 (NO) 或常闭 (NC) 触点。通过“**ACTUAL STATUS RELAY / 实际继电器状态**”功能参数 (4740) 可以随时更改设置。



警告！

存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

1. 切断电源。
2. 拆卸 I/O 板 → 95。
3. 设置跳线针位置 → 42。



小心！

- 如需更改设置，必须同时改变**两个**跳线针位置。

注意跳线针放置位置。

- 注意：I/O 板上的电流子模块位置为非固定位置，取决于订购仪表型号和变送器接线腔内的接线端子分配 → 29。

4. I/O 板的安装和拆卸步骤相反。




图 42: 可灵活设置 I/O 板 (子模块) 上的继电器触点 (NC / NO) 设置)

- 1 设置为 NO 触点 (缺省设置, 继电器 1)
- 2 设置为 NC 触点 (缺省设置, 继电器 2) (可选)




图 43: 固定 I/O 板上的继电器触点 (NC / NO) 设置

A = 继电器 1； B = 继电器 2

- 1 设置为 NO 触点 (缺省设置, 继电器 1)
- 2 设置为 NC 触点 (缺省设置, 继电器 2)

6.4.4 浓度测量

测量设备可以同时测量三个主要过程变量：

- 质量流量
- 流体密度
- 流体温度

通常，基于上述三个测量变量可计算其他过程变量，例如：体积流量、参考密度 (参考温度下的密度) 和校正体积流量。

“浓度测量”扩展软件包 (F-Chip, 参考“附件”) 中提供多项附加密度功能。提供的附加计算方法特别适用于各类应用场合中的特殊密度计算：→ 83

- 计算百分比含量、两相介质的质量和体积流量 (溶液和溶质)
- 将流体密度转换成为特殊密度单位 (°Brix、°Baumé、°API 等)。

带固定值计算功能的浓度测量

通过“**DENSITY FUNCTION / 密度功能 (7000)**”功能参数可以选择多种固定值计算密度功能，用于浓度计算：

密度功能参数	说明
%-MASS %-VOLUME	<p>对于两相流体，使用此功能参数可以计算出溶液或溶质的质量百分比或体积百分比。基本计算公式 (不带温度补偿) 如下：</p> $\text{Mass [\%]} = \frac{D2 \cdot (\rho - D1)}{\rho \cdot (D2 - D1)} \cdot 100\%$ $\text{Volume [\%]} = \frac{(\rho - D1)}{(D2 - D1)} \cdot 100\%$ <p style="text-align: right;">a0004610-en a0004619-en</p> <p>D1 = 溶液的密度 (例如：水) D2 = 溶质的密度 (例如：被测的石灰浆或第二种液态物质等) ρ = 所有介质的密度</p>
°BRIX	<p>食品和饮料行业中使用的密度单位，标识水溶液中的蔗糖含量，例如：用于测试果汁等含糖的溶液。 ICUMSA 参数表的单位为 Brix，是设备的计算基础。</p>
°BAUME	<p>密度单位或刻度，主要用于酸性溶剂，例如：氯化铁溶剂。</p> <p>通常，使用两种 Baumé 刻度：</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAUME > 1 kg/l: 用于比水重的溶剂 - BAUME < 1 kg/l: 用于比水轻的溶剂
°BALLING °PLATO	<p>酿酒工业中用于介质密度计算的两种单位。</p> <p>1° BALLING (Plato) 液体的流体密度与 99 kg 水含 1 kg 蔗糖的水 / 蔗糖溶液的密度相同。 1° Balling (Plato) 是液体重量的 1%。</p>
%-BLACK LIQUOR	<p>造纸行业中黑液的浓度单位 (质量百分比)。 计算公式与 %-MASS 计算公式相同。</p>
°API	<p>°API (= 美国石油学会) 南美液化石油产品用密度单位。</p>




图 44: 在功能菜单中选择和设置不同的密度功能参数

含水蔗糖溶液密度 (kg/m ³)								
°Brix	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
0	999.70	998.20	995.64	992.21	988.03	983.19	977.76	971.78
5	1019.56	1017.79	1015.03	1011.44	1007.14	1002.20	996.70	989.65
10	1040.15	1038.10	1035.13	1031.38	1026.96	1021.93	1016.34	1010.23
15	1061.48	1059.15	1055.97	1052.08	1047.51	1042.39	1036.72	1030.55
20	1083.58	1080.97	1077.58	1073.50	1068.83	1063.60	1057.85	1051.63
25	1106.47	1103.59	1099.98	1095.74	1090.94	1085.61	1079.78	1073.50
30	1130.19	1127.03	1123.20	1118.80	1113.86	1108.44	1102.54	1096.21
35	1154.76	1151.33	1147.58	1142.71	1137.65	1132.13	1126.16	1119.79
40	1180.22	1176.51	1172.25	1167.52	1162.33	1156.71	1150.68	1144.27
45	1206.58	1202.61	1198.15	1193.25	1187.94	1182.23	1176.14	1169.70

含水蔗糖溶液密度 (kg/m ³)								
°Brix	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
50	1233.87	1229.64	1224.98	1219.93	1214.50	1208.70	1202.56	1196.11
55	1262.11	1257.64	1252.79	1247.59	1242.05	1236.18	1229.98	1223.53
60	1291.31	1286.61	1281.59	1276.25	1270.61	1264.67	1258.45	1251.88
65	1321.46	1316.56	1311.38	1305.93	1300.21	1294.21	1287.96	1281.52
70	1352.55	1347.49	1342.18	1336.63	1330.84	1324.80	1318.55	1312.13
75	1384.58	1379.38	1373.88	1368.36	1362.52	1356.46	1350.21	1343.83
80	1417.50	1412.20	1406.70	1401.10	1395.20	1389.20	1383.00	1376.60
85	1451.30	1445.90	1440.80	1434.80	1429.00	1422.90	1416.80	1410.50

数据来源: A. & L. Emmerich, Technical University of Brunswick; ICUMSA 推荐, 20th session 1990

带可变值计算的浓度测量

在某些应用条件下, 可能无法使用带固定值计算密度功能 (% mass, °Brix 等)。将 DENSITY FUNCTION / 密度功能 (7000) 功能参数设置为 “**FLEXIBLE/ 可变**”, 即可进行用户自定义浓度计算。

在 MODE / 方式 (7021) 功能参数如下:

- % MASS 3D
- % VOLUME 3D
- % MASS 2D
- % VOLUME 2D
- OTHER 3D
- OTHER 2D

计算类型: “% MASS 3D” 或 “% VOLUME 3D”

进行此类计算时, 必须清楚知晓三个变量 (浓度、密度和温度) 之间的关系 (三维关系), 例如: 通过表格。使用以下公式, 根据密度和温度测量值计算浓度 (系数 A0、A1 由用户确定):

$$K = A0 + A1 \cdot \rho + A2 \cdot \rho^2 + A3 \cdot \rho^3 + A4 \cdot \rho^4 + B1 \cdot T + B2 \cdot T^2 + B3 \cdot T^3$$

a0004620

K	浓度
ρ	当前密度测量值
A0	功能参数值 (COEFFICIENT A0 / 系数 A0 (7032))
A1	功能参数值 (COEFFICIENT A1 / 系数 A1 (7033))
A2	功能参数值 (COEFFICIENT A2 / 系数 A2 (7034))
A3	功能参数值 (COEFFICIENT A3 / 系数 A3 (7035))
A4	功能参数值 (COEFFICIENT A4 / 系数 A4 (7036))
B1	功能参数值 (COEFFICIENT B1 / 系数 B1 (7037))
B2	功能参数值 (COEFFICIENT B2 / 系数 B2 (7038))
B3	功能参数值 (COEFFICIENT B3 / 系数 B3 (7039))
T	当前温度测量值 °C

实例:

以下为浓度参考表。

温度	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C
密度					
825 kg/m ³	93.6%	92.5%	91.2%	90.0%	88.7%
840 kg/m ³	89.3%	88.0%	86.6%	85.2%	83.8%
855 kg/m ³	84.4%	83.0%	81.5%	80.0%	78.5%
870 kg/m ³	79.1%	77.6%	76.1%	74.5%	72.9%
885 kg/m ³	73.4%	71.8%	70.2%	68.6%	66.9%
900 kg/m ³	67.3%	65.7%	64.0%	62.3%	60.5%
915 kg/m ³	60.8%	59.1%	57.3%	55.5%	53.7%



注意!

Promass 83 浓度算法中的系数取决于密度 (kg/l)、温度 (°C) 和浓度 (采用小数点标识, 0.50, 非 50%)。系数 B1、B2 和 B3 必须采用科学计数法输入至 7037、7038 和 7039 功能菜单中, 分别表示 10⁻³、10⁻⁶ 或 10⁻⁹。

假设:

密度 (ρ): 870 kg/m³ → 0.870 kg/l

温度 (T): 20°C

参考上表确定系数:

A0 = -2.6057

A1 = 11.642

A2 = -8.8571

A3 = 0

A4 = 0

B1 = -2.7747·10⁻³

B2 = -7.3469·10⁻⁶

B3 = 0

计算实例:

$$\begin{aligned}
 K &= A0 + A1 \cdot \rho + A2 \cdot \rho^2 + A3 \cdot \rho^3 + A4 \cdot \rho^4 + B1 \cdot T + B2 \cdot T^2 + B3 \cdot T^3 \\
 &= -2.6057 + 11.642 \cdot 0.870 + (-8.8571) \cdot 0.870^2 + 0 \cdot 0.870^3 + 0 \cdot 0.870^4 + (-2.7747) \cdot 10^{-3} \cdot 20 \\
 &\quad + (-7.3469) \cdot 10^{-6} \cdot 20^2 + 0 \cdot 20^3 \\
 &= 0.7604 \\
 &= \mathbf{76.04\%}
 \end{aligned}$$

80004620

计算类型：“% MASS 3D” 或 “% VOLUME 2D”

进行此类型计算时，必须清楚知晓浓度和参考密度两个变量之间的关系（二维关系），例如：通过表格。使用以下公式，根据密度和温度测量值计算浓度（系数 A0、A1 由用户确定）：

$$K = A0 + A1 \cdot \rho_{\text{ref}} + A2 \cdot \rho_{\text{ref}}^2 + A3 \cdot \rho_{\text{ref}}^3 + A4 \cdot \rho_{\text{ref}}^4$$

a0004621

K	浓度
ρ_{ref}	当前参考密度测量值
A0	功能参数值 (COEFFICIENT A0 / 系数 A0 (7032))
A1	功能参数值 (COEFFICIENT A1 / 系数 A1 (7033))
A2	功能参数值 (COEFFICIENT A2 / 系数 A2 (7034))
A3	功能参数值 (COEFFICIENT A3 / 系数 A3 (7035))
A4	功能参数值 (COEFFICIENT A4 / 系数 A4 (7036))



注意！

Promass 通过当前密度和温度测量值确定参考密度值。因此，必须在测量系统中输入参考温度值 (**REFERENCE TEMPERATURE / 参考温度**) 和膨胀系数 (**EXPANSION COEFF / 膨胀系数**)。

用于参考密度测量的重要参数直接在“Commissiong / 调试”快速设置菜单中设置。

计算类型：“OTHER 3D” 或 “OTHER 2D”

进行此类型计算时，用户可以输入自定义浓度单位或目标参数 (**TEXT ARBITRARY CONCENTRATION / 任意浓度说明** (0606))。

6.4.5 高级诊断功能

通过“高级诊断”功能 (F-Chip, “附件”→ 83) 可以在早期检测出测量系统的变化, 例如: 测量管上出现粘附层, 或发生腐蚀、磨损时。通常, 此类变化会降低测量系统的测量精度, 或导致严重系统错误。

通过诊断功能, 可以在操作过程中读取和记录各种过程参数和设备参数, 例如: 质量流量、密度 / 参考密度、温度、测量管阻尼时间等。

分析上述测量值的趋势, 可以及时检测测量系统与“参考状态”间的偏差, 以便采取措施补救。

用于趋势分析的参考值

必须记录问题参数, 用作趋势分析的参考值。参考值应在可重现的恒定条件下测量。在工厂标定过程中记录初始值, 并保存在测量设备中。

也可以在用户指定条件下重新确定参考值, 例如: 在调试过程中或特定过程阶段 (清洗周期中等)。

通过 **REFERENCE CONDITION USER / 用户参考条件** (7401) 功能参数记录参考值, 并储存在设备中。



小心!

无参考值便无法进行过程 / 设备参数的趋势分析! 仅允许在恒定、无变化的过程条件下确定参考值。

确定参数的方法

在 **ACQUISITION MODE / 获取模式** (7410) 功能参数中确定过程参数和设备参数的记录方法, 提供下列两种方法:

- **PERIODICAL / 定期:**

测量设备周期性采集数据。在 ACQUISITION PERIOD (7411) 中输入理想时间间隔。

- **SINGLE SHOT / 单一:**

用户在不同时期手动采集数据。

记录数据时, 应使得过程条件与参考状态一致。此时, 才能消除与参考状态间的偏差。



注意!

测量系统按时间顺序保留最近十条输入。

通过下列各种功能参数查看历史数据:

诊断参数	储存数据 (每个参数)
质量流量	参考值 → REFERENCE VALUE / 参考值 功能参数
密度	最小测量值 → MINIMUM VALUE / 最小值 功能参数
参考密度	最大测量值 → MAXIMUM VALUE / 最大值 功能参数
温度	最近十个测量值清单 → HISTORY / 历史参数 功能参数
测量管阻尼时间	测量值和参考值间的偏差 → ACTUAL DEVIATION / 实际偏差 功能参数
传感器结构对称性	
工作频率波动	
测量管阻尼时间波动	
详细信息请参考 《仪表功能描述》	

触发报警信息

如需要，可以设置诊断功能的相关过程 / 设备参数限定值。超出限定值时，触发报警信息 → **WARNING MODE / 警告模式** (7403) 功能参数。

输入至测量系统中的限定值可以绝对值 (+/-)，也可以是比对参考值的相对值 →

WARNING LEVEL / 报警等级 (74...) 功能参数。

偏差出现，测量系统记录的偏差也可以通过电流输出或继电器输出输出。

参数说明

测量系统记录参数的方式很大程度上取决于实际应用。因此，用户必须十分了解自己的特定过程条件和过程中可能出现的偏差，这些偏差必须由用户逐一确定。

例如：使用限位值功能时，必须知晓最小 / 最大允许偏差。否则，正常过程波动也会触发报警信息。

多种原因会造成与参考状态间的偏差。下表提供六个诊断参数的记录实例：

诊断参数	偏差产生的原因
质量流量	零点漂移
密度	测量管共振频率发生变化，例如：测量管内出现沉积物、腐蚀或磨损。
参考密度	参考密度值与密度完全相同。 流体温度无法保持恒定时，可以用参考密度 (恒定温度下的密度，例如：20 °C) 取代密度进行分析。 确保用于参考密度计算的功能参数设置正确 (REFERENCE TEMPERATURE / 参考温度和 EXPANSION COEFF / 膨胀系数)。
温度	诊断参数用于检测 PT 100 温度传感器功能。
测量管阻尼	测量管阻尼时间改变，例如：机械变化 (粘附涂层、腐蚀、磨损等)。
传感器结构对称性	传感器信号是否对称。
工作频率波动	介质中可能含有气泡。
测量管阻尼时间波动	介质中可能含有气泡。

6.5 调节

6.5.1 零点校正

所有测量设备均在世界上最先进的标定装置上进行严格的出厂标定。零点标识在仪表铭牌上。

标定在参考操作条件下进行 → 107。

因此，通常**无需**进行零点校正！

根据现场应用经验，只有在特定应用场合下才建议进行零点校正：

- 极小流量的极高精度测量。
- 在极端过程或操作条件下 (例如：超高过程温度或超高流体粘度) 测量。

零点校正的前提

进行零点校正之前，请注意以下几点：

- 零点校正仅适用于不含气的流体或不含固的流体。
- 测量管满管，且零流量 ($v = 0 \text{ m/s}$) 时，方可进行零点校正。可以在传感器的上 / 下游管道中安装截止阀，或使用现有阀门和管件来实现此要求。
 - 正常操作 → 阀 1 和 2 打开
 - 零点校正，带泵压 → 阀 1 打开 / 阀 2 关闭
 - 零点校正，不带泵压 → 阀 1 关闭 / 阀 2 打开




图 45: 零点校正和截止阀



小心！

- 对于难于测量的流体 (例如：含固或含气流体)，反复多次零点校正后仍不能获取稳定零点。此时，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。
- 通过 **ZERO POINT / 零点** 功能参数查看当前有效零点 (参考《仪表功能描述》)。

执行零点校正

1. 使操作系统在所需操作条件下运转。
2. 使流体停滞 ($v = 0 \text{ m/s}$)。
3. 检查截止阀是否泄漏。
4. 检查工作压力是否正确。
5. 参考下列步骤进行零点校正。

按键	步骤	显示文本
	主界面 → 输入功能菜单	> GROUP SELECTION< MEASURED VARIABLES
	选择 BASIC FUNCTION / 基本功能	> GROUP SELECTION< BASIC FUNCTION
	选择 PROCESS PARAMETER / 过程参数	> GROUP SELECTION< PROCESS PARAMETER
	选择 ADJUSTMENT / 调节	> GROUP SELECTION< ADJUSTMENT
	选择 ZERO ADJUST / 零点校正	ZERO ADJUST. CANCEL
	按下  后, 无法开启功能时, 自动显示密码输入对话框。	CODE ENTRY ***
	输入密码 (83 = 缺省值)	CODE ENTRY 83
	确认输入密码。 显示屏上重新显示 ZERO ADJUST / 零点校正。	PROGRAMMING ENABLED ZERO ADJUST. CANCEL
	选择 START / 启动。	ZERO ADJUST. START
	按下  确认输入。 显示确认信息。	SURE? NO
	选择 YES / 是。	SURE? YES
	按下  确认输入。启动零点校正。零点校正过程中, 显示持续 30...60 s。 管道中的流体流速超出 0.1 m/s 时, 显示错误信息: ZERO ADJUST NOT POSSIBLE / 无法进行零点校正。 完成零点校正后, 显示 ZERO ADJUST / 零点校正。	ZERO ADJUST. RUNNING ZERO ADJUST. CANCEL
	回车后, 显示新零点。	ZERO POINT
	同时按下  键 → 主界面	

6.5.2 密度调节

需要高精度密度计算值时，建议进行密度调节。根据实际应用选择单点密度调节或两点密度调节。

单点密度调节 (单一流体)：

在下列条件下进行单点密度调节：

- 传感器不能精确测量密度值，用户期望得到实验室分析密度值。
- 流体特性超出工厂测量点的设定范围，或在参考操作条件下进行测量仪表标定。
- 系统专用于测量流体密度，并在恒定条件下要求更高的测量精度。

例：苹果汁的糖密度测量。

两点密度校正 (两种流体)：

测量管发生机械变形，例如：介质粘附、磨损或腐蚀。此时，测量管的共振频率受到影响，和工厂标定值不一致。两点密度标定已考虑机械变化的影响，并可重新计算新的修正标定值。

进行单点密度调节和两点密度调节



小心！

- 仅当用户详细了解流体密度时，可以进行在线密度调节。例如：实验室分析密度值。
- 此时，目标密度值和流体测量密度值的差值不能超过 $\pm 10\%$ 。
- 目标密度值定义错误会影响计算密度和体积功能。
- 仅当两个目标密度值的差值至少为 0.2 kg/l 时，才可进行两点密度调节。否则，Diag - Act. Sys. Condition 参数显示错误信息 #731 (无法调节)。
- 密度调节会改变工厂密度标定值，或服务工程师设置的标定值。
- 其他详细信息请参考《仪表功能描述》。

1. 传感器中注入流体，确保测量管满管，液体中不含气泡。
2. 等待，直至流体和测量管温度相同。等待时间的长短取决于流体类型和温度高低。
3. 使用现场显示选择 **SETPOINT DENSITY / 密度设定点** 进行密度调节。

功能代号	功能参数名称	设定选择 (☑ 或 ☐) (进入下一个功能参数: 按 [↵])
6482	DENSITY ADJUST MODE / 密度调节模式	按下 键，选择单点或两点调节。 注意！ 功能菜单被锁定时，按下 键后，自动显示密码输入对话框，要求输入解锁密码。
6483	DENSITY SET VALUE 1 / 密度设定值 1	按下 键，输入第一种流体的目标密度，按下 [↵] 键储存 (输入范围 = 实际密度值 $\pm 10\%$)。
6484	MEASURE FLUID 1 / 测量流体 1	按下 键，选择 START / 启动，随后按下 [↵] 键。 显示屏上显示 DENSITY MEASUREMENT RUNNING / 进行密度测量，约 10 s。 此时，Promass 流量计测量第一种流体的当前密度 (测量密度值)。

▼
仅适用于两点密度调节

6485	DENSITY SET VALUE 2 / 密度设定值 2	按下 键，输入第二种流体的目标密度，按下 [↵] 键储存 (输入范围 = 实际密度值 $\pm 10\%$)
6486	MEASURE FLUID 2 / 测量流体 2	按下 键，选择 START / 启动，随后按下 [↵] 键。 显示屏上显示 DENSITY MEASUREMENT RUNNING / 进行密度测量，约 10 s。 此时，Promass 流量计测量第二种流体的当前密度 (测量密度值)。

功能代号	功能参数名称	设定选择 (□ 或 □) (进入下一个功能参数: 按 □)
6487	DENSITY ADJUSTMENT / 密度调节	按下  键, 进行 DENSITY ADJUSTMENT / 密度调节, 随后按下 F 键。Promass 流量计比对密度测量值和目标密度值, 并计算出新的密度系数。
6488	RESTORE ORIGINAL / 还原	密度调节未正确完成时, 可以选择 RESTORE ORIGINAL / 还原密度系数。



返回主界面:

→ 按 Esc () 键, 并保持 3 s 以上

→ 重复按下 - 松开 Esc key () 键 → 逐步退出功能菜单

6.6 爆破片

可以选购带爆破片的传感器外壳。



警告!

■ 安装时, 请确保爆破片能正常工作。外壳的过压保护功能请参考仪表铭牌说明。使用爆破片时, 请采取相应的预防措施, 确保无安全事故发生。

爆破片的爆破压力: 10...15 bar (145 ... 218 psi)。

(Promass X 传感器: 5.5...6.5 bar (80...94 psi))

■ 请注意: 使用爆破片时, 无法确保第二腔室功能。

■ 请勿打开连接部件, 或拆除爆破片。



小心!

■ 爆破片不得与热夹套同时使用 (Promass A 除外)。

■ 现有的连接短管非设计用于冲洗或压力监控。



注意!

■ 调试前, 请拆除爆破片上的防护罩。

■ 请仔细查看爆破片的标签提示信息。

6.7 吹扫和压力监控连接

传感器壳体内注满干燥的氮气，保护内部电子部件和机械装置。达到指定测量压力时，还可以用作第二腔室。



警告！

过程压力超出指定腔室压力时，外壳不能在用作第二腔室。某些过程特性可能会导致测量管破裂，例如：腐蚀性过程介质，推荐使用带压力监控连接的外壳（订购选项）。测量管故障时，通过连接接口可以排出积聚在外壳内的流体。消除外壳机械过载的危险，避免出现外壳损坏和潜在危险。此连接接口也可用于气体吹扫（气体连接）。

带吹扫连接和压力监控连接的传感器：

- 只有当腔室内注满干燥的惰性气体时，才能打开吹扫连接。
- 使用低压气体进行吹扫。最大压力为 5 bar (72.5 psi)。

6.8 数据储存单元 (HistoROM)、F-CHIP

Endress+Hauser 的 HistoROM 为各种不同类型的数据储存单元，用于保存过程参数和测量设备参数。通过插拔模块，可以将设备设置复制到另一台设备中。

6.8.1 HistoROM/S-DAT (传感器 DAT)

S-DAT 是可交换式数据储存单元，用于储存所有传感器相关参数，例如：口径、序列号、标定系数、零点。

6.8.2 HistoROM/T-DAT (变送器 DAT)

T-DAT 是交互式数据储存单元，用于储存变送器参数和设置。

用户可以将 EEPROM 中的设置参数传输至 T-DAT 中，反之亦可 (= 手动保存)。

详细操作信息 → 66。

6.8.3 F-CHIP (功能块)

F-Chip 是微处理芯片，内置含附加软件包，用于实现变送器的功能扩展和应用范围扩展。日后升级后，F-Chip 可作为“附件”订购，便捷地插入 I/O 板中。启动后，变送器立即自动更新软件。

附件 → 83

插入 I/O 板中 → 92



小心！

一旦 F-CHIP 插入 I/O 板后，自动采用变送器序列号，不能重复与其他测量设备连接使用，以避免混淆。

7 维护

无需特殊维护。

7.1 外部清洗

对测量设备进行外部清洗时，应使用不会腐蚀外壳表面和密封圈的清洁剂清洗。

7.2 管道内部清洗器 (Promass H、I、S、P 传感器)

使用管道内部清洗器时，必须注意测量管和过程连接的内径，请参考《技术资料》→  147。

7.3 更换密封圈

通常情况下，无需更换 Promass A 传感器的接液密封圈。仅在某些特殊应用场合中，例如：测量腐蚀性流体时，需要考虑密封圈材料与流体的兼容性。



注意！

- 密封圈更换周期取决于流体特性和 CIP/SIP 清洗频率
- 密封圈替换件 (附件)

8 附件

Endress+Hauser 提供多种类型的仪表附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

8.1 仪表类附件

附件	说明	订货号
Proline Promass 83 变送器	更换或储备用变送器。订货号提供下列信息： - 认证 - 防护等级 / 类型 - 电缆入口 - 显示 / 电源 / 操作 - 软件 - 输出 / 输入	83XXX - XXXXX * * * * *
输入 / 输出	带相应接口的转换模块，用于实现输入 / 输出类型的转换。	DK8UI - * * * *
Proline Promass 83 的扩展软件包	F-Chip 中的附加软件，可单独订购： - 高级诊断 - 批处理 - 浓度测量	DK8SO - *

8.2 安装类附件

附件	说明	订货号
变送器的安装套件	墙装型外壳 (分体式仪表) 的安装套件： 适用于： - 壁式安装 - 柱式安装 - 盘式安装 现场型铝外壳的安装套件： 适用于柱式安装 (3/4"..."3")	DK8WM - *
Promass A 传感器的柱式安装套件	Promass A 传感器的柱式安装套件	DK8AS - * *
Promass A 传感器的安装套件	Promass A 传感器的安装套件，包括： - 过程连接，2 个 - 密封圈	DK8MS - * * * * *
传感器的密封圈套件	用于定期更换 Promass A 传感器的密封圈。 每个套件中包含两个密封圈。	DKS - * * *
Memograph M 图形化显示记录仪	Memograph M 图形化显示记录仪可以提供所有相关过程变量的信息。正确记录测量值，监控限值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内存单元、SD 卡或 USB 中。Memograph M 采用模块化结构设计，直观的操作方法和整体安全理念。ReadWin® 2000 PC 操作软件是标准软件包的一部分，用于调试、可视化操作和读取数据。可选数学计算功能，可连续监控功率消耗、锅炉能效和其他有效能量管理参数。	RSG40 - * * * * * * * * *

8.3 通信类附件

附件	说明	订货号
HART 手操器 Field Xpert	手操器，用于远程参数设置，通过 HART 电流输出 (4...20 mA) 读取测量值。 详细信息请咨询 Endress +Hauser 当地销售中心。	SFX100 - *****
FXA195	Commubox FXA195 通过个人计算机的 USB 端口连接本安型智能 HART 变送器。通过调试工具 (例如: FieldCare) 远程操作变送器。通过 USB 端口向 Commubox 供电。	FXA195 - *

8.4 服务类附件

附件	说明	订货号
Applicator	Endress+Hauser 测量设备的选型软件： <ul style="list-style-type: none"> ■ 计算所有重要参数，优化流量计设计，例如：标称口径、压损、测量精度或过程连接 ■ 图形化显示计算结果 在项目的整个生命周期内管理、编制和读取所有项目数据和参数信息。 Applicator 软件的获取方式： <ul style="list-style-type: none"> ■ 网站： https://wapps.endress.com/applicator ■ CD 光盘，现场安装在 PC 电脑中 	DXA80 - *
W@M	工厂生命周期管理 在整个过程中，W@M 可以支持多项应用软件：从计划和采购，至测量设备的安装、调试和操作。所有相关设备信息，例如：设备状态、备件和设备专有文档，对每台设备在整个生命周期内均可获取。 应用软件中包含 Endress+Hauser 设备的参数信息。 Endress+Hauser 支持数据记录的维护和升级。 W@M 的获取方式： <ul style="list-style-type: none"> ■ 网站： www.endress.com/lifecyclemanagement ■ CD 光盘，现场安装在 PC 电脑中 	
Fieldcheck	流量计的现场测试 / 仿真软件。 与 FieldCare 软件包配套使用，现场测试信息可以输入数据库、打印输出和用于申请相关认证。 详细信息请咨询 Endress +Hauser 当地销售中心。	50098801
FieldCare	FieldCare 是 Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。用于智能型现场设备的组态设置和诊断。使用状态信息，简单有效地监控设备。通过服务接口或通过 FXA193 操作 Proline 系列流量计。	→ Endress+Hauser 网址上的产品主页： www.endress.com
FXA193	服务接口，测量设备与 PC 机之间的服务接口，通过 FieldCare 操作。	FXA193 - *

9 故障排除

9.1 故障排除指南

调试完成后，或在操作过程中的仪表发生故障时，请根据下列检查列表进行故障排除，它将帮助用户直接查找问题原因，并提供正确补救措施。

检查显示	
无显示，且无输出信号	1. 检查供电电压 → 1 号和 2 号接线端子 2. 检查设备保险丝 → 图 99 85...260 V AC: 0.8 A, 慢熔型 / 250 V 20...55 V AC 和 16...62 V DC: 2 A, 慢熔型 / 250 V 3. 电子测量模块故障 → 订购备件 → 图 94
无显示，但有输出信号	1. 检查显示模块的排线接头是否正确插入放大器板中 → 图 94 2. 显示模块故障 → 订购备件 → 图 94 3. 电子测量模块故障 → 订购备件 → 图 94
非本地显示语言	关闭电源。同时按下  键，并保持，开启测量设备。文字将以最高对比度的英文 (缺省值) 显示。
显示测量值，但无电流输出或脉冲输出信号	电子测量模块故障 → 订购备件 → 图 94
▼	
错误信息显示	
在调试或测量过程中一旦出现错误时，立即显示错误信息。提供多种错误信息显示图标。图标含义如下 (示例): - 错误类型: S = 系统错误、 P = 过程错误 - 错误信息类型: f = 故障信息、 ! = 提示信息 - FLUID INHOM. = 错误名称 (例如: 非均匀流体) - 03:00:05 = 错误持续时间 (单位: h、min 和 s) - #702 = 错误代号  小心! 详细信息 → 图 40	
▼	
其他错误 (无错误信息)	
发生其他错误	诊断和修复 → 图 92

9.2 系统错误信息

仪表**始终**将严重系统错误定义为“故障信息”，并在显示屏上以闪电符号 (**f**) 显示！



小心！

流量计发生严重故障时，可能需要返回制造商处进行修理。将流量计返回 Endress+Hauser 之前需要完成的重要操作步骤 → 图 100。

必须妥善完整地填写“污染声明”表格。本手册附带此表格样本。



注意！

详细信息 → 图 40。

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 94)
S = 系统错误 ⚡ = 故障信息 (对输出有影响) ! = 提示信息 (对输出无任何影响)			
No. # 0xx → 硬件错误			
001	S: CRITICAL FAILURE ⚡: # 001	严重设备错误。	更换放大器板。
011	S: AMP HW EEPROM \$: # 011	放大器: EEPROM 故障。	更换放大器板。
012	S: AMP SW EEPROM ⚡: # 012	测量放大器: 访问 EEPROM 中的参数时发生错误。	在 TROUBLESHOOTING/ 故障排除 功能菜单中显示发生故障的 EEPROM 参数模块。 按下  键, 查询错误; 缺省值自动取代错误参数值。  注意! 累加器功能块发生错误时, 测量设备必须重新启动 (请参考错误代号 111 /CHECKSUM TOTAL)。
031	S: SENSOR HW DAT ⚡: # 031	1. S-DAT 未正确插入放大器板中 (或丢失)。 2. S-DAT 故障。	1. 检查 S-DAT 是否正确插入放大器板中。 2. S-DAT 故障时, 更换 S-DAT。 检查更换后的新 DAT 模块是否与电子测量模块兼容。 检查: - 备件组号 - 硬件修订版本号
032	S: SENSOR SW DAT ⚡: # 032		3. 如需要, 更换电子测量板。 4. 将 S-DAT 插入放大器板中。
041	S: TRANSM. HW DAT ⚡: # 041	1. T-DAT 未正确插入放大器板中 (或丢失)。 2. T-DAT 故障。	1. 检查 T-DAT 是否正确插入放大器板中。 2. T-DAT 故障时, 更换 T-DAT。 检查更换后的新 DAT 模块是否与电子测量模块兼容。 检查: - 备件组号 - 硬件修订版本号
042	S: TRANSM. SW DAT ⚡: # 042		3. 如需要, 更换电子测量板。 4. 将 T-DAT 插入放大器板中。
051	S: A / C COMPATIB. ⚡: # 051	I/O 板和放大器板不兼容。	仅使用相兼容的 I/O 模块和放大器板。 检查所使用模块的兼容性。 检查: - 备件组号 - 硬件修订版本号
061	S: HW F-CHIP ⚡: # 061	F-Chip 变送器: 1. F-Chip 故障。 2. F-Chip 未插入 I/O 板中或丢失。	1. 更换 F-Chip。 附件 → 83 2. 将 F-Chip 插入 I/O 板中。
No. # 1xx → 软件错误			
111	S: CHECKSUM TOTAL. ⚡: # 111	总和校验错误。	1. Restart the measuring device 2. Replace the amplifier board if necessary.
121	S: A / C COMPATIB. !: # 121	由于软件版本号不同, I/O 板和放大器板仅部分兼容 (可能导致部分功能受限)。  注意! - 信息仅记录在错误历史清单中。 - 显示单元无显示。	通过 FieldCare, 同时采用所需软件版本号识别采用较低软件版本号的模块, 或更换模块。

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 94)
No. # 2xx → DAT 错误 / 无通信			
205	S: LOAD T-DAT !: # 205	变送器 DAT: 数据备份 (下载) 至 T-DAT 中失败, 或访问 (上传) T-DAT 中的标定参数值时发生错误。	1. 检查 T-DAT 是否正确插入放大器板中 → 95、→ 97。 2. T-DAT 故障时, 更换 T-DAT。备件 → 94。 更换 DAT 之前, 检查新 DAT 是否与电子测量模块兼容。 检查: - 备件组号 - 硬件修订版本号 3. 如需要, 更换电路板。
206	S: SAVE T-DAT !: # 206		
251	S: COMMUNICATION I/O !: # 251	放大器板内部通信故障。	拆除放大器板。
261	S: COMMUNICATION I/O !: # 261	放大器板和 I/O 板间无数据通信, 或内部数据传输故障。	检查总线连接触点。
No. # 3xx → 超出系统限定值			
339 ... 342	S: STACK CUR OUT n !: # 339 to 342	在 60 s 内, 无法清除或输出暂时缓冲的流量部分 (脉动流测量模式)。	1. 根据实际应用条件, 更改上 / 下限值。 2. 根据实际应用条件, 增大或减小流量。 建议设置故障等级 = FAULT MESSAGE / 故障信息 (f) : - 将输出故障响应设置为 ACTUAL VALUE / 实际值 , 确保可以清除临时缓冲器 → 94 - 通过上述方式 1, 清除临时缓冲器
343 ... 346	S: STACK FREQ. OUT n !: # 343 to 346		
347 ... 350	S: STACK PULSE OUT n !: # 347 to 350	在 60 s 内, 无法清除或输出暂时缓冲的流量部分 (脉动流测量模式)。	1. 增大脉动当量设定值。 2. 如果累加器可以处理更高脉冲数, 增大最高脉冲频率。 3. 根据实际应用, 增大或减小流量。 建议设置的故障等级 = FAULT MESSAGE / 故障信息 (f) : - 将输出故障响应设置为 ACTUAL VALUE / 实际值 , 确保可以清除临时缓冲器 → 94 - 通过上述方式 1, 清除临时缓冲器
351 ... 354	S: CURRENT RANGE n !: # 351 to 354	电流输出: 实际流量值超出设定的限定值。	1. 根据实际应用, 更改上 / 下限值。 2. 根据实际应用, 增大或减小流量。
355 ... 358	S: FREQ. RANGE n !: # 355 to 358	频率输出: 实际流量值超出设定的限定值。	1. 根据实际应用, 更改上 / 下限值。 2. 根据实际应用, 增大或减小流量。
359 ... 362	S: PULSE RANGE !: # 359 to 362	脉冲输出: 脉冲输出频率超量程。	1. 增大脉冲当量设定值。 2. 选择脉冲宽度时, 应选择所连接计数器 (例如: 机械计数器、PLC 等) 可以处理的数值。 设置脉冲宽度: - 方式 1: 输入所连接计数器能处理的最小脉冲间隔时间, 确保能被计数器记录。 - 方式 2: 输入所连接计数器能处理的最大 (脉冲) 频率, 该频率倒数的一半即为脉冲宽度, 确保能被计数器记录。 实例: 所连接计数器的最高输入频率为 10 Hz。输入脉冲宽度为: $\frac{1}{2 \cdot 10 \text{ Hz}} = 50 \text{ ms}$ 3. 减小流量。

a0004437

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 见 94)
363	S: CUR IN. RANGE !: # 363	电流输入: 实际电流值超出设定的限定值。	1. 更改量程的上 / 下限设定值。 2. 检查外接传感器设置。
379 ... 380	S: FREQ. LIM !: # 379 to 380	测量管振动频率超出允许范围。 原因: - 测量管损坏 - 传感器故障或损坏	联系 Endress+Hauser 当地销售中心。
381	S: FLUIDTEMP.MIN. !: # 381	测量管上的温度传感器可能发生故障。	联系 Endress+Hauser 当地销售中心之前, 请首先完成下列电气连接检查: - 确保传感器信号电缆接头正确插入放大器板中。 - 分体式仪表: 检查传感器和变送器的接线端子连接 (接线端子号: 9 和 10) → 见 26。
382	S: FLUIDTEMP.MAX. !: # 382		
383	S: CARR.TEMP.MIN !: # 383	传感器外壳中的温度传感器可能发生故障。	联系 Endress+Hauser 当地销售中心之前, 请首先完成下列电气连接检查: - 确保传感器信号电缆接头正确插入放大器板中。 - 分体式仪表: 检查传感器和变送器的接线端子连接 (接线端子号: 11 和 12) → 见 26。
384	S: CARR.TEMP.MAX !: # 384		
385	S: INL.SENS.DEF. !: # 385	测量管的励磁器线圈之一 (入口) 可能发生故障。	联系 Endress+Hauser 当地销售中心之前, 请首先完成下列电气连接检查: - 确保传感器信号电缆接头正确插入放大器板中。 - 分体式仪表: 检查传感器和变送器的接线端子连接 (接线端子号: 4、5、6 和 7) → 见 26。
386	S: OUTL.SENS.DEF. !: # 386	测量管的励磁器线圈之一 (出口) 可能发生故障。	
387	S: SEN.ASY.EXCEED !: # 387	测量管的励磁线圈可能发生故障。	
388 ... 390	S: AMP. FAULT !: # 388 to 390	放大器错误。	联系 Endress+Hauser 当地销售中心。
No. # 5xx → 应用错误			
501	S: SW.-UPDATE ACT. !: # 501	新放大器或通信 (I/O 模块) 软件版本导入中。 无法执行其他命令。	等待, 直至过程结束。设备自动重启。
502	S: UP-/DOWNLOAD ACT. !: # 502	正通过调试程序上传或下载设备参数。 无法执行其他命令。	等待, 直至过程结束。
571	S: BATCH RUNNING !: # 571	批处理过程进行中 (阀门处于打开状态)。	无需采取措施 (批处理期间, 无法开启部分其他功能)。
572	S: BATCH HOLD !: # 572	批处理过程已中断 (阀门处于关闭状态)。	1. 通过命令“GO ON / 继续”, 继续批处理过程。 2. 通过命令“STOP / 停止”, 中断批处理过程。
586	S: OSC. AMP. LIMIT !: # 586	流体特性使得无法进行正常测量。 原因: - 粘度过高 - 过程流体十分不均匀 (含气或含固体)	更改或改善过程条件。
587	S: TUBE OSC. NOT !: # 587	出现极端工况。因此, 测量系统无法启动。	更改或改善过程条件。
588	S: GAIN RED.IMPOS !: # 588	内部模 / 数转换器超载。 原因: - 气穴 - 极端压力冲击 - 高气体流速 无法继续测量!	更改或改善过程条件, 例如: 降低流速。

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 94)
No. # 6xx → 激活仿真模式			
601	S: POSITIVE ZERO RETURN !:# 601	开启仪表强制归零。  小心! 此信息具有最高显示优先级。	关闭仪表强制归零。
611 ... 614	S: SIM. CURR. OUT. n !:# 611 to 614	开启仿真电流输出。	
621 ... 624	S: SIM. FREQ. OUT n !:# 621 to 624	开启仿真频率输出。	关闭仿真。
631 ... 634	S: SIM. PULSE n !:# 631 to 634	开启仿真脉冲输出。	关闭仿真。
641 ... 644	S: SIM. STAT. OUT. n !:# 641 to 644	开启仿真状态输出。	关闭仿真。
651 ... 654	S: SIM. RELAY n !:# 651 to 654	开启仿真继电器输出。	关闭仿真。
661 ... 664	S: SIM. CURR. IN n !:# 661 to 664	开启仿真电流输入。	关闭仿真。
671 ... 674	S: SIM. STAT IN n !:# 671 to 674	开启仿真状态输入。	关闭仿真。
691	S: SIM. FAILSAFE !:# 691	开启错误响应 (输出) 仿真。	关闭仿真。
692	S: SIM. MEASURAND !:# 692	开启测量变量仿真 (例如: 质量流量)。	关闭仿真。
698	S: DEV. TEST AKT. !:# 698	通过检测仪和仿真器检查测量设备。	—
No. # 8xx → 其他错误信息, 带软件选项 (科氏力流量计)			
800	S: M. FL. DEV. LIMIT !:# 800	高级诊断: 质量流量超出限定值, 限定值在相应的诊断功能中设定。	—
801	S: DENS. DEV. LIMIT !:# 801	高级诊断: 密度超出限定值, 限定值在相应的诊断功能中设定。	—
802	S: REF. D. DEV. LIM. !:# 802	高级诊断: 参考密度超出限定值, 限定值在相应的诊断功能中设定。	—
803	S: TEMP. DEV. LIMIT !:# 803	高级诊断: 温度超出限定值, 限定值在相应的诊断功能中设定。	—
804	S: T. DAMP DEV. LIM !:# 804	高级诊断: 测量管阻尼超出限定值, 限定值在相应的诊断功能中设定。	—
805	S: E.D. SEN. DEV. LIM !:# 805	高级诊断: 电子传感器超出限定值, 限定值在相应的诊断功能中设定。	—
806	S: F. FLUCT. DEV. LI !:# 806	高级诊断: 工作频率波动超出限定值, 限定值在相应的诊断功能中设定。	—
807	S: TD FLUCT. DEV. LI !:# 807	高级诊断: 测量管阻尼波动超出限定值, 限定值在相应的诊断功能中设定。	—

9.3 过程错误信息

过程错误可以被定义为“故障”或“提示”信息，具有不同的权重。
通过功能菜单设置 (→ 《仪表功能描述》)。



注意！

- 以下错误信息类型列表与工厂设置一致。
- 详细信息 → 40

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 94)
P = 过程错误 f = 故障信息 (对输出有影响) ! = 提示信息 (对输出无任何影响)			
471	P: > BATCH TIME f: # 471	超出最大允许批处理时间。	1. 增大流量。 2. 检查阀门 (打开状态)。 3. 调节时间设置, 更改批量。 注意! 发生上述错误时, 主显示界面上连续闪烁显示错误信息。 ■ 一般处理方式: 通过设置批处理参数复位错误信息。 按下 键后, 按下 键确认。 ■ 通过状态输入控制批处理: 通过一个脉冲信号复位错误信息。 通过另一个脉冲信号重启批处理。 ■ 通过操作按键 (软键) 控制批处理: 按下 START / 启动 键, 复位错误信息。 再次按下 START / 启动 键, 启动批处理过程。 ■ 通过 BATCHING PROCESS / 批处理过程 功能参数 (7260) 控制批处理: 按下 STOP / 停止 、 START / 启动 、 HOLD / 保持 或 GO ON / 继续 键, 复位错误信息。 再次按下 START / 启动 键, 启动批处理过程。
472	P: >< BATCH QUANTITY f: # 472	未达到批量: 未达到最小批量。 超出批量: 超出最大允许批量。	未达到批量: 1. 增大固定校正批量。 2. 运行校正后, 如果阀门关闭速度过快, 则输入较小于平均值的残余量。 3. 批量改变后, 必须调节最小批量。 超出批量: 1. 减小固定校正批量。 2. 运行校正后, 如果阀门关闭速度过慢, 则输入较大于平均值的残余量。 3. 批量改变后, 必须调节最大批量。 注意! 请注意错误提示信息 (错误代号: 471)。
473	P: PROGRESS NOTE f: # 473	加料过程接近完成。 加料过程中超出预设置批量点, 显示报警信息。	无需采取措施 (如需要, 请准备更换容器)。
474	P: MAX. FLOW !: # 474	超出最大设置流量。	减小流量。 注意! 请注意错误提示信息 (错误代号: 471)。

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 94)
No. # 7xx → 其他过程错误			
700	P: EMPTY PIPE !: # 700	过程流体密度超出 EPD 功能的上 / 下限定值。 原因： - 测量管中存在空气 - 测量管为非满管状态	1. 确保过程液体中不含气体。 2. 设置 EPD 功能参数，使其满足当前过程条件。
701	P: EXC. CURR. LIM !: # 701	极端过程流体特性 (例如：含气或含固流体) 使得测量管的励磁线圈达到最大电流值。 仪表继续正常工作。	测量除气流体和 / 或高含气量流体时，特别建议采取下列措施，增大系统压力： 1. 将仪表安装在泵的出口侧。
702	P: FLUID INHOM. !: # 702	非均匀过程流体 (例如：含气或含固流体) 使得频率控制不稳定。	2. 将仪表安装在上升管道的最低点。 3. 在仪表下游管道中安装节流装置，例如：缩径管或节流孔板。
703	P: NOISE LIM. CH0 !: # 703	内部模 / 数转换器超载。	更改或改善过程条件，例如：降低流速。
704	P: NOISE LIM. CH1 !: # 704	原因： - 气穴 - 高压力脉冲 - 高气体流速 仍有可能继续测量！	
705	P: FLOW LIMIT !: # 705	质量流量过大，超出电子模块的测量范围。	减小流量。
731	P: ADJ. ZERO FAIL !: # 731	无法进行零点校正，或零点校正被取消。	确保在“零流速” ($v = 0 \text{ m/s}$) 时进行零点校正 → 77。

9.4 过程错误 (无显示信息)

症状	修复措施
注意: 可能需要在功能菜单中对部分设置进行更改或修正, 以修复故障。 下表中列举的功能参数 (例如: DISPLAY DAMPING / 显示阻尼时间) 的详细信息请参考 《仪表功能描述》。	
测量读数值波动, 尽管流量稳定。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查流体中是否含有气泡。 2. TIME CONSTANT / 时间常数 功能参数 → 增大数值 (→ OUTPUTS / 输出 / CURRENT OUTPUT / 电流输出 / CONFIGURATION / 设置)。 3. DISPLAY DAMPING / 显示阻尼时间 功能参数 → 增大数值 (→ USER INTERFACE / 用户接口 / CONTROL / 控制 / BASIC CONFIGURATION / 基本设置)。
流量值为负数, 尽管流体在管道中正向流动。	更改相应的 INSTALLATION DIR. SENSOR / 传感器安装方向 功能参数。
测量读数值或输出值脉动或波动, 例如: 使用抽吸泵、蠕动泵、隔膜泵或类似功能泵时。	<p>执行 “Pulsating Flow / 脉动流 ” 快速设置 → 57。</p> <p>仍无法排除问题时, 必须在泵和测量设备之间安装脉动阻尼器。</p>
流量计内部累加器和外部计量设备之间存在差异。	<p>主要原因是管道中流体回流。因为在 “STANDARD / 标准” “SYMMETRY / 对称” 测量模式中脉冲输出无法减去回流量。</p> <p>解决方案: 允许双向流。将 MEASURING MODE / 测量模式 设置为 “Pulsating Flow / 脉动流”。</p>
测量读数值依然显示, 尽管流体静止不流动, 并且测量管处于满管状态。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查流体中是否含有气泡。 2. 打开 ON-VAL. LF-CUTOFF / 小流量切除开启点 功能参数, 输入或增大小流量切除值 (→ BASIC FUNCTION / 基本功能 / PROCESS PARAMETER / 过程参数 / CONFIGURATION / 设置)。
错误无法消除, 或出现其他错误。 联系 Endress+Hauser 当地销售中心。	<p>解决方案:</p> <p>咨询 Endress+Hauser 服务工程师 咨询服务工程师之前, 请准备下列信息: - 简要错误描述 - 铭牌参数: 订货号和序列号 → 8</p> <p>设备返回至 Endress+Hauser 将流量计返回 Endress+Hauser 之前, 需要执行的重要步骤 → 100。 必须妥善完整填写流量计的 “一致性声明” 表格。本手册中附带此表格样本。</p> <p>更换变送器电子模块 电子测量模块部分损坏 → 订购备件 → 94</p>

9.5 输出响应错误



注意！

通过功能菜单中的不同功能参数设置累加器、电流、脉冲和频率输出的失效安全模式。详细信息请参考《仪表功能描述》。

通过仪表强制归零设置电流、脉冲和状态输出的起始值，例如：清洗管道时，必须中断测量。相比于所有其他设备功能，此功能具有最高优先级。例如：可以关闭仿真。

输出和累加器的失效安全模式		
	出现过程 / 系统错误	开启仪表强制归零
小心！ 系统或过程错误被定义为“提示信息”时，对输入和输出无影响。详细信息 → 40。		
电流输出	MIN. CURRENT / 最小电流 电流输出设置为报警信号下限值，取决于 CURRENT SPAN / 电流范围 功能参数的设置 (参考《仪表功能描述》)。 MAX. CURRENT / 最大电流 电流输出设置为报警信号上限值，取决于 CURRENT SPAN / 电流范围 功能参数的设置 (参考《仪表功能描述》)。 HOLD VALUE / 保持值 显示最后保存值 (故障发生前)。 ACTUAL VALUE / 实际值 显示当前流量测量值。忽略故障。	输出信号对应“零流量”
脉冲输出	FALLBACK VALUE / 起始值 信号输出 → 无脉冲。 HOLD VALUE / 保持值 输出最后有效值 (故障发生前)。 ACTUAL VALUE / 实际值 忽略故障。即：输出当前正常流量测量值。	输出信号对应“零流量”
频率输出	FALLBACK VALUE / 起始值 信号输出 → 0 Hz。 FAILSAFE VALUE / 失效安全值 FAILSAFE VALUE / 失效安全值 设置频率输出功能参数。 HOLD VALUE / 保持值 输出最后有效值 (故障发生前)。 ACTUAL VALUE / 实际值 忽略故障。即：输出当前正常流量测量值。	输出信号对应“零流量”
累加器	STOP / 停止 累加器中断累积，直至错误被修复。 ACTUAL VALUE / 实际值 忽略故障。累加器继续累积当前流量测量值。 HOLD VALUE / 保持值 累加器基于最后有效流量值继续累积流量 (发生错误前)。	停止累积。
继电器输出	仪表故障或电源故障时：继电器 → 断开 各种继电器开关响应设置的详细信息请参考《仪表功能描述》，例如：错误信息、流向、EPD、满量程值等。	对继电器无影响

9.6 备件

详细故障排除指南 → 85。

测量设备还具有附加连续自诊断功能和错误信息以进行故障排除。

使用测试合格的备件替换已损坏部件，可以修复故障。以下为相关备件信息。



注意！

订购备件时，需要提供变送器铭牌 (→ 8) 上的序列号，直接向 Endress+Hauser 当地销售中心订购。

备件包装中包含：

- 备件
- 其他小部件 (螺纹紧固件等)
- 安装指南
- 包装材料




图 46: Promass 83 变送器的备件 (现场型外壳和墙装型外壳)

- 1 电源板 (85...260 V AC、20...55 V AC、16...62 V DC)
- 2 放大器板
- 3 I/O 板 (COM 模块)，可灵活设置模块
- 4 可插拔式输入 / 输出子模块；订购信息 → 81
- 5 I/O 板 (COM 模块)，固定模块
- 6 S-DAT (传感器数据存储单元)
- 7 T-DAT (变送器数据存储单元)
- 8 F-Chip (可选软件功能块)
- 9 显示模块

9.6.1 拆除和安装印刷电路板

现场型外壳



警告！

- 存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。
- 存在电子部件损坏 (ESD 保护) 的风险。静电会损坏电子部件，或破坏电子部件的可操作性。对于静电敏感型设备，应在工作场所建立安全接地连接！
- 如果无法确保设备的绝缘强度，应参考制造商规范，并按照下列步骤，执行恰当的检测程序。



小心！

仅允许使用 Endress+Hauser 原装部件。

安装和拆卸步骤如下 →  47:

1. 从变送器外壳上拧下电子腔盖。
2. 拆除现场显示 (1):
 - 按下显示模块侧边的锁扣 (1.1)。
 - 断开放大器板上的连接显示模块的排线 (1.2)。
3. 松开螺丝，拆下电子腔盖 (2)。
4. 拆除电源板 (4) 和 I/O 板 (6、7):

将包装中的专用细针插入孔口 (3)，从支座中拔出电源板和 I/O 板。
5. 拆除子模块 (6.1):

无需其他工具即可从 I/O 板上拆除子模块 (输入 / 输出)。
安装时，也无需其他工具。



小心！

仅允许部分子模块在 I/O 板上配套使用 →  29。

分别标记每个插槽，与变送器接线腔中相应的接线端子一致：

插槽 “INPUT / OUTPUT 2” = 接线端子 24 / 25

插槽 “INPUT / OUTPUT 3” = 接线端子 22 / 23

插槽 “INPUT / OUTPUT 4” = 接线端子 20 / 21

6. 拆除放大器板 (5):
 - 断开传感器信号电缆 (5.1) 插头，包含放大器板上的 S-DAT (5.3)。
 - 轻轻断开放大器板上的激励电流电缆 (5.2) 插头，不得前后移动。
 - 将包装中的专用细针插入孔口 (3)，从支座中拔出放大器板。
7. 安装步骤与拆卸步骤相反。




图 47: 现场型外壳: 拆除和安装印刷电路板

- 1 现场显示
- 1.1 锁扣
- 1.2 排线 (显示模块)
- 2 电子腔盖上的螺丝
- 3 安装 / 拆卸电路板
- 4 电源板
- 5 放大器板
- 5.1 信号电缆 (传感器)
- 5.2 激励线圈电缆 (传感器)
- 5.3 S-DAT (传感器参数存储模块)
- 5.4 T-DAT (变送器参数存储模块)
- 6 I/O板 (可灵活设置模块)
- 6.1 F-Chip (可选软件功能模块)
- 6.2 可插拔式子模块 (状态输入和电流输入、电流输出、频率输出和继电器输出)
- 7 I/O板 (固定模块)
- 7.1 F-Chip (可选软件功能块)

墙装型外壳



警告！

- 存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。
- 存在电子部件损坏 (ESD 保护) 的风险。静电会损坏电子部件，或破坏电子部件的可操作性。对于静电敏感型设备，应在工作场所建立安全接地连接！
- 如果无法确保设备的绝缘强度，应参考制造商规范，并按照下列步骤，执行恰当的检测程序。



小心！

仅允许使用 Endress+Hauser 原装部件。

安装和拆除步骤如下 →  48:

1. 松开螺丝，打开外壳铰链盖 (1)。
2. 松开电子模块 (2) 的固定螺丝。尽可能向外拔出墙装型外壳中的电子模块。
3. 断开放大器板 (7) 上的下列电缆插头：
 - 断开传感器信号电缆 (7.1) 插头，包含放大器板上的 S-DAT (7.3)。
 - 轻轻断开放大器板上的激励电流电缆 (7.2) 插头，不得前后移动。
 - 断开显示模块上的排线插头 (3)。
4. 松开螺丝，拆下电子腔盖 (4)。
5. 拆除板 (6、7、8、9):
将包装中的专用细针插入孔口 (5)，从支座中拔出板。
6. 拆除子模块 (8.1):
无需其他工具即可从 I/O 板上拆除子模块 (输入 / 输出)。
安装时，也无需其他工具。



小心！

仅允许部分子模块在 I/O 板上配套使用 →  29。

分别标记每个插槽，与变送器接线腔中相应的接线端子一致：

插槽 “INPUT / OUTPUT 2” = 接线端子 24 / 25

插槽 “INPUT / OUTPUT 3” = 接线端子 22 / 23

插槽 “INPUT / OUTPUT 4” = 接线端子 20 / 21

7. 安装步骤与拆卸步骤相反。




图 48: 墙装型外壳: 拆除和安装印刷电路板

- 1 外壳盖
- 2 电子模块
- 3 排线 (显示模块)
- 4 电子腔盖上的螺丝
- 5 安装 / 拆卸电路板
- 6 电源板
- 7 放大器板
- 7.1 信号电缆 (传感器)
- 7.2 激励线圈电缆 (传感器)
- 7.3 S-DAT (传感器参数存储模块)
- 7.4 T-DAT (变送器参数存储模块)
- 8 I/O 板 (可灵活设置模块)
- 8.1 F-Chip (可选软件功能模块)
- 8.2 可插拔式子模块 (状态输入和电流输入、电流输出、频率输出和继电器输出)
- 9 I/O 板 (固定模块)
- 9.1 F-Chip (可选软件功能块)

9.6.2 更换设备保险丝



警告！

存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

保险丝安装在电源板上 →  49。

保险丝的更换步骤如下：

1. 关闭电源。
2. 拆除电源板 →  95、 →  97。
3. 拆下防护帽 (1)，并更换设备保险丝 (2)。
仅允许使用下列型号的保险丝：
 - 20...55 V AC / 16...62 V DC → 2.0 A，慢熔型 / 250 V； 5.2 x 20 mm
 - 电源：85...260 V AC → 0.8 A，慢熔型 / 250 V； 5.2 x 20 mm
 - 防爆型设备 → 参考防爆 (Ex) 文档
4. 安装步骤与拆卸步骤相反。



小心！

仅允许使用 Endress+Hauser 原装部件。




图 49: 更换电源板上的设备保险丝

- 1 防护帽
- 2 设备保险丝

9.7 返回



小心！

如不能完全确认已全部清除测量设备上的危险物质，例如：渗入裂缝中的危险物，或扩散至塑料中的危险物，请勿返回测量设备。

用户必须承担由于未充分清洁测量设备而产生的废弃物处理和人员伤害（烫伤等）费用。

流量测量设备返回 Endress+Hauser 之前，例如：修理或标定，必须完成下列步骤：

- 完整填写“污染声明”表格。在此前提下，Endress+Hauser 才能处理返回设备的运输、检测、修理和维修。
- 如需要，请提供特殊处理说明，例如：安全数据表，符合 EC REACH 规范 No. 1907/2006。
- 去除所有残留物。请特别注意密封槽和裂缝中的残留物。如果是有害人体健康的物质时，例如：易燃、有毒、腐蚀性、致癌物质等，此步骤尤其重要。



注意！

必须妥善完整填写“一致性声明”表格。本手册附带此表格样本。

9.8 废弃

遵守当地应用法规！

9.9 软件版本更新



注意！

通常，需要借助专用服务软件上传或下载软件版本。

日期	软件版本号	软件变更内容	文档资料
10.2012	3.01.XX	-	71197481/14.12
09.2011	3.01.XX	新传感器： Promass O、Promass X	71141441/13.11
01.2010		新功能： - 标定历史 - 活动零点	71111272/03.10
06.2008	3.00.00	- 新放大器硬件 - 扩大气体测量范围 - 新 SIL	71082621/09.08
12.2006	2.02.00	新传感器： Promass S、Promass P	71036077/12.06
11.2005	2.01.XX	软件扩展： - Promass I DN80、DN50FB - “高级诊断”附加功能 - “批处理”附加功能 - 通用仪表功能	71008485/12.05

日期	软件版本号	软件变更内容	文档资料
11.2004	2.00.XX	软件扩展： <ul style="list-style-type: none"> - 设置参考密度对应的电流输入 - 使用 HART 命令 #3 进行 F-Chip 功能扩展 (例如：密度功能) - 新传感器 DN 250 - 中文语言包 (英文和中文) 新功能： <ul style="list-style-type: none"> - 通过 (EPD EXC.CURR. / 扩展激励电流 (6426)) 功能参数设置空管检测 - 批处理扩展选项： <ul style="list-style-type: none"> MAX.FLOW / 最大流量 (7244) → 批处理中最大流量超限 BATCH TIME / 批处理时间 (7283) → 加料时间超限 - DEVICE SOFTWARE / 设备软件 (8100) → 显示设备软件 (NAMUR 推荐的 53 标准) - REMOVE SW OPTION / 删除软件版本号 (8006) → 删除 F-CHIP 选项 	50098469/11.04
10.2003	放大器： 1.06.XX 通信模块： 1.03.XX	软件扩展： <ul style="list-style-type: none"> - 语言组 - 流向脉冲输出可选 - 调节至 Fieldcheck 和 Simubox - 浓度测量，带 4 个数据记录表 - 粘度测量，带温度补偿 - 高级诊断通过状态输入获取 - SIL 2 新功能： <ul style="list-style-type: none"> - 运行小时计数器 - 背光显示调节 - 仿真脉冲输出 - 计数器密码 - 电流输入 兼容模块： <ul style="list-style-type: none"> - ToF-Tool FieldTool 软件包 - HART 手操器 DXR 375 设备版本号： Rev. 5, DD Rev. 1 	50098469/10.03
03.2003	放大器： 1.05.XX 通信模块： 1.02.XX	软件调节	50098469/03.03
08.2002	放大器： 1.04.XX 通信模块： 1.02.XX	软件扩展： <ul style="list-style-type: none"> - Promass H - Promass E 	50098469/08.02
06.2001	放大器： 1.02.XX 通信模块： 1.02.XX	软件扩展： <ul style="list-style-type: none"> - 通用仪表功能 - “批处理”软件功能 - “脉冲宽度”软件功能 - “浓度测量”软件功能 - “高级诊断”软件功能 - 通过通用命令和一般操作命令进行 HART 操作 	50098469/06.01
03.2001	放大器： 1.01.XX 通信模块： 1.01.XX	软件调节	50098469/11.00
11.2000	放大器： 1.00.XX 通信模块： 1.01.XX	原始软件 兼容模块： <ul style="list-style-type: none"> - Fieldtool - HART 手操器 DXR 275 (OS 4.6)，版本号： Rev. 1, DD 1. 	50098469/11.00

10 技术参数

10.1 技术参数概述

10.1.1 应用

→ 5

10.1.2 功能与系统设计

测量原理 基于科氏力原理进行质量流量测量

测量系统 → 7

10.1.3 输入

测量变量

- 质量流量 (与振动测量管的相位差成比例)
- 流体密度 (与测量管的共振频率成比例)
- 流体温度 (通过温度传感器测量)

测量范围 液体测量时的测量范围

DN		满量程值 (液体) $\dot{m}_{\min(F)}$ to $\dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[inch]		
1	1/24	0...20 kg/h	0...0.7 lb/min
2	1/12	0...100 kg/h	0...3.7 lb/min
4	1/8	0...450 kg/h	0...16.5 lb/min
8	3/8	0...2000 kg/h	0...73.5 lb/min
15	½	0...6500 kg/h	0...238 lb/min
15 FB	½ FB	0...18000 kg/h	0...660 lb/min
25	1	0...18000 kg/h	0...660 lb/min
25 FB	1 FB	0...45000 kg/h	0...1650 lb/min
40	1 ½	0...45000 kg/h	0...1650 lb/min
40 FB	1 ½ FB	0...70000 kg/h	0...2570 lb/min
50	2	0...70000 kg/h	0...2570 lb/min
50 FB	2 FB	0...180000 kg/h	0...6600 lb/min
80	3	0...180000 kg/h	0...6600 lb/min
100	4	0...350000 kg/h	0...12860 lb/min
150	6	0...800000 kg/h	0...29400 lb/min
250	10	0...2200000 kg/h	0...80860 lb/min
350	14	0...4100 t/h	0...4520 tn. sh./h

FB = 通径型 Promass I 传感器

气体测量时的测量范围 (Promass H (铂)) 除外)

满量程值取决于气体密度。基于下列公式计算满量程值:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_{(G)} : x \text{ [kg/m}^3 \text{ (lb/ft}^3\text{)]}$$

$\dot{m}_{\max(G)}$ = 气体测量时的最大满量程值 [kg/h (lb/min)]

$\dot{m}_{\max(F)}$ = 液体测量时的最大满量程值 [kg/h (lb/min)]

$\rho_{(G)}$ = 过程条件下的气体密度 [kg/m³ (lb/ft³)]

注意: $\dot{m}_{\max(G)}$ 不得大于 $\dot{m}_{\max(F)}$ 。

气体测量时的测量范围 (Promass F、O 传感器)

DN		x
[mm]	[inch]	
8	3/8	60
15	½	80
25	1	90
40	1½	90
50	2	90
80	3	110
100	4	130
150	6	200
250	10	200

气体测量时的测量范围 (Promass E 传感器)

DN		x
[mm]	[inch]	
8	3/8	85
15	½	110
25	1	125
40	1½	125
50	2	125
80	3	155

气体测量时的测量范围 (Promass P、S、H (钽) 传感器)

DN		x
[mm]	[inch]	
8	3/8	60
15	½	80
25	1	90
40 ¹⁾	1½ ¹⁾	90
50 ¹⁾	2 ¹⁾	90

¹⁾ 仅适用于 Promass P、S 传感器

气体测量时的测量范围 (Promass A 传感器)

DN		x
[mm]	[inch]	
1	1/24	32
2	1/12	32
4	1/8	32

气体测量时的测量范围 (Promass I 传感器)

DN		x
[mm]	[inch]	
8	3/8	60
15	½	80
15 FB	½ FB	90
25	1	90
25 FB	1 FB	90
40	1 ½	90
40 FB	1 ½ FB	90
50	2	90
50 FB	2 FB	110
80	3	110

FB = 通径型 Promass I 传感器

气体测量时的测量范围 (Promass X 传感器)

DN		x
[mm]	[inch]	
350	14	200

气体测量的计算实例:

- 传感器类型: Promass F, DN 50
- 气体: 空气, 密度为 60.3 kg/m³ (20 °C, 50 bar)
- 测量范围 (液体): 70000 kg/h
- x = 90 (Promass F DN 50)

最大允许满量程值:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_{(G)} \div x \text{ [kg/m}^3\text{]} = 70000 \text{ kg/h} \cdot 60.3 \text{ kg/m}^3 \div 90 \text{ kg/m}^3 = 46900 \text{ kg/h}$$

推荐满量程值

“限流值” → 130

量程比

大于 1000 : 1。
流量大于预设定满量程值, 但放大器尚未到达溢出状态时, 累加器继续正常工作。

输入信号 状态输入 (辅助输入):
 $U = 3...30 \text{ V DC}$, $R_i = 5 \text{ k}\Omega$, 电气隔离
 可设置为:
 累加器复位、仪表强制归零、错误信息复位、零点校正启动、批处理启 / 停 (可选)

电流输入:

有源 / 无源输入可选, 电气隔离, 分辨率: $2 \mu\text{A}$

- 有源信号: $4...20 \text{ mA}$, $R_L < 700 \Omega$, $U_{\text{out}} = 24 \text{ V DC}$, 短路保护
- 无源信号: $0/4...20 \text{ mA}$, $R_i = 150 \Omega$, $U_{\text{max}} = 30 \text{ V DC}$

10.1.4 输出

输出信号 电流输出:
 有源 / 无源输出可选, 电气隔离, 时间常数可选 (0.05...100 s), 满量程值可调, 典型温度系数为满量程的 $0.005 \% / ^\circ\text{C}$, 分辨率为 $0.5 \mu\text{A}$

- 有源信号: $0/4...20 \text{ mA}$, $R_L < 700 \Omega$ (HART: $R_L \geq 250 \Omega$)
- 无源信号: $4...20 \text{ mA}$; 供电电压 U_S 为 $18...30 \text{ V DC}$; $R_i \geq 150 \Omega$

脉冲 / 频率输出:

有源 / 无源输出可选, 电气隔离

- 有源信号: 24 V DC , 25 mA (20 ms 内, max. 250 mA), $R_L > 100 \Omega$
- 无源信号: 集电极开路, 30 V DC , 250 mA

■ 频率输出:

- 截止频率为 $2...10000 \text{ Hz}$ ($f_{\text{max}} = 12500 \text{ Hz}$), 开 / 关比为 1:1, 最大脉冲宽度为 2 s
- 脉冲输出: 脉冲值和脉冲极性可选, 脉冲宽度可调 (0.05...2000 ms)

报警信号 电流输出:
 失效安全模式可选 (例如: 符合 NAMUR 推荐的 NE 43 标准)

脉冲 / 频率输出:
 失效安全模式可选

继电器输出:
 故障或断电时, 表现为失电状态

负载 参考“输出信号”

开关量输出 继电器输出:
 常闭 (NC 或断开) 或常开 (NO 或闭合) 触点可选
 (缺省设置: 继电器 1 为 NO, 继电器 2 为 NC), max. $30 \text{ V} / 0.5 \text{ A AC}$;
 $60 \text{ V} / 0.1 \text{ A DC}$, 电气隔离
 可设置为: 错误信息、空管检测 (EPD)、流向、限流值、批量控制阀 1 和 2 (可选)

小流量切除 小流量切除开关点可选

电气隔离 所有输入、输出和供电电路相互电气隔离

10.1.5 电源

电气连接 → 26

供电电压 85...260 V AC, 45...65 Hz
20...55 V AC, 45...65 Hz
16...62 V DC

电缆入口 供电电缆和信号电缆 (输入 / 输出):
 ■ M20 × 1.5 电缆入口 (8...12 mm (0.31...0.47 inch))
 ■ 螺纹电缆入口: 1/2" NPT、G 1/2"
 分体式仪表的连接电缆:
 ■ M20 × 1.5 电缆入口 (8...12 mm (0.31...0.47 inch))
 ■ 螺纹电缆入口: 1/2" NPT、G 1/2"

分体式仪表的电缆规格 → 27

功率消耗 AC: <15 VA (含传感器)
DC: <15 W (含传感器)
 启动电流:
 ■ 24 V DC 时: max. 13.5 A (< 50 ms)
 ■ 260 V AC 时: max. 3 A (< 5 ms)

电源故障 至少持续 1 个供电周期:
 ■ 电源故障时, EEPROM 和 T-DAT 中储存测量系统参数
 ■ HistoROM/S-DAT: 可以双向读取数据的存储器, 用于储存传感器参数 (标称口径、序列号、标定系数、零点等)

电势平衡 无需采取其他措施确保系统电势平衡

10.1.6 性能参数

参考操作条件

- 误差限定值符合 ISO/DIN 11631 标准
- 水: + 15...+45 °C (+ 59...+113 °F) ; 2...6 bar (29...87 psi)
- 标定误差范围: ± 5 °C (± 9 °F) ; ± 2 bar (± 29 psi)
- 在符合 ISO 17025 标准的标定装置上进行测量精度标定

Promass A 传感器的性能参数

o.r. = 读数值; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。
 电流输出的附加测量误差通常为 ± 5 μA。
 设计准则 → 108。

- 质量流量和体积流量 (液体): ± 0.10% o.r.
- 质量流量 (气体): ± 0.50% o.r.
- 密度 (液体)
 - 参考条件: ± 0.0005 g/cm³
 - 现场密度标定: ± 0.0005 g/cm³
(在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: ± 0.02 g/cm³
(在整个温度范围和密度范围内有效 → 128)
 - 特殊密度标定: ± 0.002 g/cm³
(可选, 有效范围: + 5...+80 °C (+ 41...+176 °F) 和 0.0...2.0 g/cm³)
- 温度: ± 0.5 °C ± 0.005 · T °C ; ± 1 °F ± 0.003 · (T - 32) °F

零点稳定性

DN		最大满量程值		零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] or [l/h]	[lb/min]	[kg/h] or [l/h]	[lb/min]
1	1/24	20	0.73	0.0010	0.000036
2	1/12	100	3.70	0.0050	0.00018
4	1/8	450	16.5	0.0225	0.0008

最大测量误差的计算实例




图 50: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: Promass A, DN 2)

流量计算实例

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min.]	
250:1	0.4	0.0147	1.250
100:1	1.0	0.0368	0.500
25:1	4.0	0.1470	0.125
10:1	10	0.3675	0.100
2:1	50	1.8375	0.100

设计准则 → 108

重复性

设计准则 → 108。

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.05\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.25\%$ o.r.
- 密度 (液体): $\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$
- 温度: $\pm 0.25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.0025 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时，传感器的测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002\% / ^\circ\text{C}$ (满量程值的 $\pm 0.0001\% / ^\circ\text{F}$)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时，对测量精度无任何影响。

设计准则

取决于流量:

- 流量 \geq 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差: \pm 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性: $\pm \frac{1}{2} \cdot$ 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 $<$ 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差: \pm (零点稳定性 \div 测量值) \cdot 100% o.r.
 - 重复性: $\pm \frac{1}{2} \cdot$ (零点稳定性 \div 测量值) \cdot 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体)	0.10
体积流量 (液体)	0.10
质量流量 (气体)	0.50

Promass E 传感器的性能参数

o.r. = 读数值; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。
 电流输出的附加测量误差通常为 $\pm 5 \mu\text{A}$ 。
 设计准则 → 111。

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.25\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.75\%$ o.r.
- 密度 (液体)
 - 参考条件: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
 - 现场密度标定: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
(在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: $\pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
(在整个温度范围和密度范围内有效 → 128)
- 温度: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 1 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] 或 [l/h]	[lb/min]
8	3/8	0.20	0.0074
15	1/2	0.65	0.0239
25	1	1.80	0.0662
40	1 1/2	4.50	0.1654
50	2	7.00	0.2573
80	3	18.00	0.6615

最大测量误差的计算实例




图 51: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: Promass E, DN 25)

流量计算实例

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min]	
250 : 1	72	2.646	2.50
100 : 1	180	6.615	1.00
25 : 1	720	26.46	0.25
10 : 1	1800	66.15	0.25
2 : 1	9000	330.75	0.25

设计准则 → 111

重复性

设计准则 → 111。

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.10\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.35\%$ o.r.
- 密度 (液体): $\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$
- 温度: $\pm 0.25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.0025 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器的测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002\% / ^\circ\text{C}$ (满量程值的 $\pm 0.0001\% / ^\circ\text{F}$)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时, 会影响质量流量的测量精度, 详情请参考下表:

DN		[% o.r./bar]
[mm]	[inch]	
8	3/8	无影响
15	1/2	无影响
25	1	无影响
40	1 1/2	无影响
50	2	-0.009
80	3	-0.020

设计准则

取决于流量:

- 流量 \geq 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差: \pm 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性: $\pm \frac{1}{2}$ · 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 $<$ 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差: \pm (零点稳定性 \div 测量值) · 100% o.r.
 - 重复性: $\pm \frac{1}{2}$ · (零点稳定性 \div 测量值) · 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体)	0.25
体积流量 (液体)	0.25
质量流量 (气体)	0.75

Promass F 传感器的性能参数

o.r. = 读数值; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。

电流输出的附加测量误差通常为 $\pm 5 \mu\text{A}$ 。设计准则 \rightarrow 113。

- 质量流量和体积流量 (液体):
 - $\pm 0.05\%$ o.r. (PremiumCal, 质量流量测量)
 - $\pm 0.10\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.35\%$ o.r.
- 密度 (液体)
 - 参考条件: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
 - 现场密度标定: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
(在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: $\pm 0.01 \text{ g/cm}^3$
(在整个温度范围和密度范围内有效 \rightarrow 128)
 - 特殊密度标定: $\pm 0.001 \text{ g/cm}^3$
(可选, 有效范围: $+5 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+41 \dots +176 \text{ }^\circ\text{F}$) 和 $0.0 \dots 2.0 \text{ g/cm}^3$)
- 温度: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 1 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

Promass F 传感器 (标准型) 的零点稳定性

DN		Promass F 传感器 (标准型) 的零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] 或 [l/h]	[lb/min]
8	3/8	0.030	0.001
15	1/2	0.200	0.007
25	1	0.540	0.019
40	1 1/2	2.25	0.083
50	2	3.50	0.129
80	3	9.00	0.330
100	4	14.00	0.514
150	6	32.00	1.17
250	10	88.00	3.23

Promass F 传感器 (高温型) 的零点稳定性

DN		Promass F 传感器 (高温型) 的零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] or [l/h]	[lb/min]
25	1	1.80	0.0661
50	2	7.00	0.2572
80	3	18.0	0.6610

最大测量误差的计算实例




图 52: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: Promass F, DN 25)

流量计算实例

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min]	
500 : 1	36	1.323	1.5
100 : 1	180	6.615	0.3
25 : 1	720	26.46	0.1
10 : 1	1800	66.15	0.1
2 : 1	9000	330.75	0.1

设计准则 → 113

重复性

设计准则 → 113。

- 质量流量和体积流量 (液体):
 - ± 0.025% o.r. (PremiumCal, 质量流量测量)
 - ± 0.05% o.r.
- 质量流量 (气体): ± 0.25% o.r.
- 密度 (液体): ± 0.00025 g/cm³
- 温度: ± 0.25 °C ± 0.0025 · T °C ; ± 0.5 °F ± 0.0015 · (T - 32) °F

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时，传感器的测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002\% / ^\circ\text{C}$ (满量程值的 $\pm 0.0001\% / ^\circ\text{F}$)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时，会影响质量流量的测量精度，详情请参考下表：

DN		Promass F 传感器 (标准型)	Promass F 传感器 (高温型)
[mm]	[inch]	[% o.r./bar]	[% o.r./bar]
8	3/8	无影响	-
15	1/2	无影响	-
25	1	无影响	无影响
40	1 1/2	-0.003	-
50	2	-0.008	-0.008
80	3	-0.009	-0.009
100	4	-0.007	-
150	6	-0.009	-
250	10	-0.009	-

设计准则

取决于流量：

- 流量 \geq 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差： \pm 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性： $\pm 1/2 \cdot$ 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 $<$ 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差： \pm (零点稳定性 \div 测量值) \cdot 100% o.r.
 - 重复性： $\pm 1/2 \cdot$ (零点稳定性 \div 测量值) \cdot 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体, PremiumCal)	0.05
质量流量 (液体)	0.10
体积流量 (液体)	0.10
质量流量 (气体)	0.35

Promass H 传感器的性能参数

o.r. = 读数值; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。
 电流输出的附加测量误差通常为 $\pm 5 \mu\text{A}$ 。
 设计准则 → 116。

- 质量流量和体积流量 (液体)
 铂 702/R 60702 和 钽 2.5W: $\pm 0.10\%$ o.r.
- 质量流量 (气体)
 钽 2.5W: $\pm 0.50\%$ o.r.
- 密度 (液体)
 铂 702/R 60702 和 钽 2.5W
 - 参考条件: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
 - 现场密度标定: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
 (在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: $\pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
 (在整个温度范围和密度范围内有效 → 128)
 - 特殊密度标定: $\pm 0.002 \text{ g/cm}^3$
 (可选, 有效范围: $+10\dots+80 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+50\dots+176 \text{ }^\circ\text{F}$) 和 $0.0\dots2.0 \text{ g/cm}^3$)
- 温度: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 1 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] 或 [l/h]	[lb/min]
8	3/8	0.20	0.007
15	1/2	0.65	0.024
25	1	1.80	0.066
40	1 1/2	4.50	0.165
50	2	7.00	0.257

最大测量误差的计算实例




图 53: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: Promass H, DN 25)

流量计算实例

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min]	
250 : 1	72	2.646	2.50
100 : 1	180	6.615	1.00
25 : 1	720	26.46	0.25
10 : 1	1800	66.15	0.10
2 : 1	9000	330.75	0.10

设计准则 → 116

重复性

设计准则 → 116。

测量管材质：锆 702/R 60702

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.05\%$ o.r.
- 密度 (液体): ± 0.00025 g/cm³
- 温度: ± 0.25 °C $\pm 0.0025 \cdot T$ °C ; ± 0.5 °F $\pm 0.0015 \cdot (T - 32)$ °F

测量管材质：钽 2.5W

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.05\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.25\%$ o.r.
- 密度 (液体): ± 0.0005 g/cm³
- 温度: ± 0.25 °C $\pm 0.0025 \cdot T$ °C ; ± 0.5 °F $\pm 0.0015 \cdot (T - 32)$ °F

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时，传感器的测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002\%$ /°C (满量程值的 $\pm 0.0001\%$ /°F)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时，会影响质量流量的测量精度，详情请参考下表：

DN		Promass H 传感器 (锆 702/R 60702)	Promass H 传感器 (钽 2.5W)
[mm]	[inch]	[% o.r./bar]	[% o.r./bar]
8	3/8	-0.017	-0.010
15	1/2	-0.021	-0.010
25	1	-0.013	-0.012
40	1 1/2	-0.018	-
50	2	-0.020	-

设计准则

取决于流量:

- 流量 ≥ 零点稳定性 ÷ (基本测量精度 ÷ 100)
 - 最大测量误差: ± 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性: ± ½ · 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 < 零点稳定性 ÷ (基本测量精度 ÷ 100)
 - 最大测量误差: ± (零点稳定性 ÷ 测量值) · 100% o.r.
 - 重复性: ± ½ · (零点稳定性 ÷ 测量值) · 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体)	0.10
体积流量 (液体)	0.10
质量流量 (气体)	0.50

Promass I 传感器的性能参数

o.r. = 读数值; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。
 电流输出的附加测量误差通常为 ± 5 μA。
 设计准则 → 118。

- 质量流量和体积流量 (液体): ± 0.10% o.r.
- 质量流量 (气体): ± 0.50% o.r.
- 密度 (液体)
 - 参考条件: ± 0.0005 g/cm³
 - 现场密度标定: ± 0.0005 g/cm³
(在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: ± 0.02 g/cm³
(在整个温度范围和密度范围内有效 → 128)
 - 特殊密度标定: ± 0.004 g/cm³
(可选, 有效范围: + 10...+80 °C (+ 50...+176 °F) 和 0.0...2.0 g/cm³)
- 温度: ± 0.5 °C ± 0.005 · T °C; ± 1 °F ± 0.003 · (T - 32) °F

零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] 或 [l/h]	[lb/min]
8	3/8	0.150	0.0055
15	½	0.488	0.0179
15 FB	½ FB	1.350	0.0496
25	1	1.350	0.0496
25 FB	1 FB	3.375	0.124
40	1½	3.375	0.124
40 FB	1½ FB	5.250	0.193
50	2	5.250	0.193
50 FB	2 FB	13.50	0.496
80	3	13.50	0.496

FB = 通径型

最大测量误差的计算实例




图 54: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: Promass I, DN 25)

流量计算实例

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min]	
250 : 1	72	2.646	1.875
100 : 1	180	6.615	0.750
25 : 1	720	26.46	0.188
10 : 1	1800	66.15	0.100
2 : 1	9000	330.75	0.100

设计准则 → 118

重复性

设计准则 → 118。

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.05\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.25\%$ o.r.
- 密度 (液体): ± 0.00025 g/cm³
- 温度: ± 0.25 °C $\pm 0.0025 \cdot T$ °C ; ± 0.5 °F $\pm 0.0015 \cdot (T - 32)$ °F

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器的测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002\%$ /°C (满量程值的 $\pm 0.0001\%$ /°F)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时，会影响质量流量的测量精度，详情请参考下表：

DN		[% o.r./bar]
[mm]	[inch]	
8	3/8	0.006
15	1/2	0.004
15 FB	1/2 FB	0.006
25	1	0.006
25 FB	1 FB	无影响
40	1 1/2	无影响
40 FB	1 1/2 FB	-0.003
50	2	-0.003
50 FB	2 FB	0.003
80	3	0.003

FB = 通径型

设计准则

取决于流量：

- 流量 ≥ 零点稳定性 ÷ (基本测量精度 ÷ 100)
 - 最大测量误差：± 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性：± 1/2 · 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 < 零点稳定性 ÷ (基本测量精度 ÷ 100)
 - 最大测量误差：± (零点稳定性 ÷ 测量值) · 100% o.r.
 - 重复性：± 1/2 · (零点稳定性 ÷ 测量值) · 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体)	0.10
体积流量 (液体)	0.10
质量流量 (气体)	0.50

Promass O 传感器的性能参数

o.r. = 读数值； 1 g/cm³ = 1 kg/l； T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。
 电流输出的附加测量误差通常为 ± 5 μA。
 设计准则 → 120。

- 质量流量和体积流量 (液体)：
 - ± 0.05% o.r. (PremiumCal, 质量流量测量)
 - ± 0.10% o.r.
- 质量流量 (气体)：± 0.35% o.r.

- 密度 (液体)
 - 参考条件: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
 - 现场密度标定: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
(在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: $\pm 0.01 \text{ g/cm}^3$
(在整个温度范围和密度范围内有效 → 128)
 - 特殊密度标定: $\pm 0.001 \text{ g/cm}^3$
(可选, 有效范围: $+ 5...+80 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+ 41...+176 \text{ }^\circ\text{F}$) 和 $0.0...2.0 \text{ g/cm}^3$)
- 温度: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 1 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

零点稳定性

DN		Promass F 传感器 (标准型) 的零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] 或 [l/h]	[lb/min]
80	3	9.00	0.330
100	4	14.00	0.514
150	6	32.00	1.17

最大测量误差的计算实例




图 55: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: DN 80)

流量计算实例 (例如: DN 80)

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min]	
500 : 1	360	13.23	1.5
100 : 1	1800	66.15	0.3
25 : 1	7200	264.6	0.1
10 : 1	18000	661.5	0.1
2 : 1	90000	3307.5	0.1

设计准则 → 120

重复性

设计准则 → 120。

- 质量流量和体积流量 (液体):
± 0.025% o.r. (PremiumCal, 质量流量测量)
± 0.05% o.r.
- 质量流量 (气体): ± 0.25% o.r.
- 密度 (液体): ± 0.00025 g/cm³
- 温度: ± 0.25 °C ± 0.0025 · T °C ; ± 0.5 °F ± 0.0015 · (T - 32) °F

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器的测量误差典型值为满量程值的 ± 0.0002% /°C (满量程值的 ± 0.0001% /°F)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时, 会影响质量流量的测量精度, 详情请参考下表:

DN		Promass F 传感器 (标准型)
[mm]	[inch]	[% o.r./bar]
80	3	-0.0055
100	4	-0.0035
150	6	-0.002

设计准则

取决于流量:

- 流量 ≥ 零点稳定性 ÷ (基本测量精度 ÷ 100)
 - 最大测量误差: ± 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性: ± ½ · 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 < 零点稳定性 ÷ (基本测量精度 ÷ 100)
 - 最大测量误差: ± (零点稳定性 ÷ 测量值) · 100% o.r.
 - 重复性: ± ½ · (零点稳定性 ÷ 测量值) · 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体, PremiumCal)	0.05
质量流量 (液体)	0.10
体积流量 (液体)	0.10
质量流量 (气体)	0.35

Promass P 传感器的性能参数

o.r. = 读数值; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。
 电流输出的附加测量误差通常为 $\pm 5 \mu\text{A}$ 。
 设计准则 → 122。

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.10\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.50\%$ o.r.
- 密度 (液体)
 - 参考条件: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
 - 现场密度标定: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
(在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: $\pm 0.01 \text{ g/cm}^3$
(在整个温度范围和密度范围内有效 → 128)
 - 特殊密度标定: $\pm 0.002 \text{ g/cm}^3$
(可选, 有效范围: $+5\dots+80 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+41\dots+176 \text{ }^\circ\text{F}$) 和 $0.0\dots2.0 \text{ g/cm}^3$)
- 温度: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 1 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] 或 [l/h]	[lb/min]
8	3/8	0.20	0.007
15	1/2	0.65	0.024
25	1	1.80	0.066
40	1 1/2	4.50	0.165
50	2	7.00	0.257

最大测量误差的计算实例




图 56: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: Promass P, DN 25)

流量计算实例

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min]	
250:1	72	2.646	2.50
100:1	180	6.615	1.00
25:1	720	26.46	0.25
10:1	1800	66.15	0.10
2:1	9000	330.75	0.10

设计准则 → 122

重复性

设计准则 → 122。

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.05\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.25\%$ o.r.
- 密度 (液体): $\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$
- 温度: $\pm 0.25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.0025 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器的测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002\% / ^\circ\text{C}$ (满量程值的 $\pm 0.0001\% / ^\circ\text{F}$)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时, 会影响质量流量的测量精度, 详情请参考下表:

DN		[% o.r./bar]
[mm]	[inch]	
8	3/8	-0.002
15	1/2	-0.006
25	1	-0.005
40	1 1/2	-0.005
50	2	-0.005

设计准则

取决于流量:

- 流量 \geq 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差: \pm 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性: $\pm 1/2 \cdot$ 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 $<$ 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差: \pm (零点稳定性 \div 测量值) \cdot 100% o.r.
 - 重复性: $\pm 1/2 \cdot$ (零点稳定性 \div 测量值) \cdot 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体)	0.10
体积流量 (液体)	0.10
质量流量 (气体)	0.50

Promass S 传感器的性能参数

o.r. = 读数值; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。
 电流输出的附加测量误差通常为 $\pm 5 \mu\text{A}$ 。
 设计准则 → 124。

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.10\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.50\%$ o.r.
- 密度 (液体)
 - 参考条件: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
 - 现场密度标定: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
(在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: $\pm 0.01 \text{ g/cm}^3$
(在整个温度范围和密度范围内有效 → 128)
 - 特殊密度标定: $\pm 0.002 \text{ g/cm}^3$
(可选, 有效范围: $+5\dots+80 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+41\dots+176 \text{ }^\circ\text{F}$) 和 $0.0\dots2.0 \text{ g/cm}^3$)
- 温度: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 1 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] 或 [l/h]	[lb/min]
8	3/8	0.20	0.007
15	1/2	0.65	0.024
25	1	1.80	0.066
40	1 1/2	4.50	0.165
50	2	7.00	0.257

最大测量误差的计算实例




图 57: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: Promass S, DN 25)

流量计算实例

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min]	
250 : 1	72	2.646	2.50
100 : 1	180	6.615	1.00
25 : 1	720	26.46	0.25
10 : 1	1800	66.15	0.10
2 : 1	9000	330.75	0.10

设计准则 → 124

重复性

设计准则 → 124。

- 质量流量和体积流量 (液体): $\pm 0.05\%$ o.r.
- 质量流量 (气体): $\pm 0.25\%$ o.r.
- 密度 (液体): ± 0.00025 g/cm³
- 温度: ± 0.25 °C $\pm 0.0025 \cdot T$ °C ; ± 0.5 °F $\pm 0.0015 \cdot (T - 32)$ °F

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器的测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002\%$ /°C (满量程值的 $\pm 0.0001\%$ /°F)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时, 会影响质量流量的测量精度, 详情请参考下表:

DN		[% o.r./bar]
[mm]	[inch]	
8	3/8	-0.002
15	1/2	-0.006
25	1	-0.005
40	1 1/2	-0.005
50	2	-0.005

设计准则

取决于流量:

- 流量 \geq 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差: \pm 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性: $\pm 1/2 \cdot$ 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 $<$ 零点稳定性 \div (基本测量精度 \div 100)
 - 最大测量误差: \pm (零点稳定性 \div 测量值) \cdot 100% o.r.
 - 重复性: $\pm 1/2 \cdot$ (零点稳定性 \div 测量值) \cdot 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体)	0.10
体积流量 (液体)	0.10
质量流量 (气体)	0.50

Promass X 传感器的性能参数

o.r. = 读数值; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

最大测量误差

以下为脉冲 / 频率输出时的参数值。
 电流输出的附加测量误差通常为 $\pm 5 \mu\text{A}$ 。
 设计准则 → 126。

- 质量流量和体积流量 (液体):
 - $\pm 0.05\%$ o.r. (PremiumCal, 质量流量测量)
 - $\pm 0.10\%$ o.r.
- 密度 (液体)
 - 参考条件: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
 - 现场密度标定: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
(在过程条件下进行现场密度标定后有效)
 - 标准密度标定: $\pm 0.01 \text{ g/cm}^3$
(在整个温度范围和密度范围内有效 → 128)
 - 特殊密度标定: $\pm 0.001 \text{ g/cm}^3$
(可选, 有效范围: $+5 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+41 \dots +176 \text{ }^\circ\text{F}$) 和 $0.0 \dots 2.0 \text{ g/cm}^3$)
- 温度: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$; $\pm 1 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$

零点稳定性

DN		Promass F 传感器 (标准型) 的零点稳定性	
[mm]	[inch]	[kg/h] 或 [l/h]	[lb/min]
350	14	175	6.42

最大测量误差的计算实例




图 58: 最大测量误差 (% o.r.) 的计算实例 (例如: Promass 83X, DN 350)

流量计算实例

量程比	流量		最大测量误差 [% o.r.]
	[kg/h]	[lb/min]	
500 : 1	8200	1.323	2.1
100 : 1	41 000	6.615	0.4
25 : 1	164 000	26.46	0.1
10 : 1	410 000	66.15	0.1
2 : 1	2 050 000	330.75	0.1

设计准则 → 126

重复性

设计准则 → 126。

- 质量流量和体积流量 (液体):
± 0.025% o.r. (PremiumCal, 质量流量测量)
± 0.05% o.r.
- 密度 (液体): ± 0.00025 g/cm³
- 温度: ± 0.25 °C ± 0.0025 · T °C ; ± 0.5 °F ± 0.0015 · (T - 32) °F

介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器的测量误差典型值为满量程值的 ± 0.0002% /°C (满量程值的 ± 0.0001% /°F)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时, 会影响质量流量的测量精度, 详情请参考下表:

DN		Promass F 传感器 (标准型) [% o.r./bar]
[mm]	[inch]	
350	14	-0.009

设计准则

取决于流量:

- 流量 ≥ 零点稳定性 ÷ (基本测量精度 ÷ 100)
 - 最大测量误差: ± 基本测量精度 (% o.r.)
 - 重复性: ± ½ · 基本测量精度 (% o.r.)
- 流量 < 零点稳定性 ÷ (基本测量精度 ÷ 100)
 - 最大测量误差: ± (零点稳定性 ÷ 测量值) · 100% o.r.
 - 重复性: ± ½ · (零点稳定性 ÷ 测量值) · 100% o.r.

基本测量精度	
质量流量 (液体, PremiumCal)	0.05
质量流量 (液体)	0.10
体积流量 (液体)	0.10

10.1.7 操作条件：安装

安装指南	→  14
前后直管段	无前后直管段安装长度要求
分体式仪表的连接电缆长度	max. 20 m (65 ft)
系统压力	→  15

10.1.8 操作条件：环境

环境温度范围	传感器和变送器： <ul style="list-style-type: none"> ■ 标准：-20...+60 °C (-4...+140°F) ■ 可选：-40...+60 °C (-40...+140°F)
	 注意！ <ul style="list-style-type: none"> ■ 在阴凉处安装仪表。避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时，特别需要注意。 ■ 环境温度低于 -20 °C (-4 °F) 时，显示单元可能无法正常工作。
储存温度	-40...+80 °C (-40...+175 °F)，推荐温度：+20 °C (+68 °F)
防护等级	标准：IP 67 (NEMA 4X)，适用于变送器和传感器
抗冲击性	符合 IEC 60068-2-31 标准
抗振性	加速度可达 1 g，10...150 Hz，符合 IEC 60068-2-6 标准
CIP 清洗	是
SIP 清洗	是
电磁兼容性 (EMC)	符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR 推荐的 NE 21 标准

10.1.9 操作条件：过程

介质温度范围

传感器：

Promass F、A、P 传感器：
-50...+200 °C (-58...+392 °F)

Promass F 传感器 (高温型)：
-50...+350 °C (-58...+662 °F)

Promass H 传感器：

- 铂 702/R 60702: -50...+200 °C (-58...+392 °F)
- 钽 2.5W: -50...+150 °C (-58...+302 °F)

Promass I、S 传感器：
-50...+150 °C (-58...+302 °F)

Promass E 传感器：
-40...+140 °C (-40...+284 °F)

Promass O 传感器：
-40...+200 °C (-40...+392 °F)

Promass X 传感器：
-50...+180 °C (-40...+356 °F)

密封圈：

Promass F、E、H、I、S、P、O、X 传感器：
无内置密封圈

Promass A 传感器：
无内置密封圈。
仅适用于带螺纹连接的安装套件：
Viton: -15...+200 °C (-5...+392 °F)
EPDM: -40...+160 °C (-40...+320 °F)
硅: -60...+200 °C (-76...+392 °F)
Kalrez: -20...+275 °C (-4...+527 °F)

流体密度范围

0...5000 kg/m³ (0...312 lb/cf)

介质压力范围 (额定压力) 过程连接的材料负载曲线 (压力 - 温度曲线) 请参考相关 《技术资料》。
 登陆网址: www.endress.com 可以下载 《技术资料》的 PDF 文件。
 相关 《技术资料》的详细信息请参考 “ 文档资料 ” → 147。

第二腔室的压力范围:

Promass A 传感器:

25 bar (362 psi)

Promass E 传感器:

无第二腔室

Promass F 传感器:

DN 8...50 (3/8"...2"): 40 bar (580 psi)

DN 80 (3"): 25 bar (362 psi)

DN 100...150 (4"...6"): 16 bar (232 psi)

DN 250(10"): 10 bar (145 psi)

Promass H 传感器:

■ 锆 702/R 60702:

DN 8...15 (3/8"...1/2"): 25 bar (362 psi)

DN 25...50 (1"...2"): 16 bar (232 psi)

■ 钽 2.5W:

DN 8...25 (3/8"...1"): 25 bar (362 psi)

DN 40...50 (1/2"...2"): 16 bar (232 psi)

Promass I 传感器:

40 bar (580 psi)

Promass P 传感器:

DN 8...25 (3/8"...1"): 25 bar (362 psi)

DN 40 (1/2"): 16 bar (232 psi)

DN 50 (2"): 10 bar (145 psi)

Promass S 传感器:

DN 8...40 (3/8"...1 1/2"): 16 bar (232 psi)

DN 50 (2"): 10 bar (145 psi)

Promass O 传感器:

16 bar (232 psi)

Promass X 传感器:

型式认证, 最大允许压力 (符合 ASME BPVC 标准): 6 bar (87 psi)

限流值 参考“测量范围” → 102。
 在所需流量范围和允许压损之间择优选择标称口径。
 最大满量程值请参考“测量范围”。

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20
- 在大多数应用场合中，最大满量程值的 20...50 % 被视为理想限流值
- 测量磨损性介质时 (例如：含固液体)，应选择较小的满量程值：流速 <1 m/s (<3 ft/s)
- 测量气体时，请遵守下列规则：
 - 测量管内的流速不得超过音速的一半 (0.5 Mach)
 - 最大质量流量取决于气体密度：计算公式 → 104

压损 (公制 (SI) 单位) 压损取决于流体特性和流量。使用下列公式估算压损：

压损计算公式 (Promass F、E 传感器)

雷诺数	$Re = \frac{2 \cdot \dot{m}}{\pi \cdot d \cdot v \cdot \rho}$	a0004623
Re ≥ 2300 ¹⁾	$\Delta p = K \cdot v^{0.25} \cdot \dot{m}^{1.85} \cdot \rho^{-0.86}$	a0004626
	Promass F DN 250 传感器 $\Delta p = K \cdot \left[1 - a + \frac{a}{e^{b \cdot (v - 10^{-6})}} \right] \cdot v^{0.25} \cdot \dot{m}^{1.85} \cdot \rho^{-0.86}$	a0012135
Re < 2300	$\Delta p = K1 \cdot v \cdot \dot{m} + \frac{K2 \cdot v^{0.25} \cdot \dot{m}^2}{\rho}$	a0004628
Δp = 压损 [mbar] v = 运动粘度 [m ² /s] \dot{m} = 质量流量 [kg/s] ρ = 流体密度 [kg/m ³] d = 测量管内径 [m] $K...K2$ = 常数 (取决于标称口径) $a = 0.3$ $b = 91000$		
¹⁾ 计算气体压损时，请使用 Re ≥ 2300 的计算公式估算。		

压损计算公式 (Promass H、I、S、P 传感器)

Reynolds number	$Re = \frac{4 \cdot \dot{m}}{\pi \cdot d \cdot v \cdot \rho}$	a0003381
Re ≥ 2300 ¹⁾	$\Delta p = K \cdot v^{0.25} \cdot \dot{m}^{1.75} \cdot \rho^{-0.75} + \frac{K3 \cdot \dot{m}^2}{\rho}$	a0004631
Re < 2300	$\Delta p = K1 \cdot v \cdot \dot{m} + \frac{K3 \cdot \dot{m}^2}{\rho}$	a0004633
Δp = 压损 [mbar] v = 运动粘度 [m ² /s] \dot{m} = 质量流量 [kg/s] ρ = 流体密度 [kg/m ³] d = 测量管内径 [m] $K...K3$ = 常数 (取决于标称口径)		
¹⁾ 计算气体压损时，请使用 Re ≥ 2300 的计算公式估算。		

压损计算公式 (Promass A 传感器)

雷诺数	$Re = \frac{4 \cdot \dot{m}}{\pi \cdot d \cdot v \cdot \rho}$	a0003381
$Re \geq 2300^{1)}$	$\Delta p = K \cdot v^{0.25} \cdot \dot{m}^{1.75} \cdot \rho^{-0.75}$	a0003380
$Re < 2300$	$\Delta p = K1 \cdot v \cdot \dot{m}$	a0003379
Δp = 压损 [mbar] v = 运动粘度 [m ² /s] \dot{m} = 质量流量 [kg/s] ρ = 密度 [kg/m ³] d = 测量管内径 [m] $K...K1$ = 常数 (取决于标称口径) ¹⁾ 计算气体压损时, 请使用 $Re \geq 2300$ 的计算公式估算。		

压损计算公式 (Promass O、X 传感器)

雷诺数	$Re = \frac{4 \cdot \dot{m}}{\pi \cdot d \cdot v \cdot \rho \cdot n}$	A0015582
压损	$\Delta p = (A_0 + A_1 \cdot Re^{A_2})^{1/A_3} \cdot \frac{1}{\rho} \cdot \left(\frac{2 \cdot \dot{m}}{5 \cdot \pi \cdot n \cdot d^2} \right)^2$	A0015583
Δp = 压损 [mbar] v = 运动粘度 [m ² /s] \dot{m} = 质量流量 [kg/s] ρ = 密度 [kg/m ³] d = 测量管内径 [m] $A_0...A_3$ = 常数 (取决于标称口径) n = 测量管根数		

压损系数 (Promass F 传感器)

DN	d[m]	K	K1	K2
8	$5.35 \cdot 10^{-3}$	$5.70 \cdot 10^7$	$9.60 \cdot 10^7$	$1.90 \cdot 10^7$
15	$8.30 \cdot 10^{-3}$	$5.80 \cdot 10^6$	$1.90 \cdot 10^7$	$10.60 \cdot 10^5$
25	$12.00 \cdot 10^{-3}$	$1.90 \cdot 10^6$	$6.40 \cdot 10^6$	$4.50 \cdot 10^5$
40	$17.60 \cdot 10^{-3}$	$3.50 \cdot 10^5$	$1.30 \cdot 10^6$	$1.30 \cdot 10^5$
50	$26.00 \cdot 10^{-3}$	$7.00 \cdot 10^4$	$5.00 \cdot 10^5$	$1.40 \cdot 10^4$
80	$40.50 \cdot 10^{-3}$	$1.10 \cdot 10^4$	$7.71 \cdot 10^4$	$1.42 \cdot 10^4$
100	$51.20 \cdot 10^{-3}$	$3.54 \cdot 10^3$	$3.54 \cdot 10^4$	$5.40 \cdot 10^3$
150	$68.90 \cdot 10^{-3}$	$1.36 \cdot 10^3$	$2.04 \cdot 10^4$	$6.46 \cdot 10^2$
250	$102.26 \cdot 10^{-3}$	$3.00 \cdot 10^2$	$6.10 \cdot 10^3$	$1.33 \cdot 10^2$




图 59: 水的压损曲线图

压损系数 (Promass E 传感器)

DN	d[m]	K	K1	K2
8	$5.35 \cdot 10^{-3}$	$5.70 \cdot 10^7$	$7.91 \cdot 10^7$	$2.10 \cdot 10^7$
15	$8.30 \cdot 10^{-3}$	$7.62 \cdot 10^6$	$1.73 \cdot 10^7$	$2.13 \cdot 10^6$
25	$12.00 \cdot 10^{-3}$	$1.89 \cdot 10^6$	$4.66 \cdot 10^6$	$6.11 \cdot 10^5$
40	$17.60 \cdot 10^{-3}$	$4.42 \cdot 10^5$	$1.35 \cdot 10^6$	$1.38 \cdot 10^5$
50	$26.00 \cdot 10^{-3}$	$8.54 \cdot 10^4$	$4.02 \cdot 10^5$	$2.31 \cdot 10^4$
80	$40.50 \cdot 10^{-3}$	$1.44 \cdot 10^4$	$5.00 \cdot 10^4$	$2.30 \cdot 10^4$




图 60: 水的压损曲线图

压损系数 (Promass A 传感器)

DN	d[m]	K	K1
1	$1.1 \cdot 10^{-3}$	$1.2 \cdot 10^{11}$	$1.3 \cdot 10^{11}$
2	$1.8 \cdot 10^{-3}$	$1.6 \cdot 10^{10}$	$2.4 \cdot 10^{10}$
4	$3.5 \cdot 10^{-3}$	$9.4 \cdot 10^8$	$2.3 \cdot 10^9$
高温型			
2	$1.4 \cdot 10^{-3}$	$5.4 \cdot 10^{10}$	$6.6 \cdot 10^{10}$
4	$3.0 \cdot 10^{-3}$	$2.0 \cdot 10^9$	$4.3 \cdot 10^9$




图 61: 水的压损曲线图

- 1 标准型
- 2 高压型

压损系数 (Promass H 传感器)

DN	d[m]	K	K1	K3
8	$8.51 \cdot 10^{-3}$	$8.04 \cdot 10^6$	$3.28 \cdot 10^7$	$1.15 \cdot 10^6$
15	$12.00 \cdot 10^{-3}$	$1.81 \cdot 10^6$	$9.99 \cdot 10^6$	$1.87 \cdot 10^5$
25	$17.60 \cdot 10^{-3}$	$3.67 \cdot 10^5$	$2.76 \cdot 10^6$	$4.99 \cdot 10^4$
40	$25.50 \cdot 10^{-3}$	$8.75 \cdot 10^4$	$8.67 \cdot 10^5$	$1.22 \cdot 10^4$
50	$40.5 \cdot 10^{-3}$	$1.35 \cdot 10^4$	$1.72 \cdot 10^5$	$1.20 \cdot 10^3$

压损值包括测量管和管路系统的连接部分




图 62: 水的压损曲线图

压损系数 (Promass I 传感器)

DN	d[m]	K	K1	K3
8	$8.55 \cdot 10^{-3}$	$8.1 \cdot 10^6$	$3.9 \cdot 10^7$	$129.95 \cdot 10^4$
15	$11.38 \cdot 10^{-3}$	$2.3 \cdot 10^6$	$1.3 \cdot 10^7$	$23.33 \cdot 10^4$
15 ¹⁾	$17.07 \cdot 10^{-3}$	$4.1 \cdot 10^5$	$3.3 \cdot 10^6$	$0.01 \cdot 10^4$
25	$17.07 \cdot 10^{-3}$	$4.1 \cdot 10^5$	$3.3 \cdot 10^6$	$5.89 \cdot 10^4$
25 ¹⁾	$26.4 \cdot 10^{-3}$	$7.8 \cdot 10^4$	$8.5 \cdot 10^5$	$0.11 \cdot 10^4$
40	$26.4 \cdot 10^{-3}$	$7.8 \cdot 10^4$	$8.5 \cdot 10^5$	$1.19 \cdot 10^4$
40 ¹⁾	$35.62 \cdot 10^{-3}$	$1.3 \cdot 10^4$	$2.0 \cdot 10^5$	$0.08 \cdot 10^4$
50	$35.62 \cdot 10^{-3}$	$1.3 \cdot 10^4$	$2.0 \cdot 10^5$	$0.25 \cdot 10^4$
50 ¹⁾	$54.8 \cdot 10^{-3}$	$2.3 \cdot 10^3$	$5.5 \cdot 10^4$	$1.0 \cdot 10^2$
80	$54.8 \cdot 10^{-3}$	$2.3 \cdot 10^3$	$5.5 \cdot 10^4$	$3.5 \cdot 10^2$

压损值包括测量管和管路系统的连接部分

¹⁾ DN 15、25、40、50 FB = 通径型 Promass I 传感器




图 63: 水的压损曲线图

- 1 标准型
- 2 通径型 (*)

压损系数 (Promass S、P 传感器)

DN	d[m]	K	K1	K3
8	$8.31 \cdot 10^{-3}$	$8.78 \cdot 10^6$	$3.53 \cdot 10^7$	$1.30 \cdot 10^6$
15	$12.00 \cdot 10^{-3}$	$1.81 \cdot 10^6$	$9.99 \cdot 10^6$	$1.87 \cdot 10^5$
25	$17.60 \cdot 10^{-3}$	$3.67 \cdot 10^5$	$2.76 \cdot 10^6$	$4.99 \cdot 10^4$
40	$26.00 \cdot 10^{-3}$	$8.00 \cdot 10^4$	$7.96 \cdot 10^5$	$1.09 \cdot 10^4$
50	$40.50 \cdot 10^{-3}$	$1.41 \cdot 10^4$	$1.85 \cdot 10^5$	$1.20 \cdot 10^3$

压损值包括测量管和管路系统的连接部分





图 64: 水的压损曲线图

压损系数 (Promass O 传感器)

DN		d[mm]	A ₀	A ₁	A ₂	A ₃
[mm]	[inch]					
80	3	38.5	0.72	4.28	-0.36	0.24
100	4	49.0	0.70	3.75	-0.35	0.22
150	6	66.1	0.75	2.81	-0.33	0.19




A0015630

图 65: 水的压损曲线图

压损系数 (Promass X 传感器)

DN		d[mm]	A ₀	A ₁	A ₂	A ₃
[mm]	[inch]					
350	14	102.3	0.76	3.80	-0.33	0.23



A0015428

图 66: 水的压损曲线图

压损 (英制 (US) 单位)

压损取决于流体特性和标称口径。Endress+Hauser 的 Applicator PC 操作软件用于英制 (US) 单位的压损计算。Applicator 软件中包含所有重要的仪表参数，可以优化测量系统设计。Applicator 软件可以用于下列计算：

- 与流体特性 (例如：粘度、密度等) 相匹配的传感器标称口径
- 测量点下游侧的压损
- 将质量流量换算成体积流量等
- 同时显示各种流量计尺寸
- 确定测量范围

Applicator 软件在 IBM 兼容 PC 机中运行。

10.1.10 机械结构

设计 / 外形尺寸

传感器和变送器的外形尺寸和长度请参考相关《技术资料》。
 登陆网址：www.endress.com 可以下载《技术资料》的 PDF 文件。
 相关《技术资料》的详细信息请参考“文档资料” → 147。

重量

- 一体式仪表：参考下表
- 分体式仪表
 - 传感器：参考下表
 - 墙装型外壳：5 kg (11 lb)

重量 (公制 (SI) 单位)

以下表格中的重量值均为带 EN/DIN PN 40 法兰的仪表重量。
 重量单位：kg。

Promass F / DN 传感器	8	15	25	40	50	80	100	150	250*
一体式仪表	11	12	14	19	30	55	96	154	400
一体式仪表, 高温型	-	-	14.7	-	30.7	55.7	-	-	-
分体式仪表	9	10	12	17	28	53	94	152	398
分体式仪表, 高温型	-	-	13.5	-	29.5	54.5	-	-	-
* 带 ASME B16.5 10" Cl. 300 法兰									

Promass E / DN 传感器	8	15	25	40	50	80
一体式仪表	8	8	10	15	22	31
分体式仪表	6	6	8	13	20	29

Promass A / DN 传感器	1	2	4
一体式仪表	10	11	15
分体式仪表	8	9	13

Promass H / DN 传感器	8	15	25	40	50
一体式仪表	12	13	19	36	69
分体式仪表	10	11	17	34	67

Promass I / DN 传感器	8	15	15FB	25	25FB	40	40FB	50	50FB	80
一体式仪表	13	15	21	22	41	42	67	69	120	124
分体式仪表	11	13	19	20	38	40	65	67	118	122
FB = 通径型 Promass I 传感器										

Promass S / DN 传感器	8	15	25	40	50
一体式仪表	13	15	21	43	80
分体式仪表	11	13	19	41	78

Promass P / DN 传感器	8	15	25	40	50
一体式仪表	13	15	21	43	80
分体式仪表	11	13	19	41	78

Promass O / DN ¹⁾ 传感器	80	100	150
一体式仪表	75	141	246
分体式仪表	73	139	244

¹⁾ 带 ASME Cl. 900 法兰的仪表重量

Promass X / DN ¹⁾ 传感器	350
一体式仪表	555
分体式仪表	553

¹⁾ 带 ASME B16.5 12" Cl. 150 法兰

重量 (英制 (US) 单位)

以下表格中的重量值均为带 EN/DIN PN 40 法兰的仪表重量。
重量单位: lb。

Promass F / DN 传感器	3/8"	1/2"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	10"*
一体式仪表	24	26	31	42	66	121	212	340	882
一体式仪表, 高温型	-	-	32	-	68	123	-	-	-
分体式仪表	20	22	26	37	62	117	207	335	878
分体式仪表, 高温型	-	-	30	-	65	120	-	-	-

* 带 ASME B16.5 10" Cl. 300 法兰

Promass E / DN 传感器	3/8"	1/2"	1	1 1/2"	2"	3"
一体式仪表	18	18	22	33	49	69
分体式仪表	13	13	18	29	44	64

Promass A / DN 传感器	1/24"	1/12"	1/8"
一体式仪表	22	24	33
分体式仪表	18	20	29

Promass H / DN 传感器	3/8"	1/2"	1	1 1/2"	2"
一体式仪表	26	29	42	79	152
分体式仪表	22	24	37	75	148

Promass I / DN 传感器	3/8"	1/2"	1/2"FB	1 1/2"	1 1/2"FB	3/8"	3/8"FB	1	1FB	2"
一体式仪表	29	33	46	49	90	93	148	152	265	273
分体式仪表	24	29	42	44	86	88	143	148	260	269

FB = 通径型 Promass I 传感器

Promass S / DN 传感器	3/8"	1/2"	1	1 1/2"	2"
一体式仪表	29	33	46	95	176
分体式仪表	24	29	42	90	172

Promass P / DN 传感器	3/8"	1/2"	1	1 1/2"	2"
一体式仪表	29	33	46	95	176
分体式仪表	24	29	42	90	172

Promass O / DN ¹⁾ 传感器	3"	4"	6"
一体式仪表	165	311	542
分体式仪表	161	306	538

¹⁾ 带 ASME Cl. 900 法兰的仪表重量

Promass X / DN ¹⁾ 传感器	350
一体式仪表	1224
分体式仪表	1219

¹⁾ 带 ASME B16.5 12" Cl. 150 法兰

材料

变送器外壳:

- 一体式仪表
 - 一体式: 粉末压铸铝
 - 不锈钢外壳: 不锈钢 1.4404/CF3M
 - 窗口材料: 玻璃或聚碳酸酯
- 分体式仪表
 - 分体式现场型外壳: 粉末压铸铝
 -
 - 墙装型外壳: 粉末压铸铝
 - 窗口材料: 玻璃

传感器外壳 / 第二腔室:

Promass F 传感器:

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4301/1.4307/304L

Promass E、A、H、I、S、P 传感器:

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4301/304

Promass X、O 传感器:

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4404/316L

传感器接线盒 (分体式仪表):

- 不锈钢 1.4301/304 (标准型, 不适用于 Promass X 传感器)
- 粉末压铸铝
(高温型和带伴热的仪表型号)

过程连接:

Promass F 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220 法兰 → 不锈钢 1.4404/316L
- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220 法兰 → Alloy C-22 2.4602/N 06022 合金
- DIN 11864-2 Form A (带槽平板法兰) → 不锈钢 1.4404/316L
- DIN 11851 / DIN 11864-1 Form A / ISO 2853 / SMS 1145 卫生型螺纹连接
→ 不锈钢 1.4404/316L
- Tri-Clamp 卡箍 (OD 管) → 不锈钢 1.4404/316L
- VCO 接头 → 不锈钢 1.4404/316L

Promass F 传感器 (高温型):

- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220 法兰
→ 不锈钢 1.4404/316L
- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220 法兰
→ Alloy C-22 2.4602 (N 06022) 合金

Promass E 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220 法兰 → 不锈钢 1.4404/316L
- DIN 11864-2 Form A (带槽平板法兰) → 不锈钢 1.4404/316L
- VCO 接头 → 不锈钢 1.4404/316L
- DIN 11851 / DIN 11864-1 Form A / ISO 2853 / SMS 1145 卫生型螺纹连接
→ 不锈钢 1.4404/316L
- Tri-Clamp 卡箍 (OD 管) → 不锈钢 1.4404/316L

Promass A 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220 法兰安装套件
→ 不锈钢 1.4539/904L, Alloy C-22 2.4602/N 06022 合金
松套法兰 → 不锈钢 1.4404/316L
- VCO 接头 → 不锈钢 1.4539/904L, Alloy C-22 2.4602/N 06022 合金
- Tri-Clamp 卡箍 (OD 管) (1/2") → 不锈钢 1.4539/904L
- SWAGELOK 接头 (1/4"、1/8") 安装套件 → 不锈钢 1.4401/316
- NPT-F 接头 (1/4") 安装套件
→ 不锈钢 1.4539/904L、1.4539/904L, Alloy C-22 2.4602/N 06022 合金

Promass H 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220 法兰
→ 不锈钢 1.4301/304, 接液部件: 锆 702/R 60702 或钽 2.5W

Promass I 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220 法兰 → 不锈钢 1.4301/304
- DIN 11864-2 Form A (带槽平板法兰) → 2 级钛
- DIN 11851 / SMS 1145 卫生型螺纹连接 → 2 级钛
- ISO 2853 / DIN 11864-1 卫生型螺纹连接 → 2 级钛
- Tri-Clamp 卡箍 (OD 管) → 2 级钛

Promass S 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / JIS B2220 法兰 → 不锈钢 1.4404/316/316L
- ASME B16.5 法兰 → 不锈钢 1.4404/316/316L
- DIN 11864-2 Form A (带槽平板法兰) → 不锈钢 1.4435/316L
- DIN 11851/ DIN 11864-1 Form A / ISO 2853 / SMS 1145 卫生型螺纹接头
→ 不锈钢 1.4404/316L
- Tri-Clamp 卡箍 (OD 管) → 不锈钢 1.4435/316L
- DIN 11864-3 Form A 防腐接头 → 不锈钢 1.4435/316L
- DIN 32676/ISO 2852 卡箍 → 不锈钢 1.4435/316L

Promass P 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / JIS B2220 法兰 → 不锈钢 1.4404/316/316L
- ASME B16.5 法兰 → 不锈钢 1.4404/316/316L
- DIN 11864-2 Form A (带槽平板法兰)、BioConnect® → 不锈钢 1.4435/316L
- DIN 11851/ DIN 11864-1 Form A / ISO 2853 / SMS 1145 卫生型螺纹接头
→ 不锈钢 1.4435/316L
- Tri-Clamp 卡箍 (OD 管) → 不锈钢 1.4435/316L
- DIN 11864-3 Form A 防腐接头 → 不锈钢 1.4435/316L
- DIN 32676/ISO 2852 卡箍、BioConnect® → 不锈钢 1.4435/316L

Promass O 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 法兰
→ 不锈钢 25Cr duplex F53/EN 1.4410 (超级双相钢)

Promass X 传感器:

- EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 法兰
→ 不锈钢 1.4404/316/316L

测量管:

Promass F 传感器:

- DN 8...100 (3/8"...4"): 不锈钢 1.4539/904L ; 管件: 1.4404/316L
- DN 150 (6"): 不锈钢 1.4404/316L/1.4432
- DN 250 (10"): 不锈钢 1.4404/316L/1.4432 ; 管件: CF3M
- DN 8...150 (3/8"...6"): Alloy C-22 2.4602/N 06022 合金

Promass F 传感器 (高温型):

- DN 25 (1")、50 (2")、80 (3"): Alloy C-22 2.4602/N 06022 合金

Promass E、S 传感器:

- 不锈钢 1.4539/904L

Promass A 传感器:

- 不锈钢 1.4539/904L、Alloy C-22 2.4602/N 06022 合金

Promass H 传感器:

- 锆 702/R 60702
- 钽 2.5W

Promass I 传感器:

- 9 级钛
- 2 级钛 (法兰盘)

Promass P 传感器:

不锈钢 1.4435/316L

Promass O 传感器:

- 不锈钢 25Cr Duplex EN 1.4410/UNS S32750 (超级双相钢)

Promass X 传感器:

- 不锈钢 1.4404/316/316L ; 管件: 1.4404/316/316L

密封圈:

Promass F、E、H、I、S、P、O、X 传感器:

焊接式过程连接, 无内置密封圈

Promass A 传感器:

焊接式过程连接, 无内置密封圈

仅适用于带螺纹连接的安装套件: Viton、EPDM、硅、Kalrez

材料负载曲线

过程连接的材料负载曲线 (压力 - 温度曲线) 请参考相关 《技术资料》。
登陆网址: www.endress.com 可以下载 《技术资料》的 PDF 文件。
相关 《技术资料》的详细信息请参考 “ 文档资料 ” → 147。

过程连接

→ 145

10.1.11 可操作性

显示单元	<ul style="list-style-type: none"> ■ 液晶显示：四行、每行 16 个字符、背光显示 ■ 可以选择显示不同的测量值和状态变量 ■ 环境温度低于 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) 时，显示单元可能无法正常工作
操作单元	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通过仪表上的三个光敏键 (□/□/□) 进行现场操作 ■ 通过专用快速设置菜单直接进行仪表调试
语言组	<p>提供多种操作语言，以满足不同国家用户的要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 西欧和美国 (WEA): 英文、德文、西班牙文、意大利文、法文、荷兰文和葡萄牙文 ■ 东欧和斯堪的纳维亚地区 (EES): 英文、俄文、波兰文、挪威文、芬兰文、瑞典文和捷克文 ■ 东南亚 (SEA): 英文、日文和印度尼西亚文 ■ 中国 (CN): 英文、中文 <p> 注意！ 使用“FieldCare”调试工具更改仪表的语言组设置。</p>
远程操作	通过 HART 进行远程操作

10.1.12 证书和认证

CE 认证	<p>测量系统遵守 EC 准则的法律要求。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。</p>
C-tick 认证	测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA)”制定的 EMC 标准。
防爆 (Ex) 认证	Endress+Hauser 销售中心可根据用户需要提供当前获取的防爆证书 (ATEX、FM、CSA、IECEx、NEPSI 等)。防爆 (Ex) 手册单独成册，请单独订购。
卫生型认证	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3A 认证 (除连接 Promass H、O 和 X 传感器之外的所有测量系统) ■ EHEDG 测试 (除连接 Promass E、H、O 和 X 传感器之外的所有测量系统)
压力设备指令	<p>订购仪表时，可以选择带或不带 PED (压力设备指令) 认证。订购带 PED 认证的仪表时，需要提供详细信息。对于标称口径小于或等于 DN 25 (1") 的测量设备，不能也不需选择 PED 认证。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于铭牌上带 PED/G1/III 标识的传感器，Endress+Hauser 确保其符合压力设备指令 97/23/EC 的附录 I 中的“基本安全性”要求 ■ 带标识 (通过 PED 认证) 的测量设备可以测量以下类型的流体： <ul style="list-style-type: none"> - 蒸汽压高于或低于 0.5 bar (7.3 psi) 的 1 类和 2 类流体 - 不稳定气体 ■ 无 PED 标识的测量设备基于工程实践经验设计和制造。符合压力设备指令 97/23/EC 的第三章要求。具体应用范围请参考压力设备指令附录 II 的表格 6...9 中
功能安全性	SIL -2: 符合 IEC 61508/IEC 61511-1 (FDIS) 标准

其他标准和准则

- EN 60529
外壳防护等级 (IP 代号)
- EN 61010-1
测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全规则
- IEC/EN 61326
“A 类电磁发射要求”
电磁兼容性 (EMC 要求)
- NAMUR NE 21
工业过程及实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 43
带模拟输出信号的数字式变送器故障信号水平标准
- NAMUR NE 53
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件

10.1.13 订购信息

详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

10.1.14 附件

Endress+Hauser 提供多种类型的变送器和传感器附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细订购信息 → 83。

10.1.15 补充文档资料

- 《流量测量技术》 (FA00005D)
- Promass 83 《仪表功能描述》 (BA00060D)
- 防爆 (Ex) 手册：ATEX、FM、CSA、IECEX、NEPSI
- 特殊文档资料
 - Promass 80, 83 《功能安全手册》 (SD00077D)
- 《技术资料》
 - Promass 80A, 83A (TI00054D)
 - Promass 80E, 83E (TI00061D)
 - Promass 80F, 83F (TI00101D)
 - Promass 80H, 83H (TI00074D)
 - Promass 80I, 83I (TI00075D)
 - Promass 80P, 83P (TI00078D)
 - Promass 80S, 83S (TI00076D)
 - Promass 83O (TI00112D)
 - Promass 83X (TI00110D)

索引

A

Applicator (选型软件)	84
安全图标	6
安全指南	6
安装	127
安装条件	14
安装后检查 (检查列表)	25
安装墙装型外壳	23
安装条件	127
安装方向 (垂直管道、水平管道)	16
安装位置	14
前后直管段	21
外形尺寸	14
系统压力	15
向下排空管道	15
振动	21
安装指南	
带非对称 Tri-Clamp 连接的	
Promass I 和 P 传感器的特殊安装指南	18
带卫生型连接的	
Promass I 和 P 传感器的特殊安装指南	19
Promass F、E、H、P 和 S 传感器的	
特殊安装指南	18

B

报警信号	105
保险丝, 更换	99
备件	94
泵, 安装位置, 系统压力	15
变送器	
安装墙装型外壳	23
电气连接	27
旋转现场型外壳 (不锈钢)	22
旋转现场型外壳 (铝)	22
标称压力	
介质压力范围	129
补充防爆 (Ex) 文档资料	6

C

CE 认证	146
CE 认证 (一致性声明)	11
CIP 清洗	82
Commubox FXA195	84
Commubox FXA195 (电气连接)	30
C-tick 认证	11
菜单组	38
材料	142
参考操作条件	107
操作	
FieldCare	42
功能菜单	38
HART 手操器	42
设备描述文件	43

操作安全	6
操作条件	127
测量变量	102
测量范围	102, 103, 104
测量系统	7
测量原理	102
储存	13
吹扫连接	81
错误类型 (系统和过程错误)	40
错误信息	
过程错误 (应用错误)	90
确认错误信息	40
系统错误 (设备错误)	85

D

到货验收	12
第二腔室	
气体吹扫, 压力监控连接	81
压力范围	129
电缆规格 (分体式仪表)	27
电缆入口	
防护等级	31
技术参数	106
电流输入	
技术参数	105
电气隔离	105
电气连接	
Commubox FXA195	30
电缆规格 (分体式仪表)	27
防护等级	31
HART 手操器	30
电源 (供电电压)	106
电源故障	106
调试	
快速设置	55
两类电流输出	67, 68
零点校正	77
订购信息	147

F

F-Chip	81
Field Xpert SFX100 手操器	30
Field Xpert 手操器	42
FieldCare	42
FieldCheck (测试和仿真软件)	84
FXA193	84
FXA195	84
返回	100
防爆 (Ex) 认证	146
防护等级	31, 127
废弃	100
附件	83
负载	105

G

隔热	21
隔热, 常规说明	21
供电电压	106
功率消耗	106
功能参数	38
功能参数说明	
《仪表功能描述》	39
功能检查	54
功能块	38
功能组	38
故障排除和补救措施	85
过程错误	
说明	40
过程错误信息	90
过程连接	145

H

HART	
错误信息	45
电气连接	30
命令号	45
命令类型	41
手操器	42
后直管段	21
环境温度范围	127

J

继电器输出	105
机械负载曲线	145
技术参数概述	102
接线	
电气连接	26
介质温度范围	128
介质压力范围	129

K

开关量输出	
继电器输出	105
抗振性	127
快速设置	
调试	55
脉动流	58
批处理	60
气体测量	64

L

连接	
电气连接	26
连接电缆长度	127
量程比	104
两类电流输出	
有源 / 无源信号	67, 68
零点校正	77
流向	16, 17

M

脉冲输出	
频率输出	105
脉动流	
快速设置	58
密封圈	
材料	145
介质温度范围	128
铭牌	
接线	10
传感器	9

O

欧洲压力设备指令	146
----------	-----

P

批处理	37
快速设置	60
频率输出	
技术参数	105

Q

气体测量	
快速设置	64
气体测量时的测量范围	
(Promass A 传感器)	104
气体测量时的测量范围	
(Promass F、M、O 传感器)	103
气体测量时的测量范围	
(Promass I 传感器)	104
前后直管段	127
前直管段	21
墙装型外壳, 安装	23
清洗	
CIP 清洗	82, 127
SIP 清洗	82
外部清洗	82

R

认证	11
软件	
放大器显示	54
软件版本更新	100

S

S-DAT (HistoROM)	81
SIL (功能安全手册)	6
SIL (功能安全性)	146
SIP 清洗	82
设备结构	7
设备描述文件	43
设置模式	
禁止	39
允许	39
生命周期管理	84
输出信号	105
输入密码 (功能菜单)	39
输入信号	105

T	
T-DAT (HistoROM)	81
保存 / 上传 (数据备份, 例如更换设备)	66
通信	41
W	
W@M	84
外部清洗	82
维护	82
卫生型认证	146
危险物质	100
维修	100
温度范围	
储存温度	127
环境温度范围	127
介质温度范围	128
X	
系统错误	
说明	40
系统错误信息	85
现场显示	
显示	33
限流值	
测量范围	130
显示	
现场显示	33
旋转现场显示	25
向下排空管道	15
小流量切除	105
信号输出	
技术参数	105
信号输入	
技术参数	105
性能参数	
Promass A 传感器	107
Promass E 传感器	109
Promass F 传感器	111, 125
Promass H 传感器	114
Promass I 传感器	116
Promass O 传感器	118
Promass P 传感器	121
Promass S 传感器	123
Y	
压力监控连接	81
压力设备指令	146
压损	139
压损 (公式、压损曲线)	130
仪表功能	
《仪表功能描述》	39
一致性声明 (CE 认证)	11
印刷电路板 (安装 / 拆除)	
墙装型外壳	97
现场型外壳	95
应用	5
语言组	146
远程操作	146
运输传感器	12

Z	
振动	21
证书	11
指定用途	5
重量	140
注册商标	11
主显示界面 (显示操作模式)	33
传感器安装	
传感器安装	22
传感器伴热	20

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination *Erklärung zur Kontamination und Reinigung*

RA No.

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA# clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility.
Bitte geben Sie die von E+H mitgeteilte Rücklieferungsnummer (RA#) auf allen Lieferpapieren an und vermerken Sie diese auch außen auf der Verpackung. Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zur Ablehnung ihrer Lieferung.

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz unserer Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen, benötigen wir die unterschriebene "Erklärung zur Kontamination und Reinigung", bevor Ihr Auftrag bearbeitet werden kann. Bringen Sie diese unbedingt außen an der Verpackung an.

Type of instrument / sensor

Geräte-/Sensortyp _____

Serial number

Seriennummer _____

Used as SIL device in a Safety Instrumented System / Einsatz als SIL Gerät in Schutzeinrichtungen

Process data / Prozessdaten

Temperature / Temperatur _____ [°F] _____ [°C] Pressure / Druck _____ [psi] _____ [Pa]
Conductivity / Leitfähigkeit _____ [µS/cm] Viscosity / Viskosität _____ [cp] _____ [mm²/s]

Medium and warnings

Warnhinweise zum Medium



	Medium / concentration <i>Medium / Konzentration</i>	Identification CAS No.	flammable <i>entzündlich</i>	toxic <i>giftig</i>	corrosive <i>ätzend</i>	harmful/ irritant <i>gesundheitsschädlich/ reizend</i>	other * <i>sonstiges*</i>	harmless <i>unbedenklich</i>
Process medium <i>Medium im Prozess</i>								
Medium for process cleaning <i>Medium zur Prozessreinigung</i>								
Returned part cleaned with <i>Medium zur Endreinigung</i>								

* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

* *explosiv; brandfördernd; umweltgefährlich; biogefährlich; radioaktiv*

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions.

Zutreffendes ankreuzen; trifft einer der Warnhinweise zu, Sicherheitsdatenblatt und ggf. spezielle Handhabungsvorschriften beilegen.

Description of failure / Fehlerbeschreibung _____

Company data / Angaben zum Absender

Company / Firma _____	Phone number of contact person / Telefon-Nr. Ansprechpartner: _____
Address / Adresse _____	Fax / E-Mail _____
	Your order No. / Ihre Auftragsnr. _____

"We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge. We further certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities."

"Wir bestätigen, die vorliegende Erklärung nach unserem besten Wissen wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt zu haben. Wir bestätigen weiter, dass die zurückgesandten Teile sorgfältig gereinigt wurden und nach unserem besten Wissen frei von Rückständen in gefährbringender Menge sind."

(place, date / Ort, Datum)

Name, dept./ Abt. (please print / bitte Druckschrift)

Signature / Unterschrift

Endress+Hauser中国销售中心总部

上海市闵行区江川东路458号

电话: +86 21 2403 9600
+86 21 2403 9700
+86 4008 86 2580 (服务热线)
传真: +86 21 2403 9607
邮编: 200241
www.cn.endress.com
info@cn.endress.com

Endress+Hauser 

People for Process Automation